

Oleśnica, 08.08.2019r.

### INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY W CZĘŚCI 3

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na "Dostawy staplerów dla Powiatowego Zespołu Szpitali Nr sprawy PZS/PN/12/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 566399-N-2019 dnia 27.06.2019r.,)

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986), oferta nr 2: Sun-Med. Spółka, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź, w części 3 (pakiet 3) zostaje odrzucona: jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3.

### UZASADNIENIE

Zamawiający w **pakiecie nr 3, poz 1** wymagał aby klipsy proponowane przez Wykonawcę pasowały do klipsownicy Hemoclip Plus będącej w posiadaniu Zamawiającego. W związku z powyższym wezwano Wykonawcę do przedstawienia próbek oraz katalogów proponowanego asortymentu ( klips tytanowy TIGA-LOK, nr katalogowy: TCTL3200, TCTL3200.4). Po założeniu zasobnika z dostarczonym klipsem do klipsownicy będącej w posiadaniu Zamawiającego stwierdzono się , że klipsy nie są kompatybilne z klipsownicą. Zasobnik nie prawidłowo się umieszcza i sprzęt nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami operatorów. Jednocześnie informuję, że Zamawiający wymagał przedstawienia próbek asortymentu z poz. 1, tj. zasobnika 6 oraz 4 klipsowego, a zostały przysłane jedynie zasobniki 6 klipsowe. Zasobniki 4 klipsowe, nie zostały przedstawione Zamawiającemu a tym samym nie mogły zostać przetestowane. Mając na uwadze powyższe, oferta w części 3 ( pakiecie 3) nie spełnia wymagań SIWZ. Zamawiający odrzuca ją na podstawie podanej powyżej.

#### Do wiadomości:

- Wykonawcy,
- str. internetowa PZS,
- tabl. Ogłoszeń PZS
- a/a

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
w Oleśnicy  
*Krzysztof Wójcicki*

K. Maryniak