

PZS-O/IV/01/...../2013 r.

Oleśnica, dnia 20 stycznia 2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/2/2014

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zmodyfikował następujące elementy SIWZ:

1. Pkt 4 SIWZ – zamawiający w wyniku podziału pakietu 25 zamawiający dodał w treści pktu 4 Pakiet 65 – Rękawy papierowo-foliowe
2. Pkt 18 SIWZ – po modyfikacji punkt 18 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„18. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1, pokój 9 do dnia 23.01.2014 r., do godz. 9:00.

Na kopercie należy umieścić zapis: „Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla PZS w Oleśnicy.” Nie otwierać przed dniem: 23.01.2014 r. godz. 9:30” oraz nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób, będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”, zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Każda zapisana strona zmiany lub wycofania oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

3. Punkt 19 SIWZ – po modyfikacji pkt 19 SIWZ otrzymuje brzmienie:
19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2014 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, pok. 13 piętro IV.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
4. Załącznik nr 1 do SIWZ – w wyniku rozdzielenia Pakietu 25 Zamawiający dodał w punkcie II Załącznika dodatkowe podpunkty dot. możliwości wpisania oferowanej wartości brutto pakietu nr 65.
5. Załącznik nr 1 do SIWZ – zamawiający zmodyfikował pkt IX, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: :”Deklarujemy minimalny okres ważności przedmiotu zamówienia na 12 miesięcy od dnia dostawy. W przypadku próbek koagulologicznych deklarujemy minimalny okres ważności przedmiotu zamówienia na 4 miesięcy od dnia dostawy”
6. Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1 – zmodyfikowany opis otrzymuje brzmienie: „Rurka intubacyjna z mankietem - silikonowana. Klasyczna z mankietem niskociśnieniowym, ustno-nosowa, z otworem Murphego, sterylna, jednorazowa, pakowana pojedynczo. Z oznaczeniem głębokości w postaci grubego ringu dookoła całego obwodu rurki tak, aby był widoczny z każdej strony Skalowana co 1 cm. Posiadająca zdejmowalny mleczny łącznik ISO 15cm.”
W zakresie Pakietu nr 10, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Przyrząd do podawania leków, typu MiniSpike, z filtrem bakteryjnym 0,45 µm, nieruchoma osłona otaczająca nasadkę łączącą ze strzykawką, zintegrowana zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po odłączeniu od strzykawki, zatrzaskowe zamknięcie oznaczone kolorystycznie”
W zakresie Pakietu nr 13, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „myjka do ciała. Nasączona środkiem myjąco- dezynfekcyjnym, jednorazowa, rozmiar 28 cm”.
W zakresie Pakietu nr 26, poz. 8, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą 0,45x10mm Skala co 0,01ml, zakończenie Luer-Lock, wykonana z poliwęglanu, uszczelnienie syntetyczne (bez latex-u)”
W zakresie Pakietu nr 28, poz. 4, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Cewnik do karmienia. Z zatyczką luer-lock, atraumatyczne zakończenie; naprzemianległe otwory boczne; dł. Min 40 cm, skalowana co 1 cm, pasek RTG; fabrycznie nadrukowana informacja na opakowaniu. Brak ftalanów. Opakowanie folia- papier. Kodowane kolorystycznie” oraz w zakresie Pakietu nr 28 poz. 7, który otrzymuje brzmienie: „Cewnik Nelaton, wykonane z PCV, kodowane kolorystycznie”.
W zakresie Pakietu nr 30, poz. 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Papier do KTG Bistos BT 300, 130x120x250”
W zakresie Pakietu nr 38, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Worek do godzinowej zbiórki moczu- sterylny, zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej. Składający się z komory pomiarowej 500ml montowanej nad workiem (skala co 1ml do 40ml, skala co 5ml do 110ml, skala co 10ml do 120ml, skala co 20ml do 500ml) i worka o pojemności 2000ml z podziałką. Duże litery i cyfry ułatwiające obsługę. Filtr hydrofobowy w worku i komorze zbiorczej oraz z zastawką antyrefleksyjną w worku i łączniku z cewnikiem Foleya. Dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem. Port bezigłowy do pobierania próbek moczu. System mocująco- poziomujący. Dren 110 cm z klamrą zakończony spiralą antywłamaniową co zabezpiecza przed niedrożnością. Skrócona instrukcja obsługi zapisana na worku. Wygodna zakładka na kranik spustowy co pozwala skrócić wysokość zestawu.”

W zakresie Pakietu nr 36 po zmianie otrzymuje brzmienie: „Worek do zbiórki moczu sterylny z zaworem typu „T” z podziałką, z drenem o długości 110 cm zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką bezzwrotną”.

W zakresie Pakietu nr 49, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „miska nerkowata jednorazowa, rozmiar 28 cm”.

7. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – Zamawiający w par. 3 zmienił treść ust. 4, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Dostarczony asortyment posiadać będzie minimum 12. miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy, w przypadku próbek koagulologicznych dostarczony asortyment posiadać będzie minimum 4. miesięczny okres ważności .

Ponadto w par. 3 Zamawiający zmienił ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości dostarczanego asortymentu Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia”.

W par. 6 Zamawiający zmienił ust.1, który otrzymuje brzmienie: Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1, 3 w wysokości 1% niezrealizowanej wartości zamówionej ilości towaru za każdy dzień opóźnienia.

b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

w par. 1 Zamawiający dodał ust. 6 7 o treści: „(Dotyczy tylko Pakietu nr 35 – Paski do glukometrów) Wykonawca nieodpłatnie przekaze Zamawiającemu nowe glukometry do użytkowania na czas trwania umowy, w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego” oraz „(Dotyczy tylko Pakietu nr 35 – Paski do glukometrów) Wraz z glukometrami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do użytkowania, instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne.

W załączeniu SIWZ po modyfikacji.