

Oleśnica, dnia 29 sierpnia 2014 r.

PZS-O/IV/01/...../2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIOM w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, tj.: aparatu jezdnego RTG w ilości 1 szt., kardiomonitora modułowego w ilości 7 szt., respiratora dla dzieci i dorosłych w ilości 3 szt., łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego z wagą w ilości 1 szt., Łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego w ilości 6 szt., pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 30 szt., pomp infuzyjnych objętościowych w ilości 5 szt., defibrylatora dwufazowego w ilości 1 szt., systemu ogrzewania pacjenta w ilości 1 szt., ssaków elektrycznych w ilości 2 szt., ssaków próżniowych w ilości 7 szt., resuscytatorów AMBU w ilości 7 szt., laryngoskopów klasycznych w ilości 2 szt., wózka do transportu chorych w ilości 1 szt., słuchawek lekarskich w ilości 7 szt., materaców przeciwodleżynowych, ciśnieniowych z pneumatyczną pompą w ilości 7 szt., video-laryngoskopu z wyświetlaczem w ilości 1 szt., przenośnego bronchofiberoskopu intubacyjnego w ilości 1 szt., szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego w ilości 7 szt., wózka anestezjologicznego w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt. dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/22/2014

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zmodyfikował następujące elementy SIWZ:

Punkt 3 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIOM w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, tj.:

aparatu jezdnego RTG w ilości 1 szt., kardiomonitora modułowego w ilości 7 szt., respiratora dla dzieci i dorosłych w ilości 3 szt., łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego z wagą w ilości 1 szt., Łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego w ilości 6 szt., pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 30 szt., pomp infuzyjnych objętościowych w ilości 5 szt., defibrylatora dwufazowego w ilości 1 szt., systemu ogrzewania pacjenta w ilości 1 szt., ssaków elektrycznych w ilości 2 szt., ssaków próżniowych w ilości 7 szt., resuscytatorów AMBU w ilości 7 szt., laryngoskopów klasycznych w ilości 2 szt., wózka do transportu chorych w ilości 1 szt., słuchawek lekarskich w ilości 7 szt., materaców przeciwodleżynowych, ciśnieniowych z pneumatyczną pompą w ilości 7 szt., video-laryngoskopu z wyświetlaczem w ilości 1 szt., przenośnego bronchofiberoskopu intubacyjnego w ilości 1 szt., szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego w ilości 7 szt., wózka anestezjologicznego w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1-5 do SIWZ.”

Punkt 4 SIWZ, który po wydzieleniu na wniosek Wykonawców aparatu jezdnego rtg, systemu do ogrzewania pacjenta, defibrylatora dwufazowego i wózka anestezyjologicznego i utworzeniu osobnych części, otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety:

Pakiet nr 1 - aparat jezdny RTG w ilości 1 szt.

Pakiet nr 2 - system ogrzewania pacjenta w ilości 1 szt.

Pakiet nr 3 - defibrylator dwufazowy w ilości 1 szt.

Pakiet nr 4 - wózek anestezyjologiczny w ilości 1 szt.

Pakiet nr 5 - kardiomonitor modułowy w ilości 7 szt., respirator dla dzieci i dorosłych w ilości 3 szt., łóżko szpitalne wielofunkcyjne z wagą w ilości 1 szt., Łóżka szpitalne wielofunkcyjne w ilości 6 szt., pompy infuzyjne strzykawkowe w ilości 30 szt., pompy infuzyjne objętościowe w ilości 5 szt., ssaki elektryczne w ilości 2 szt., ssaki próżniowe w ilości 7 szt., resuscytatory AMBU w ilości 7 szt., laryngoskopy klasyczne w ilości 2 szt., wózek do transportu chorych w ilości 1 szt., słuchawki lekarskie w ilości 7 szt., materace przeciwoleżynowe, ciśnieniowe z pneumatyczną pompą w ilości 7 szt., video-laryngoskop z wyświetlaczem w ilości 1 szt., przenośny bronchofiberoskop intubacyjny w ilości 1 szt., szafki przyłóżkowe bez blatu bocznego w ilości 7 szt., monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt., monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt.

Punkt 9 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 i 8 do SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 10 a), b), c), d), e), f).

W ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi posiadać min. 3 dostawy (rozpoczęte i zakończone) sprzętu medycznego, zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda o wartości brutto:

- min. 80 000,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 1

- min. 4 200,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 2

- min. 18 700,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 3

- min. 9 500,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 4

- min. 749 000,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 5

W przypadku złożenia oferty na kilka części przez tego samego Wykonawcę wartość każdej wykonanej i wykazanej dostawy sprzętu medycznego musi być równa lub większa od łącznej wartości podanej wyżej dla poszczególnych pakietów, np. Wykonawca, który składa ofertę na sprzęt zawarty w pakiecie 1 oraz w

pakiecie nr 2, musi posiadać 3 dostawy (rozpoczęte i zakończone) sprzętu medycznego, zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto min. 84 200,00 zł.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca w/w warunki spełnił. Niespełnienie któregoś z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Punkt 10a) SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Dokumenty i oświadczenia stanowiące podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawców:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej”

Punkt 10g SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi złożyć wraz z ofertą:

g) wykaz wykonanych dostaw sprzętu medycznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.”

Punkt 11a) SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Oferta musi również zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Wypełnione zestawienie parametrów techniczno-użytkowych granicznych – odpowiednio załącznik nr 1-5 do SIWZ w zależności od tego, którego Pakietu dotyczy składana oferta”

Punkt 11c) SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

c) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej oraz, że Wykonawca posiada wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w jednostkach służby zdrowia i dostarczy je na każde wezwanie zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ)

Punkt 16 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie:

W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 1 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 2 222, 22 zł.

W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 2 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 117,00 zł

W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 3 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 522,00 zł.

W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 4 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 265,50 zł.

W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 5 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 20 821,91 zł.

W przypadku złożenia oferty na kilka pakietów, kwoty odpowiadające pakietom, których dotyczy oferta należy zsumować.

„Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3. gwarancjach bankowych
4. gwarancjach ubezpieczeniowych
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nordea Bank 60 14401156 0000 0000 0079 9378

Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis musi być czytelny, umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium musi być złożone najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 15.09.2014 r. do godz. 8:30.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wnosząc wadium należy wskazać, którego pakietu dotyczy.

Załącznik nr 1 do SIWZ został podzielony na 5 części zgodnie z wnioskami Wykonawców. W konsekwencji podzielenia Załącznika nr 1 powstały Załączniki 1, 2, 3, 4 i 5. Załącznik nr 2 do SIWZ sprzed modyfikacji otrzymał nr 6, Załącznik nr 3 do SIWZ sprzed modyfikacji otrzymał nr 7, Załącznik nr 4 do SIWZ sprzed modyfikacji otrzymał nr 8, Załącznik nr 5 do SIWZ sprzed modyfikacji otrzymał nr 9, Załącznik nr 6 do SIWZ sprzed modyfikacji otrzymał nr 10, Załącznik nr 7 do SIWZ sprzed modyfikacji otrzymał nr 11.

Formularz ofertowy (załącznik nr 6 do SIWZ po modyfikacji) został odpowiednio zmodyfikowany w związku z podzieleniem przedmiotu zamówienia na 5 części (Pakietów) i zmianą numeracji załączników do SIWZ.

Załącznik nr 9 do SIWZ po modyfikacji – wzór umowy:

§ 5 ust. 3. Po zmianie otrzymał brzmienie: „Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - na 72 godziny w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem, przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 72 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym”

§ 6 otrzymał brzmienie: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia medyczne są fabrycznie nowe lub podemonstracyjne (jeżeli wymagano), kompletne a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji - zestawienie parametrów techniczno-użytkowych granicznych dot. Pakietu nr 4 - wózek anestezjologiczny w ilości 1 szt. – Zamawiający usunął z tabelki punkt 12 o treści „Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego”. W związku z wykreśleniem punktu 12 zmieniła się numeracja punktów w tabelce począwszy od punktu 12, tj. dotychczasowy punkt 13 zmienił się na 12, itd.

Załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacji – w tabeli „zestawienie parametrów techniczno-użytkowych granicznych dot. Respiratora dla dzieci i dorosłych w ilości 1 szt.” Zamawiający zmienił treść punktu 101, który otrzymał brzmienie: „Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy dostosowany do HME”.

W załączeniu SIWZ po modyfikacji.