



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



PZS-O/IV/01/...../2014 r.

Oleśnica, dnia 11 marca 2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę igieł jednorazowych i kaniuli dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/7/2014

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zmodyfikował następujące elementy SIWZ:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – w zakresie Pakietu nr 1 Zamawiający zmodyfikował następujące pozycje:

Pozycja nr 2 w zakresie rozmiaru igły 25G 0,5mmx19mmx305mm pomarańczowa, po modyfikacji rozmiar igły zmienia się na następujący: 25G 0,5mmx16mmx305mm pomarańczowa

Pozycja nr 3 w zakresie opisu kaniuli, po modyfikacji opis otrzymuje brzmienie: „Kaniula do żył obwodowych z zaworem iniekcyjnym. Wyprodukowany z materiału wykrywalnego w promieniach RTG (poliuretan). Zawierająca min. 5 wtopionych pasków RTG. Zintegrowany port iniekcyjny. Kształt koreczka portu iniekcyjnego zapewnia łatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie systemu (samozamykający się koreczek), przy jednoczesnym zapobieganiu kontaminacji portu i zaworu iniekcyjnego przez dotyk. Zastawka antyzwrotna. Kompatybilny z Luer-Lok. Jałowy. Bez lateksu. Pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie typu blister. Oznaczony kodem barwnym. Oznaczenie CE. Igła z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, ostrze ustawione w stosunku do osłony zabezpieczającej igły tak aby umożliwić iniekcję pod małym kątem. Kaniule z zabezpieczeniem w postaci plastikowej osłony o gładkich krawędziach wyposażonych w kapilary, które aktywuje się automatycznie”.

Pozycja nr 4 w zakresie opisu kaniuli, po modyfikacji opis otrzymuje brzmienie: „Kaniula do żył obwodowych z zaworem iniekcyjnym z portem. Przeznaczony dla małych dzieci lub pacjentów geriatrycznych. Wyprodukowany z materiału wykrywalnego w promieniach RTG (poliuretan) Zawierająca min. 5 wtopionych pasków RTG. Zintegrowany port iniekcyjny. Kształt koreczka portu iniekcyjnego zapewnia łatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie systemu (samozamykający się koreczek), przy jednoczesnym zapobieganiu kontaminacji portu i zaworu iniekcyjnego przez dotyk. Zastawka antyzwrotna. Kompatybilny z Luer-Lok. Jałowy. Bez lateksu Pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie typu blister. Oznaczony kodem barwnym. Oznaczenie CE”

W załączeniu SIWZ po modyfikacji.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Liliana Głowacka
Liliana Głowacka

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899