

Oleśnica, 16.09.2019r

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986), w związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na "Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Powiatowego Zespołu Szpitali", Nr sprawy PZS/PN/15/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 595193-N-2019 dnia 09.09.2019r.)

### ODPOWIEDZI 1

**Zadanie nr 14 poz. 14:**

**Czy Zamawiający miał na myśli włókninę pakowaną a'250 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?**

**Odp.: TAK**

**Zadanie nr 14 poz. 15:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie papieru pakowanego a'100 sztuk, z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?**

**Odp.: TAK**

**Zadanie nr 19:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie siatki o sile zrywającej 250N?**

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 19 poz. 3:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie siatki w rozmiarze 80 x 130mm?**

**Odp.: TAK**

**Zadanie nr 19 poz. 4:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie siatki w rozmiarze 100 x 160mm?**

**Odp.: TAK**

**Pytanie dot. projektu umowy:**

1. **Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1b wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?**

**Odp.: nie wyrażam zgody**

2. **Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?**

**Odp.: tak, po ustaleniu asortymentu z działem zaopatrzenia**

**Pytanie do zadanie 32**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o poniższych parametrach:

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = m,in. 20 szt. w trzech rozmiarach: zwykle – ob. Głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25 cm (+/- 2cm); okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczką, mocowanie wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierające lateksu

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Zadania Nr 4 pozycji nr 13** zawierającej testy do diagnostyki *in vitro* (Testy Ureazowe) oraz z **Zadania nr 17 pozycji nr 6 i 9 9** zawierających testy do diagnostyki *in vitro* do osobnego Zadania zawierającego tylko testy diagnostyczne *in vitro*.

Uzasadnienie: Testy ureazowe, są szczególnymi testami diagnostycznymi do diagnostyki *in vitro*, nie mającymi nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie [jak dreny czy osłonki itp.].

W dostawie testów urazowych do diagnostyki *in vitro* specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną a testami w kierunku *Helicobacter pylori* w szczególności.

Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, które się specjalizują w diagnostyce *in vitro* [ np. firma nasza dostarcza testy ureazowe od ponad 15 lat] a Zamawiającemu uzyskanie najlepszych testów po najniższej cenie.

Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach. Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroscopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogą terapię eradykacyjną.

W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych, pojedynczych pakietów lub umożliwia złożenie oferty na poszczególne pozycje.

Pakiety w obecnej postaci mają jedynie charakter zamówienia skierowanego do konkretnego hurtownika sprzętu medycznego, a nie przetargu.

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**zadanie 30, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne do otoskopu w kolorze szarym, reszta wymagań zgodna z SIWZ? Kolor jest jedynie kwestią techniczną i nie ma żadnego wpływu na przeprowadzane procedury medyczne.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie powyższego pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odp.: dopuszczam**

**zadanie 30, pozycje 2-6 (pojemniki na zużyty sprzęt j.u.):**

W związku z tym, iż nie istnieją „normy BSI”, zgodności z którymi wymaga Zamawiający dla pojemników na zużyty sprzęt jednorazowego użytku, wnosimy o wykreślenie tego wymogu. BSI Group Polska to jedna z firm, działających w branży szkoleń i wdrażania norm ISO oraz certyfikacji wyrobów.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, nie podlegają procedurze certyfikacji, oceny zgodności ani nadawania znaku CE. Dlatego wymagania, stawiane tym produktom, powinny mieć oparcie w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Ponadto, Zamawiający może wymagać również pozytywnej opinii PZH.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ.

**Odp.: proszę nie brać pod uwagę zapisu „, spełniają normy BSI”**

**PYTANIE 3:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do zadanej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odp.: TAK, jednak prawidłowe byłoby zachowanie zgodne z zapisami ustawy**

**Dotyczy pakietu nr 32**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

**Odp.: dopuszczam**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o konstrukcji budowy wykończonej na opasce materiałem NeoFoam zapobiegają zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwi lepsze absorbowanie światła UV.

**Odp.: dopuszczam**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga aby okularki do fototerapii posiadały wyprofilowany kształt w obrębie oczodołów zapobiegające ingerencji promieni bocznych dodatkowo wyprofilowany kształt umożliwi bezproblemowe poruszanie powiekom podczas naświetlania dziecka.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 4.**

Czy Zamawiający dopuści okularki w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ?

**Odp.: dopuszczam**

**Pytanie nr 5.**

Czy Zamawiający dopuści okularki posiadające dwa rzepy do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

**Odp.: dopuszczam**

**Znak sprawy: 172/PN/2019**

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2 litry, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 22 cm, otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

**Odp.: pytanie nie dotyczy tego postępowania**

**zadanie 3 pozycja 25**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szywy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 z zadania 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 28 poz. 4-16**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji z pakietu i utworzenie z nich osobnego pakietu elektromedycznego. Łączenie papierów do rejestracji z opaskami i szczoteczkami ogranicza ilość oferentów dla tego pakietu.

**Odp.: nie wyrażam zgody**

---

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Zadanie 28 poz.9,14,15**

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Sony i Mitsubishi czy też dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych ?

**Odp.: dopuszczam zaoferowanie papierów kompatybilnych**

**Projekt umowy- §1 ust. 3**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**Projekt umowy- §2 ust. 5 i §4 ust. 2**

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 1 ust. 5 i par. 4 ust. 2. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**czy zamawiający w zadaniu nr 8 dopuści myjki o następującym opisie:**

Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona żelem myjącym o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z pianki poliuretanowej, rozmiar co najmniej 12cm x 20cm x 1cm, gramatura 200g/m<sup>2</sup>. Żel zawarty w myjce zarejestrowany jako kosmetyk z 23% vat posiadający Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego.

Instrukcja użytkowania w języku Polskim.

Opakowanie jednostkowe 20 szt lub 40 szt.

**Odp.: dopuszczam**

**Pytanie nr 2**

**Czy zamawiający w zadaniu nr 8 dopuści myjki o następującym opisie:**

Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 wykonana z włókna poliestrowego, rozmiar co najmniej 24 cm x 20 cm x 0,5 cm

Gramatura co najmniej 100g/m<sup>2</sup>.

Żel zawarty w myjce zarejestrowany jako kosmetyk z 23% vat posiadający Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego.

Instrukcja użytkowania w języku Polskim.

Opakowanie jednostkowe 12 szt.

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 38**

Poz.3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp.: nie wyrażam zgody**

### **Pytanie - Zadanie 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 20 w pozycji 3 równoważnej elektrody EKG przeznaczonej do badania HOLTTER o rozmiarze 55 mm x 41mm.

Elektroda posiada otwór równoważny z wycięciem typu „fasolka”

- nacięcie ( bez przecięcia boków elektrody) z dwoma otworkami do umiejscowienia i przymocowania kabla pacjenta. Elektroda spełnia wszystkie inne wyszczególnione wymagania.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

### **dotyczy zadania nr 3, pozycja 10:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do podaży leków, płynów oraz żywienia pozajelitowego do pompy Medima o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

**Odp.: dopuszczam**

2. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw był wyposażony w port igłowy umożliwiający podaż dodatkowego leku przy użyciu strzykawki z igłą?

**Odp.: dopuszczam**

### **Pakiet 21**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania masek tlenowych z nebulizatorem z delikatnego, medycznego PCV, szczelnie przylegających do twarzy, w dwóch uniwersalnych rozmiarach: dla dorosłych i pediatrycznym, dodatkowo produkty pozbawione są szkodliwych ftalanów.

**Odp.: dopuszczam**

### **Pytanie 1– Zadanie nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kocy wykonanych z miękkiej 3 warstwowej włókniny SMS oraz PE o rozmiarze 210cm x120cm?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 2 – Zadanie nr 19, pozycja nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o rozmiarze 75mm x 150mm?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 8, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści, jednorazowe myjki wykonane w całości z watoliny o gramaturze 100g/m<sup>2</sup>, w opakowaniach jednostkowych a’24 szt., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.: zgodnie z SIWZ i wcześniejszymi dopuszczeniem**

**Zadanie nr 8, pozycja nr 1** – Czy zamawiający odstąpi od zapisu „produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 w zamian za zaoferowanie produktu będącego wyrobem medycznym, o dołączonej deklaracji zgodności, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.: zgodnie z SIWZ i wcześniejszymi dopuszczeniem**

**Zadanie nr 26, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści metalową łyżkę jednorazowego użytku do laryngoskopu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 26, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści metalową łyżkę jednorazowego użytku do laryngoskopu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.: Dopuszczam**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp.: nie wyrażam zgody**

---

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a:
1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:
    1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
      - a) za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1, 3 w wysokości **0,5%** niezrealizowanej wartości **brutto** zamówionej ilości towaru za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru**.

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**Zadaniu 22 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu:**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu, wynoszącym przynajmniej 20-60%? Informujemy, że paski z węższym zakresem korekty hematokrytu (np. 35-60%) mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów u dzieci poniżej 6. roku życia, niemowląt i u kobiet w ciąży, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu u takich pacjentów mogą być niższe niż 35%.

**Odp.: dopuszczam**

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku? Wyrzutnik paska zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu, eliminując bezpośredni kontakt personelu z krwią pacjenta przy każdorazowym usuwaniu paska z glukometru oraz zapobiegając przenoszeniu chorób zakaźnych.

**Odp.: dopuszczam**

3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na terenie RP okresową weryfikację na szczeblu urzędowym pod kątem aktualności posiadanych certyfikatów? Refundacja pasków testowych skłania również wykonawcę do zapewnienia ciągłości dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich lat pokazała, że wiele rodzajów pasków testowych nierefundowanych zostało wycofanych z rynku, bądź też występują okresowe braki dostępności i możliwości zakupu takich pasków.

**Odp.: dopuszczam**

4. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5 mikrolitra z czasem pomiaru do 5s?

**Odp.: dopuszczam**

5. Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczania płynów kontrolnych służących do kontroli poprawności działania pasków testowych i glukometru, o dacie przydatności do użycia wynoszącej przynajmniej 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki? Informujemy, że bez takiego zastrzeżenia wykonawca może zaoferować płyny kontrolne odpłatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, że cena takich płynów może przekroczyć cenę pasków testowych.

**Odp.: dopuszczam**

6. Prosimy o podanie minimalnego terminu przekazywania Wykonawcom należności za realizowane dostawy, licząc od daty wystawienia faktury.

**Odp.: 60 dni**

**Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 3 poz. 4 i w Zadaniu 17 poz. 7 w przedmiotowym postępowaniu:**

7. Czy w celu uzyskania oferty jak najkorzystniejszej cenowo Zamawiający wydzieli produkty wymienione w Zadaniu 3 poz. 4 i w Zadaniu 17 poz. 7, do odrębnego pakietu? Aktualny opis przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencję do wykonawców posiadających pełny asortyment w w/w Zadaniach.

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**Dotyczy Zadania Nr 14:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1 - 11) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odp.: nie wyrażam zgody**

2. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny rękaw o wymiarach 300mm x 70mm x 100m?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

3. Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny rękaw o wymiarach 200mm x 55mm x 100m?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie 19**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 19 w poz.3 siatki do przepuklinowej w rozmiarze 75x150 mm ?

**Odp.: dopuszczam**

#### **dotyczy zadania nr 3, poz. 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek ze skala do 3ml?

**Odp.: dopuszczam**

#### **dotyczy zadania nr 3, poz. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek ze skala do 12ml?

**Odp.: dopuszczam**

#### **Dotyczy zadanie 21 poz.1-2**

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że należy zaoferować nebulizatory zdolne do pracy przy dowolnym kącie odchylenia, aż do 90 stopni włącznie, co znajduje zastosowanie w przypadku terapii pacjentów, pozostających w pozycji leżącej.

**Odp.: dopuszczam**

2. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować nebulizatory ze skalowaniem co 1ml, pojemność 6ml.

**Odp.: dopuszczam**

3. Czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni, co chroni przed ewentualną kontaminacją nebulizatora?

**Odp.: dopuszczam**

#### **Dotyczy zadanie 31**

Prosimy o potwierdzenie, że zestawy wkłuc centralnych powinny być wyposażone w prowadnice odporne na załamania i zagięcia jak w przypadku prowadnic nitinolowych.

**Odp.: dopuszczam**

#### **Dotyczy zadanie 31 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do kaniulacji dużych naczyń, światowego lidera, Arrow, dużo wyższej jakości, w składzie: cewnik 1 -kanałowy 5F/16Ga/16cm i 20cm do wyboru, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach Rtg, ze znacznikami głębokości, łączniki luer lock zintegrowane z cewnikiem, z oznaczeniem parametrów cewnika, skrzydełka mocujące (stałe+ruchome) rozrzedzadło, prowadnica z nitinolu z końcówką "J", aplikator prowadnicy, igła wprowadzająca 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, naklejki do identyfikacji wkłucia do wklejenia w dokumentację pacjenta.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

#### **Dotyczy zadanie 31 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do kaniulacji dużych naczyń, światowego lidera, Arrow, dużo wyższej jakości, w składzie: cewnik 7 -kanałowy 16cm i 20cm do wyboru, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach Rtg, ze znacznikami głębokości, łączniki luer lock zintegrowane z cewnikiem, z oznaczeniem parametrów cewnika, skrzydełka mocujące

---

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

(stałe+ruchome) rozrzerządło, prowadnica z nitinolu z końcówką "J", aplikator prowadnicy, igła wprowadzająca 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, naklejki do identyfikacji wkłucia do wklejenia w dokumentację pacjenta.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

Dotyczy zadanie 31 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do kaniulacji dużych naczyń, światowego lidera, Arrow, dużo wyższej jakości, w składzie: cewnik 7 -kanałowy 16cm i 20cm do wyboru, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach Rtg, ze znacznikami głębokości, łączniki luer lock zintegrowane z cewnikiem, z oznaczeniem parametrów cewnika, skrzydełka mocujące (stałe+ruchome) rozrzerządło, prowadnica z nitinolu z końcówką "J", aplikator prowadnicy, igła wprowadzająca 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, naklejki do identyfikacji wkłucia do wklejenia w dokumentację pacjenta.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

1. **Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1 - 4** – Czy Zamawiający dopuści siatki z wytrzymałością na rozerwanie 6,302 kg/cm<sup>2</sup>?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

2. **Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze 7,5 cm x 15 cm?

**Odp.: dopuszczam**

3. **Dotyczy wzoru umowy § 6 punkt 1 podpunkt 1** – Czy Zamawiający obniży karę umowną za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1, 3 do wysokości 0,2% niezrealizowanej wartości zamówionej ilości towaru za każdy dzień opóźnienia

**Odp.: nie wyrażam zgody**

4. **Dotyczy wzoru umowy** - zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresów mailowych do osób odpowiedzialnych za zamówienia, zarówno po stronie Zamawiającego jak i wykonawcy,

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**Pakiet 24, pozycja 1,2**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny, antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod **warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?**

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest kątowy, gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV. Wkłady oraz kanistry ( pojemniki ) o pojemności 1L, 2L, o kształcie okrągłym. Wkłady występują w postaci częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania.

- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkładami),ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) **co przyczynia się do zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**. Deklarujemy **bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne kanistry (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki** w przypadku wybrania naszej oferty.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

#### **Pakiet 24**

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

#### **Pakiet 24, pozycja 5,6**

Prosimy ze względu na obowiązek uczciwej konkurencji, o wydzielenie do osobnego pakietu w/w pozycji ponieważ nie ma uzasadnienia merytorycznego do łączenia tak różnych asortymentów, które nie współpracują ze sobą a skutecznie uniemożliwiają konkurencję.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

#### **Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

**Odp.: Tak**

**Dotyczy Zadanie nr 15, pozycja 1:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów biologicznych zawierających spory bakteryjne *Bacillus stearothermophilus* 10<sup>5</sup>. Taka populacja w zupełności wystarcza do prawidłowej kontroli procesu sterylizacji.

**Odp.: dopuszczam**

**Dotyczy Zadanie nr 15, pozycja nr 1:** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego zdolność testów z aktualnie obowiązującymi normami w miejsce potwierdzenia wydanego przez jednostkę notyfikowaną? Testy biologiczne nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r ( Dz. U. nr 107, poz. 679/2010), na podstawie której tylko wyroby medyczne są objęte wymogiem certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

**Odp.: dopuszczam**

**Dotyczy Zadanie nr 15, pozycja nr 3,** Czy Zamawiający dopuści arkuszowe testy Bowie Dick zmieniające przebarwienie z koloru żółtego na czarny?

**Odp.: dopuszczam**

#### **PYTANIE 1 – zadanie 30, pozycja 1:**

Prosimy Zamawiającego o dookreślenie rozmiaru prowadnic do rurek intubacyjnych. W jakiej jednostce jest podany rozmiar prowadnic oraz prosimy o podanie rozmiaru rurek intubacyjnych do których Zamawiający chce wykorzystać wymagane prowadnice?

**Odp.: dla rurek o rozmiarze 2,0mm- 11,00 mm**

Czy Zamawiający wydzieli **poz. 1**, z **Zadania nr 1** do osobnego pakietu? Umożliwi to przystąpienie do większej ilości oferentów

**Odp.: nie wyrażam zgody**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1 poz. 1** dopuści kaniule wykonane z FEP, z dwoma paskami RTG, z koreczkiem luer-lock z trzpieniem standardowym tj, powyżej własnej krawędzi, w rozmiarach odpowiednio: 24G 0,7x19mm; 22G 0,9x25mm; 20G 1,1 x 32mm; 18G 1,3x32mm; 17G 1,5x45mm; 16GG 1,7x45mm; 14G 2,1x45mm?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający wydzieli **poz. 3 z Zadania nr 2** do osobnego pakietu? Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów?

**Odp.: nie wyrażam zgody**

---

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2, poz. 3** dopuści kaniule wykonane z poliuretanu z elementem zabezpieczającym igłę po wyjęciu oraz zapobiegającym zakłuciu, w rozmiarach odpowiednio: 22G 1,1x32mm; 18G 1,3x32mm, 18G 1,3x45mm, 17G 1,5x45mm; 16G 1,7x45mm; 14G2,1x45mm?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 8 poz. 1** wyrazi zgodę na wycenę produktu : „ Impregnowana myjka ciała w formie rękawicy, o ergonomicznym kształcie, zgrzewana termicznie, wykonana z włókniny typu spunbond o fakturze ok 100g/m<sup>2</sup>, nasączona łagodnym płynem do mycia, niezawierająca alkoholu z aloesem i witaminą E, nieperfumowana, o obojętnym PH, opakowanie 8 szt. w woreczku, 30 woreczków w kartonie. Rozmiar 15x23cm?

**Odp.: zgodnie z SIWZ oraz dopuszczeniem,**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 10** dopuści wycenę golarki z ostrzem ze stali nierdzewnej o wymiarze 1,1x4cm, w opakowaniu x100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: dopuszczam**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 34 poz.2** dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,45/13mm o ścianie normalnej?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 34, poz. 3** dopuści wycenę igieł długoocistych?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

**1. Dotyczy zadanie 14.1.-14.11.**

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a termokurczliwą folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu?

W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu, a folia stanowi dodatkowe zabezpieczenie rękawów.

**Odp.: dopuszczam**

**2. Dotyczy zadanie 14.1.-14.11.**

Czy Zamawiający wymaga aby informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji były w języku polskim?

**Odp.: dopuszczam**

**3. Dotyczy zadanie 14.1.-14.11.**

Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa zamawiający wymaga aby rękaw posiadał folię 8 warstwową?

**Odp.: dopuszczam**

**4. Dotyczy zadanie 14.1.-14.11.**

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?

**Odp.: dopuszczam**

**5. Dotyczy zadanie 14.1.-14.11.**

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

**Odp.: dopuszczam**

**6. Dotyczy zadanie 14.12.-14.14.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę zgodną z poniższą charakterystyką:

Opakowanie włókninowe typu SMS ( 3-warstwowe), zgodne z poniższymi parametrami:

- przeznaczone do sterylizacji parowej i plazmowej,
- kolor niebieski/ zielony,
- gramatura 55 g/m<sup>2</sup>,
- włókna syntetyczne,
- nie zawiera lateksu.

**Odp.: dopuszczam**

**7. Dotyczy zadanie 14.12.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę o wymiarze 120cm x 120cm?

W razie odmowy Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 14 poz. 12 do odrębnego zadania. Zgoda Zamawiającego podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli na zaoferowane atrakcyjnych cenowo i wysokich jakościowo produktów.

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**8. Dotyczy zadanie 14.13.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę w opakowaniu 200szt. w odpowiednim przeliczeniu?

**Odp.: dopuszczam**

**9. Dotyczy zadanie 14.15-14.16.**

Czy ze względu na fakt, iż opakowania papierowe są wyrobem, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależne laboratorium certyfikowane,

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**10. Dotyczy zadanie 14.15-14.16.**

Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wyżej wymaganego dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier, posiadający potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnej z normami wydaną przez producenta?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**11. Dotyczy zadanie 14.17.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebkę papierowo-foliową bez fałdy o wymiarze 300 x 450mm?

W razie odmowy Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 14 poz. 17 do odrębnego zadania. Zgoda Zamawiającego podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli na zaoferowane atrakcyjnych cenowo i wysokich jakościowo produktów.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**12. Dotyczy zadanie 14.18.-14.19.**

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

**Odp.: dopuszczam**

**13. Dotyczy zadanie 15.1.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Testy do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na dołączenie potwierdzenia zgodności produktu z normami, które zostało wydane przez producenta testu?

**Odp.: dopuszczam**

---

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**14. Dotyczy zadanie 15.1.**

Czy zamawiający ma na myśli testy biologiczne zgodne z poniższym opisem:

- odczyt wyniku po 24 h,
- zmiana koloru pożywki z fioletowego na żółty?

**Odp.: dopuszczam**

**15. Dotyczy zadanie 15.3.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na test przebarwiający się z koloru żółtego na czarny?

**Odp.: dopuszczam**

**16. Dotyczy zadanie 15.3.**

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

**Odp.: dopuszczam**

**17. Dotyczy zadanie 15.3.**

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

**Odp.: dopuszczam**

**18. Dotyczy zadanie 15.3.**

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

**Odp.: dopuszczam**

**19. Dotyczy zadanie 15.4.**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zadania o model metkownicy?

**Odp.: metkownica „Printex”**

**Zadanie nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczek do kaniul typu Kombi tylko w kolorze czerwonym?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczek do kaniul typu Kombi o klasę wyżej -II A?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający może doprecyzować o jakie kolory chodzi? Gdyż obecnie na rynku ogólnie dostępny jest korek Kombi w kolorze czerwonym.

**Odp.: niebieski, biały, błękitny**

**Zadanie nr 3 poz. 5-6**

Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego do lipidów?

**Odp.: nie wymaga**

**Zadanie nr 3 poz. 7**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Zadanie nr 3 poz. 7**

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

**Odp.: dobrze**

**Zadanie nr 3 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez opaski na dren?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych bez opaski na dren?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 8**

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

**Odp.: dobrze**

**Zadanie nr 3 poz. 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Strzykawki typu luer -lock z rozszerzoną skalą 2-3 ml?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Strzykawki typu luer -lock z rozszerzoną skalą 10-12 ml?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki typu luer , poj 20 ml w opakowaniu po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 50/60 ml do pomp infuzyjnych w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 50/60 ml do pomp infuzyjnych w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. typu bursztyn, w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 22**

---

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z zakończeniem Luer jak obecnie stosowana w Państwa placówce?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. typu luer trzyczęściowej o skali rozszerzonej 5-6 ml??

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 24**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej typu Janetta o pj. 100 ml z 2 łącznikami luer?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie nr 3 poz. 25-27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25-27 z zadania nr 3 ?

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 34, poz 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. ostrze krótkie z nasadką z Polipropylenu i osłonką z polietylenu?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 34, poz 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozm. 19G (1,1 mm x 40 mm) długościątą?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 34, poz 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. ostrze długościenne w rozm. 0,45 mm/12 mm zamiast 0,45 x 13 mm?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 34, poz 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. ostrze długościątą z nasadką z Polipropylenu i osłonką z polietylenu?

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 34, poz 3**

Czy Zamawiający zezwoli na wydzielenie igieł j.u. bezpiecznych z rozmiarze 1,1 x 50 mm ( żółta), 0,5 mm/25 mm (pomarańczowa), 0,45 mm/13 mm (brązowa) do osobnego pakietu?

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**Zadanie 34, poz 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 z Zadania nr 34??

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**Zadanie 34, poz 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły typu motylek w rozmiarze 22G 0,7 mm/20 mm)?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 34, poz 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły typu motylek w rozmiarze 25G 0,5 mm/20 mm)?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 34, poz 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły typu motylek w rozmiarze 27 G 0,6 mm/20 mm)?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 34, poz 4-6**

Czy Zamawiający wymaga Igły typu motylek z opaską stabilizującą?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 34, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły tępej do pobierania leków w klasie wyżej- II A?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 34, poz. 7**

Czy Zamawiający na pewno wymaga nasadki w kolorze czerwonym czy może konektora? Jeśli nasadki, to czy może być ona w kolorze przezroczystym?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 34, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły tępej do pobierania leków ściętej pod kątem 45 st w klasie wyżej- II A?

**Odp.: dopuszczam**

**Część 12 poz. 1**

1/Prosimy Zamawiającego sprecyzowanie czy wymaga ostrza w rozmiarze 11P?

**Odp.: rozmiar 11**

**Część 37 poz. 2**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Część 37 poz. 5**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Część 37 poz. 6**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno- gardłowej Guedel wykonanej z półsztywnego nie toksycznego polietylenu.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Część 37 poz. 7**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z mankietem ze stałym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica ułatwiająca wprowadzanie, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 3,0-10,0 co 0,5mm

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Część 37 poz. 9**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z mankietem z ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica ułatwiająca wprowadzanie, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Część 37 poz. 10**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej wykonanej z termoplastycznego PVC, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Część 37 poz. 12**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki dooskrzelowej, zestawu złączy i drenów pakowanych osobno.

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z kanką Yankauer w rozmiarze CH21?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 5, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o minimalnej różnicy w składzie:

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- **Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 5, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, chłonność 600%?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 5, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą w rozmiarze 27Gx120mm za igłą 27Gx103mm?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarze CH 16, 18, 20?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 23, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 23, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 28, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków w kolorze różowym i niebieskim z przezroczystym okienkiem na karteczkę z rozróżnieniem dla dziewczynek i chłopców?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych w kolorze białym z przezroczystym okienkiem na karteczkę?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 28, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem opakowań?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 28, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG F9 w rozmiarze 151x90x150?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 28, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści papier EKG Lifepack w rozmiarze 108x23m lub 106x25m?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 28, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści papier Sony UPP110 HG w rozmiarze 110x18m?

**Odp.: dopuszczam**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Zadanie 28, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z polietylenową szczotką i poliuretanową gąbką w rozmiarze 90x45x35mm?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 28, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści niesterylne szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk ze środkiem bakteriobójczym jakim jest chlorheksydyna?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 33 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu skalowany co 100ml, z krzyżowym zaworem spustowym typu „T”?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 33 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml, z przezroczystym drenem o długości 115cm, z otworem centralnym i otworem bocznym, bez plastikowej kanki?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 33 poz. 6, 7**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kodem barwnym na cewniku oraz kodem numerycznym na opakowaniu jednostkowym?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 33 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 30 – 50ml?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 33 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści 3 drożne cewniki Foleya w rozmiarze CH16, 18, 20, 22?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 35 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’90szt. z przeliczeniem opakowań?

**Odp.: dopuszczam**

**Zadanie 4**

**Poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny brzuszne o długości 30 lub 40cm /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy/, wykonane z delikatnego, atraumatycznego tworzywa o optymalnej twardości i sprężystości (tak jak obecnie stosowane w PZS) - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp.: dopuszczam**

**Poz. 3**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z zakończeniami pierścieniowymi (umożliwiający zmianę średnicy)”, oznacza wymóg zaoferowania zestawów, których lejkowe zakończenie od strony ssaka, posiada min. 2 pierścienie umożliwiające dopasowanie średnicy dreny do wielkości krućca ssaka o średnicach od 8 do 18mm (tak jak w obecnie stosowanych w PZS).

**Odp.: potwierdzam**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „podwójnie pakowany”, oznacza wymóg zaoferowania zestawów, które ze względów aseptycznych są pakowane w wewnętrzny worek foliowy, perforowany na całej powierzchni oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, umożliwiające jałowe wyjęcie zestawów w środowisku bloku operacyjnego (tak jak w obecnie stosowanych w PZS).

**Odp.: potwierdzam**

#### **Poz. 6-8**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny, powinny mieć długość min. 1700mm (tak jak obecnie stosowane w PSZ), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

**Odp.: potwierdzam**

#### **Poz. 10-11**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z kontrastem” oznacza wymóg zaoferowania cewników posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w warunkach klinicznych (tak jak w obecnie stosowanych w PZS).

**Odp.: potwierdzam**

#### **Zadanie 9**

##### **Poz. 1**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane smoczki powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14350-1:2006 „Artykuły dla dzieci - Sprzęt do picia - Część 1: Wymagania ogólne i mechaniczne oraz badania” oraz PN-EN 14350-2:2006 „Artykuły dla dzieci - Sprzęt do picia - Część 2: Wymagania chemiczne i badania”.

**Odp.: potwierdzam**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane smoczki (tak jak obecnie stosowane w PZS) nie powinny zawierać szkodliwego bisfenolu A, powinny posiadać system antykolkowy oraz żółtą zintegrowaną zakrętkę kompatybilną z butelkami używanymi w PZS oraz powinny być pojedynczo pakowane w opakowanie folia-papier, gotowe do użycia.

**Odp.: potwierdzam**

#### **Zadanie 21**

##### **Poz. 1-2**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski z nebulizatorem przynajmniej dla dzieci w poz. 2, powinny być wykonane z innego materiału niż PCV /bez zawartości ftalanów, lateksu i innych szkodliwych substancji/ oraz powinny posiadać dren o przekroju gwiazdkowym zapobiegający zaginaniu, co gwarantuje zakładany przy procedurze nebulizacji przepływ tlenu.

**Odp.: dopuszczam**

#### **Zadanie 26**

##### **Poz. 0-5**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż opakowanie jednostkowe lub sama łyżka powinny być kodowane kolorami do łatwej identyfikacji rozmiaru, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

**Odp.: dopuszczam**

#### **Zadanie 33**

##### **Poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne worki do zbiórki moczu, z dokładną skalą pomiarową, adekwatną do pomiaru diurezy, o dokładności pomiaru co 100ml do 2000ml, z równoważnym zaworem typu T nowszej generacji od wymaganego w siwz, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp.: dopuszczam**

---

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Poz. 3**

1. Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do lewatywy bez cyt. „antywłamaniowej” konstrukcji.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Poz. 6-7**

1. Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania z cyt. „barwnym”, a nie „bezbarwnym” kodem, identyfikujący zgodnie z ISO ich rozmiar.

**Odp.: potwierdzam**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać zgodnie z opisami siwz „kolorowy kod” identyfikujący rozmiar na łączniku cewnika oraz kod numeryczny identyfikujący ich rozmiar, zarówno na samym cewniku jak i cyt. „fabrycznie nadrukowany na opakowaniu” jednostkowym.

**Odp.: potwierdzam**

**Poz. 8**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki z kontrolą odsysania, oznaczone barwnym kodem, zgodnie z ISO na samym cewniku oraz oznaczeniem numerycznym rozmiaru cyt. „fabrycznie nadrukowane na opakowaniu”, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp.: dopuszczam**

**Poz. 9**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do karmienia nie skalowane, bez paska rtg, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp.: dopuszczam**

**Poz. 10**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya z balonem o pojemności 10ml lub 30ml, zapewniającym optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego oraz gwarantujące optymalne warunki stabilizacji cewników w rozmiarach Ch12-24, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp.: 30 ml, zgodnie z SIWZ**

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp.: dopuszczam**

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 37**

**Poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do podawania tlenu o długości 200-210cm, z uniwersalnym łącznikiem wciskowym pasującym do standardowych reduktorów tlenowych, sterylne, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Poz. 3**

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy nie nastąpiła omyłka i w rzeczonyj pozycji Zamawiający wymaga rurek pediatrycznych w rozmiarach 2.0, 2.5 i 3.0, ale bez mankietu, gdyż rurki z mankietem w rzeczonych rozmiarach zostały opisane w poz. 2.

**Odp.: Zamawiający wymaga rurek bez mankietu, pomyłka**

2. Jeżeli tak, to czy oferowane rurki jako rurki przeznaczone dla najmniejszych pacjentów, powinny być wykonane z mieszaniny pcv i silikonu, oraz powinny być skalowane min. co 0,5cm, co zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania w każdym okresie i w każdych warunkach klinicznych.

**Odp.: dopuszczam**

**Poz. 4**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, standardowe rurki bez mankietu, z atraumatycznie wykonanym zakończeniem /bez wygięcia w kształcie bawolego nosa/ renomowanego polskiego producenta firmy Sumi, w rozmiarach 2.0-6.0 do dowolnego wyboru przez Zamawiającego.

**Odp.: dopuszczam**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki - analogicznie do innych rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, opisanych w przedmiotowym zadaniu - powinny być silikonowane t.j. wykonane z medycznej odmiany silikonowanego pcv lub wykonane z mieszaniny pcv i silikonu.

**Odp.: dopuszczam**

**Poz. 6**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki ustno-gardłowe Guedel, wykonane z innego materiału niż pcv, znacznie bardziej biokompatybilnego materiału, stosowanego do wyrobu najwyższej jakości wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedela, powinny posiadać jednocześnie konstrukcję, co zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowania oraz dystalną krawędź z syntetycznej gumy, ograniczającej możliwość traumatyzacji w trakcie wykonywania procedury.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odp.: dopuszczam**

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami

**Odp.: dopuszczam**

**Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
Krzysztof Wywrot**

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899