

Oleśnica, 16.09.2019r

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986), w związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na **"Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Powiatowego Zespołu Szpitali"**, Nr sprawy PZS/PN/15/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 595193-N-2019 dnia 09.09.2019r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się 540194589-N-2019 dnia 16.09.2019)

ODPOWIEDZI 2

Pytania do wzoru umowy:

§6 ust. 1.1.b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp.: nie wyrażam zgody

Pytania do SIWZ:

Zadanie 20, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody do badań holterowskich o wymiarach 56mm x 42mm z języczkiem i wycięciem, wykonanej z pianki polietylenowej, pokrytą klejem, z żelazem stałym, z sensorem Ag/AgCl, w opakowaniu 50 szt.? Zdjęcie poglądowe poniżej



Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 22, poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści glukometr, który oznacza poziom glukozy we krwi w zakresie 10-600 mg/dl ?
2. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby glukometr miał możliwość pracy na próbkach krwi: włosniczki, noworodkowej, żylniej, tętniczej
3. Czy Zamawiający oczekuje glukometru który pracuje w przedziale hematokrytu 10-70%
4. Czy Zamawiający oczekuje glukometru, który wykona oznaczenie maksymalnie w ciągu 5 sekund?
5. Czy Zamawiający wymaga glukometrów, które wyświetlają komunikaty z ostrzeżeniem „Hyper”, „Hipo” oraz „Ketone”?
6. Czy Zamawiający wymaga dopełnienia brakującej próbki krwi na pasek testowy w czasie 3 sekund?

7. Czy Zamawiający oczekuje opakowania testów paskowych w ilości 50 sztuk pakowanych w dwie fiolki po 25 sztuk?
8. Czy Zamawiający oczekuje roztworów kontrolnych na 3 poziomach: niskim, normalnym, wysokim?
9. Czy Zamawiający wymaga , aby każda fiolka z testami paskowymi była ważna po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy?
10. Czy Zamawiający oczekuje aby glukometr miał możliwość wykonania około 2500 oznaczeń na 1 zestawie baterii?

Odp.: W związku z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi parametrów opisanych powyżej, Zamawiający dodaje do postępowania pakietu nr 40

Zadanie 22, poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje nakłuwacza automatycznego jednorazowego z ostrzem pokrytym silikonem, aktywowanego za pomocą przycisku, o głębokości nakłucia 2,0 mm oraz rozmiarze 23G?

Odp.: W związku z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi parametrów opisanych powyżej, Zamawiający dodaje do postępowania pakietu nr 40

Pakiet 22, poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje nakłuwacza typu kroplet w rozmiarze igły 28G?

Odp.: W związku z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi parametrów opisanych powyżej, Zamawiający dodaje do postępowania pakietu nr 40

Zadanie 26 – wszystkie pozycje

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżek do laryngoskopu wykonanych z metalu /stali nierdzewnej / z plastikową stopką spełniających pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odp.: dopuszczam

Zadanie 30, pozycja 2 – pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników spełniających równoważną normę ASTM F2132 w zakresie odporności pojemników na przebicie? Wymogi odporności na przebicie określone w normie ASTM F2132 są identyczne z normą BS 7320.

Odp.: dopuszczam

Zadanie 30, pozycja 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnic do intubacji w rozmiarach od 1,9 mm do 5,0 mm dla rurek o rozmiarze 2,0mm -11,00 mm ?

Odp.: dopuszczam

Zadanie 30, pozycja 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnic do intubacji dla dzieci w rozmiarze 3,3mm o długości 600mm lub przewodnic w rozmiarze 3,3mm o długości 800mm?

Odp.: dopuszczam

ZMIANA

W związku z liczną ilością zapytań do ww postępowania, Zamawiający dokonuje zmienia termin składania oraz otwarcia ofert z **18.09.2019 na 19.09.2019** oraz dodaje do postępowania **pakiet nr 40**.

W związku z powyższymi zmianami dodaje się :

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- SIWZ po zmianach,
- Oferta po zmianach,
- Formularz asortymentowo- cenowy (zadanie 40)

**Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
Krzysztof Wywrot**