

Oleśnica, 24.09.2019r

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986), w związku z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na **"Zakup i dostawa dwóch ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem do Powiatowego Zespołu Szpitali "**, Nr sprawy PZS/PN/16/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 598722-N-2019 dnia 17.09.2019r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano pod nr 540201330-N-2019 dnia 24.09.2019r, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano pod nr: 540201813-N-2019 dnia 24.09.2019r)

ODPOWIEDZI 2

1. Proszę o modyfikację §1 projektu umowy, tak aby wskazywał, że przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. ambulansów, nie ambulansu (jednego).
Odp.: Zamawiający przewiduje podpisanie dwóch umów, na każdy ambulans osobnej
2. Proszę o powołanie się w §1 projektu umowy na aktualny numer Dziennika Ustaw dla ustawy o wyrobach medycznych. Aktualnym numerem Dziennika Ustaw jest Dz.U. z 2019 r. z poz. 175 z późn.zm.
Odp.: zmieniono
3. Proszę o skrócenie określonego w par. 2 ust. 2 projektu umowy terminu z 7 do 2 dni roboczych oraz o dopuszczenie powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy w formie e-mail. W procesie produkcji ambulansu mogą wystąpić różne nieprzewidziane zdarzenia mogące opóźnić o kilka dni jego wyprodukowanie. Wykonawcy trudno będzie zatem przewidzieć aż z 7 dniowym wyprzedzeniem, czy proces ten zakończy się sukcesem i w konsekwencji czy możliwa będzie dostawa ambulansu. Jeśli zaś chodzi o sposób poinformowania Zamawiającego o dostawie, to należy nadmienić, iż porozumiewanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest obecnie jedną z najpowszechniejszych form komunikacji. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w przypadku wyboru formy listowej nawet 7 dniowy termin mógłby zostać niezachowany.
Odp.: zmieniono
4. Proszę o wykreślenie z treści §2 ust. 10 projektu umowy tiret 8 i 9. Zamawiający przewiduje obowiązek dostarczenia tych dokumentów do dnia 9.12.2019 r., czyli jeszcze przed terminem dostawy ambulansów.
Odp.: zmieniono termin z 09.12.2019 na 19.12.2019
5. Proszę o potwierdzenie, że terminy określone w projekcie umowy będą liczone w dniach roboczych.
Odp.: najczęściej kalendarzowych
6. Proszę o wykreślenie par. 4 ust. 2 projektu umowy, gdyż pozostaje on w sprzeczności z par. 2 ust. 5 projektu umowy. Zgodnie z par. 2 ust. 5 faktura ma zostać wystawiona do dnia 09.12.2019 r., a więc przed dostawą oraz podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Konieczne jest zatem wykreślenie zapisu, iż podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
Odp.: Pomyłka Zamawiającego, termin wystawienia faktury i dostarczenia środka trwałego jest taki sam – 19.12.2019r
7. Proszę o zmianę pkt 5 Formularza Ofertowego poprzez zastąpienie fragmentu „w tym 7 dniowy termin płatności faktur” fragmentem: „w tym 60 dniowy termin płatności faktury”. Zgodnie z par. 4 ust. 1 projektu umowy termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Ponadto zgodnie z treścią projektu umowy płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie jednorazowa, Wykonawca wystawi jedną fakturę a nie kilka faktur.
Odp.: zmieniono

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

8. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę par. 4 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu treści: „Za termin płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
- Odp.: nie wyrażam zgody**
9. Proszę o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 08.01.2020 r. Z uwagi na obecne na rynku zwiększenie ilości zamówień na dostawy ambulansów żaden z wykonawców nie będzie w stanie zrealizować zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Rozwiązaniem tej sytuacji jest umożliwienie Wykonawcy wystawienia faktury do dnia 9.12.2019 r. oraz wykonania zamówienia do dnia 08.01.2020 r. W przyjętym schemacie Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu następujące rozwiązanie:
- 1) W terminie uzgodnionym przez Strony, np. w terminie 2 dni przed planowanym terminem wystawienia faktury Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie oględzin zabudowywanego ambulansu w miejscu wykonywania zabudowy w celu weryfikacji prawidłowości i terminowości postępu prac.
 - 2) W terminie do 9.12.2019 r. zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie Zamawiającemu doręczona wraz z dokumentacją umożliwiającą rejestrację pojazdu.
 - 3) Pojazd będący przedmiotem zamówienia zostanie Zamawiającemu dostarczony do 08.01.2020 r. Brak przesunięcia terminu dostawy może spowodować brak ofert ze strony Wykonawców a co za tym idzie konieczność unieważnienia postępowania przez Zamawiającego i nieskorzystanie ze środków przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia.
- Odp.: nie wyrażam zgody**
10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w par. 4 ust. 3 projektu umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 przywołanej ustawy stosuje się odpowiednio.
- Odp.: potwierdzam**
11. Proszę o potwierdzenie, że przez urządzenia stanowiące wyposażenie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 i ust. 4 Zamawiający rozumie urządzenie do kompresji klatki piersiowej będące na wyposażeniu ambulansu.
- Odp.: zabudowa, ukradzenie do kompresji klatki piersiowej, nosze wraz z transporterem**
12. Proszę o zmianę par. 5 ust. 4 zdanie drugie poprzez nadanie mu następującej treści: „Okresy gwarancji na poszczególne części medyczne będące na wyposażeniu ambulansów są określone w ich dokumentach gwarancyjnych”. Zamawiający wymaga dostarczenia jednego urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Urządzenie to ma stanowić wyposażenie jednego ambulansu, natomiast nosze mają być elementem wyposażenia obu ambulansów. W związku z tym naszym zdaniem konieczna jest modyfikacja ww. zapisu, gdyż jego obecna treść wskazuje na to, że Wykonawca ma zapewnić większą ilość urządzeń dla obu ambulansów, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
- Odp.: nie wyrażam zgody**
13. Proszę o potwierdzenie, że wymiana oraz usunięcie wad przedmiotu umowy, o których mowa w par. 5 ust. 5 projektu umowy dotyczą sytuacji, w których Wykonawca uzna reklamację za uzasadnioną. Nie każde żądanie zgłoszone w ramach reklamacji będzie rodziło obowiązek wymiany bądź naprawy przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy. Wykonawca naprawi bądź wymieni przedmiot umowy, jeśli wada, usterka, awaria, powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
- Odp.: potwierdzam**
14. Proszę o modyfikację §5 ust. 6 i 9 wzoru umowy, tak aby terminy na naprawę były liczone od momentu potwierdzenia zgłoszenia w formie pisemnej, faxem lub e-mail. W momencie wystosowania przez Zamawiającego potwierdzenia Wykonawca będzie miał pewność, że zgłoszenie zostało prawidłowo złożone.
- Odp.: nie wyrażam zgody**
15. Proszę o potwierdzenie, że dostawa samochodu zastępczego lub zwrot kosztów samochodu zastępczego przez Wykonawcę wyłącza możliwość naliczenia kar umownych.
- Odp.: potwierdzam**
16. Proszę o potwierdzenie, że usunięcie wad przez Zamawiającego na ryzyko i koszt Wykonawcy wyłącza możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych.
- Odp.: potwierdzam**
17. Proszę o potwierdzenie, iż czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, fax w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany

jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odp.: dni kalendarzowe

18. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku poważniejszych awarii naprawa zabudowy specjalnej oraz wyposażenia medycznego odbywać się będzie w siedzibie podmiotu prowadzącego serwis zabudowy/wyposażenia medycznego.

Odp.: w przypadku zapewnienia ambulansu zastępczego

19. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych:

- określonej w par. 6 ust. 1 projektu umowy z 1 % na 0,5 %,
- określonej w par. 6 ust. 2 projektu umowy z 0,2 % na 0,1%,
- określonej w par. 6 ust. 3 projektu umowy z 20 % na 10%,

Odp.: zmieniono

20. Proszę o zmianę par. 6 ust. 1 i 2 projektu umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za każdy dzień zwłoki, a nie za opóźnienia. Utrzymanie zapisów w dotychczasowej formie powoduje, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za wystąpienie zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kar.

Odp.: zmieniono

21. Proszę o zmianę par. 6 ust. 4 projektu umowy w taki sposób, aby określona w tym par. kara umowna naliczana była za dzień zwłoki a nie za godzinę opóźnienia. Obecne brzmienie należy uznać za zbyt rygorystyczne. Zmiana w tym zakresie wpłynie na zmniejszenie ceny oferty.

Odp.: zmieniono

22. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w par. 6 ust. 7 projektu umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odp.: nie wyrażam zgody

23. Proszę o zmianę par. 6 ust. 3 projektu umowy poprzez usunięcie z niego fragmentu: „(np. nie wywiązania się z dostarczenia dokumentów do rejestracji ambulansu, tj. faktura, świadectwo homologacji, karta pojazdu itd. szczegółowo określonych w § 2 ust. 1 w terminie do 09 grudnia 2019 r.). Zastrzeżenie przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne stoi w sprzeczności m.in. z zasadą pacta sunt servanda, zgodnie z którą umowa skutecznie zawarta wiąże obie strony, nie powinna być zmieniana ani rozwiązywana, lecz wykonana realnie do końca. Wyjątki są dopuszczalne, z woli stron w obrocie powszechnym, natomiast w zamówieniach publicznych – w granicach przyzwolenia ustawowego. Zakaz zastrzegania prawa odstąpienia czy rozwiązania umowy o zamówienie publiczne w ujęciu art. 395 kc nie został co prawda sformułowany wyraźnie w prawie polskim, jednak jest on oczywisty na tle wyjątkowych przypadków jednostronnego rozwiązania umowy przez zamawiającego przewidzianych w art. 145-145a Pzp.”(R.Szostak, „Umowy o zamówienia publiczne w zarysie”, s. 219). Naszym zdaniem pozostawienie obecnego brzmienia par. 6 ust. 3 jest zbyt rygorystyczne, gdyż Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w przypadku jednodniowego opóźnienia w dostarczeniu choćby jednego z dokumentów określonych w par. 2 projektu umowy.

Odp.: nie wyrażam zgody

24. Proszę o wskazanie jakie dokumenty stanowią załącznik nr 3 i 4 do umowy dostawy, gdyż treść projektu umowy odwołuje się wyłącznie do załącznika nr 5/5a (oferta Wykonawcy), załącznika nr 1 (parametry techniczne przedmiotu umowy) oraz załącznika nr 2 (SIWZ).

Odp.: omyłka pisarska Zamawiającego

25. Proszę o wyjaśnienie dlaczego oferta Wykonawcy ma stanowić dwa załączniki do umowy – 5 oraz 5a? Oferta Wykonawcy będzie stanowiła jeden dokument, nie jest zatem potrzebne aby dzielić go na dwie części będące dwoma załącznikami do umowy – 5 oraz 5a.

Odp.: Zamawiający planuje by na każdy ambulans była osobna umowa

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

26. Proszę o ujednoczenie zapisów SIWZ oraz projektu umowy, ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmian umowy, gdyż pkt 17 SIWZ oraz par. 7 ust. 1 projektu umowy i ogłoszenia o zamówieniu zawierają odmiennie przesłanki zmiany umowy. Proszę także o poprawienie w pkt 17 SIWZ omyłki poprzez zmianę fragmentu „Zmiany ceny brutto spowodowanej zmianą stawki CAT” na fragment: „Zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT”.

Odp.: zmieniono

27. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający. Proponujemy dodanie wnioskowanego zapisu do treści par. 7 ust. 1 projektu umowy następujących przesłanek zmiany umowy:

- a) zmiany sposobu/terminów płatności;
- b) zmiany numeru konta bankowego;
- c) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

Odp.: zmieniono

28. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ, poprzez wykreślenie z pkt 3 ppkt 4 SIWZ oraz pkt 10 lit. c. Formularza Oferty zapisu odnoszącego się do podania w ofercie firm podwykonawców. Należy zaznaczyć, że Wykonawca nie jest zobowiązany żadnym przepisem ustawy do zawierania umów podwykonawczych przed złożeniem oferty, w związku z powyższym decyzję o wyborze konkretnego podwykonawcy ma prawo podjąć dopiero na etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

Odp.: zgodnie z SIWZ

29. Proszę o wyjaśnienie w jakim miejscu ma zostać wykonane zamówienie – w siedzibie Zamawiającego czy Wykonawcy? Treść pkt 3 ppkt 5 wskazująca, iż miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego pozostaje w sprzeczności z treścią pkt 3 ppkt 8, zgodnie z którym zamówienie ma być wykonane na terenie działania wykonawcy.

Odp.: Zamówienie ma być zrealizowane i dostarczone do siedziby Zamawiającego do 19.12.2019r

30. Proszę o wykreślenie pkt 5 ppkt 2 SIWZ, ponieważ Zamawiający nie postawił w przedmiotowym postępowaniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Odp.: zgodnie z SIWZ

31. Proszę o wykreślenie z SIWZ oraz Formularza Oferty zapisów odnoszących się do wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. pkt 9.1 ppkt 2-12, pkt. 9.2. i 9.3, pkt 16 SIWZ oraz pkt 9 i pkt 8 Formularza Oferty, ponieważ zgodnie z treścią SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu ani wniesienia wadium ani wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odp.: usunięto

32. Proszę o wykreślenie pkt 11 ppkt 10 SIWZ, gdyż ani Formularz Oferty ani załączniki do SIWZ nie zawierają żadnych pytań.

Odp.: usunięto

33. Prosimy o wykreślenie pkt 14 ppkt 2 SIWZ, ponieważ jest on sprzeczny z pozostałymi zapisami SIWZ. W punkcie tym wskazano, że w ofercie należy podać cenę wykonywania zamówienia przez okres 12 miesięcy. Zgodnie z pkt 4 SIWZ oraz projektem umowy zamówienie ma zostać wykonane do 19.12.2019 r., więc przez okres ok. 2-3 miesięcy. Ponadto w ppkt 2 Zamawiający wskazał, iż podstawą wyliczenia ceny jest formularz asortymentowo-cenowy będący załącznikiem do formularza oferty, jednakże do formularza oferty został załączony formularz parametrów technicznych, w których Wykonawca podaje parametry oferowane, a nie cenę przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odp.: usunięto

34. Proszę o zmianę pkt 14 pkt 3 SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Cena w ofercie powinna uwzględniać koszty wszystkich czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia”.

Odp. Zgodnie z SIWZ

35. Proszę o zmianę pkt 14 ppkt 4 poprzez zastąpienie fragmentu „z dokładnością do dwóch, trzech lub czterech miejsc po przecinku” fragmentem: „z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”. Pragniemy przypomnieć, że cena musi być zaokrąglona do pełnych groszy.

Odp.: zmieniono

36. Proszę o potwierdzenie, że koszty ubezpieczeń, o których mowa w pkt 14 ppkt 12.5 SIWZ dotyczą ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do siedziby Zamawiającego.

Odp.: potwierdzam

37. Proszę o zmianę pkt 14 ppkt 12.1. SIWZ, poprzez wykreślenie z niego wyrazu „usługa” i wprowadzenie na jego miejsce wyrazu „dostawa”. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest usługa, ale dostawa.
 Odp.: zmieniono
38. Proszę o zmianę pkt 14 ppkt 12.6 SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: “wszelkie opłaty oraz koszty związane z realizacją obowiązków Wykonawcy określonych w umowie. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym”. Nie możemy zgodzić się na obecną treść pkt 12.6, gdyż wynika z niego, że Wykonawca powinien wkalulować w cenę oferty także opłaty, które w trakcie realizacji zamówienia obciążają Zamawiającego oraz wszelkie straty, które w czasie wykonywania zamówienia poniesie Zamawiający. W odniesieniu zaś do odpowiedzialności za wyrządzone szkody należy wskazać, iż zgodnie z kodeksem cywilnym odpowiedzialność ta występuje kiedy poszkodowany udowodni winę sprawcy szkody, a między szkodą oraz zdarzeniem ją wywołującym istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Wykonawca nie może zatem ponosić odpowiedzialności za wszystkie szkody, które zostaną wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia, ale tylko takie, za których wyrządzenie zostanie Wykonawcy udowodniona wina.
 Odp.: zgodnie z SIWZ
39. Proszę o potwierdzenie, że pisząc o gwarancji na samochód Zamawiający miał na myśli gwarancję na pojazd bazyowy.
 Odp.: potwierdzam
40. Proszę o poprawienie numeracji załączników do SIWZ. W pkt 7.2. SIWZ wskazano, że Wykonawca powinien złożyć oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej według załącznika nr 4 do SIWZ tymczasem oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto wśród załączonych do SIWZ dokumentów brak załącznika o numerze 4. W wykazie załączników, określonym w pkt 19, brakuje również zał. nr 8, czyli oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych z RODO.
 Odp.: zmieniono
41. Proszę o ujednoczenie zapisów SIWZ w zakresie okresu gwarancji na samochód oraz sprzęt medyczny. W pkt 14 SIWZ wskazano, że okres gwarancji liczony jest w miesiącach natomiast w Formularzu oferty określono, że termin gwarancji należy podawać w latach. Ponadto w pkt 14 SIWZ podano, że maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca zarówno na sprzęt medyczny jak i samochód wynosi 60 miesięcy, czyli 5 lat. Natomiast w pkt 3.2. i 3.3. formularza ofertowego wskazano, że Wykonawca może zaoferować maksymalnie czteroletni okres gwarancji.
 Odp.: dokonano zmian
42. W związku z zapisem zawartym w pkt 8 załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy) proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie korespondencyjnym.
 Odp.: potwierdzam
43. Proszę o dostosowanie sekcji III.4. ogłoszenia o zamówieniu do treści pkt 7. 3. i 7.4. SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający oprócz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 żąda jedynie przedłożenia odpisu z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający nie powinien zatem żądać od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP dodatkowych dokumentów, tj. zaświadczeń potwierdzających niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zawodowe, skoro nie wymaga złożenia takich dokumentów przez Wykonawców z obszaru RP.
 Odp.: dostosowano
44. Proszę o dostosowanie sekcji III.5.2. ogłoszenia o zamówieniu do pkt. 7.3 SIWZ poprzez wykreślenie z niej zapisu o konieczności przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie art 25 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p., ponieważ w SIWZ brak jest wymogu przedłożenia takiego oświadczenia.
 Odp.: zapisy zgodne
45. Proszę o zmianę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ poprzez powołanie się w pozycji „Informacja dotycząca Wykonawcy” na prawidłową nazwę postępowania. W ww. pozycji Zamawiający wskazał, iż oświadczenie dotyczy zadania pt. „zakup i dostawa defibrylatora oraz urządzenia do mechanicznego masażu klatki piersiowej”.
 Odp.: zmieniono

46. Proszę o zmianę załącznika do formularza oferty poprzez wykreślenie z niego fragmentu „defibrylator”. Załącznik ten zawiera opis ambulansów oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej, noszy, transportera noszy głównych. Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z ambulansami defibrylatora.

Odp.: zmieniono

47. Proszę o potwierdzenie, że w Formularzu Ofertowym w pkt 3.1. w ppkt 2 obydwu tabeli Wykonawca ma podać cenę noszy oraz transportera noszy głównych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także dostarczenie transportera noszy głównych dla obu ambulansów.

Odp.: w formularzu dokonano zmian

48. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie proszę o wyodrębnienie w pkt 3.1. Formularza Oferty w obydwu tabelach dodatkowej pozycji umożliwiającej podanie ceny za transporter noszy głównych. Poniżej przedstawiamy proponowaną zmianę:

L.p.	Nazwa	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Ambulans			
2.	Nosze			
3.	Transporter noszy głównych			
4.	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej			
RAZEM:				

L.p.	Nazwa	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Ambulans			
2.	Nosze			
3.	Transporter noszy głównych			
RAZEM:				

Odp.: zmieniono

49. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi bądź na stronie internetowej Zamawiającego Sprawozdania finansowego [bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa] za 2 ostatnie pełne okresy obrotowe.

Odp.: w załączeniu do odpowiedzi

50. Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SIWZ wyartykułowane w treści przekazanych przez nas pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego, które do chwili obecnej nie zostały opublikowane na stronie internetowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.10.2019 r. godz. 12:00.

Odp.: 30.09.2019 godz: 10:00

51. Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- mniej niż 10 pracowników
- od 10 do 50
- od 50 do 250
- powyżej 250

Odp.: powyżej 250

52. Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- mniej niż 8,5 mln
- od 8,5 mln do 42,5 mln
- od 42,5 mln do 212,5 mln
- powyżej 212,5 mln.

Odp.: od 42,5mln do 212,5 mln

53. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
 2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*
 3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odp.: nie wyrażam zgody

54. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odp.: nie wyrażam zgody

55. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarce dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odp.: nie wyrażam zgody

56. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

- 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
- 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odp.: nie wyrażam zgody

57. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- d) jak również – w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu

Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw. Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Odp.: nie wyrażam zgody

**Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
Krzysztof Wywrot**

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Krzysztof Wywrot

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899