

Oleśnica, 01.07.2019r

**Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy** na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986), w związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na "**Dostawy staplerów do Powiatowego Zespołu Szpitali**", Nr sprawy PZS/PN/12/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 566399-N-2019 dnia 27.06.2019r.,)

## ODPOWIEDZI

### dot. zadania nr 3 klipsy/ewakuatory

1. Ze względu na fakt, że klipsy są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, że zaofertowane klipsy w pozycjach 1 i 2 mają być wyposażone w naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

**Odp.: Wymagam naklejek do kartotek**

2. Czy w pozycji nr 2 Zamawiający oczekuje zaofertowania klipsów polimerowych pakowanych w zasobniki po 2, 4 i 6 sztuk klipsów (wielkość zasobnika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia). Wycena w tabeli asortymentowo-cenowej oferty przetargowej zostałaby podana dla 200 sztuk zasobników 6 sztukowych, ale przy fakturowaniu dostaw zasobników z mniejszą ilością klipsów w zasobniku ceny jednostkowe ulegałyby odpowiedniemu przeliczeniu.

**Odp.: Tak, Dopuszczam opakowania klipsów po 2,4,6 szt. w zasobniku. Wycenę podać dla 200 zasobników 6 sztukowych**

3. Ze względu na różne sposoby określania rozmiarów i pojemności ewakuatorów laparoskopowych przez różnych producentów prosimy o doprecyzowanie, czy w pozycjach 3-5 należy zaofertować ewakuatory o następujących rozmiarach:

pojemność 400ml, długość woreczka 190mm, szerokość 110mm

pojemność 200ml, długość woreczka 200mm, szerokość 85mm

pojemność 800ml, długość woreczka 205mm, szerokość 160mm

**Odp.: Tak, wymagam**

### Pakiet nr 17, poz.1-5

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaofertowanie staplerów w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32mm.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 17, poz.6-8**

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami do tkanki standardowej i grubej w rozmiarach otwartej zszywki 3,8mm i 4,5mm lub 3,5mm i 4,8mm.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
w Oleśnicy**