

Oleśnica, 15.07.2019r

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986), w związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na "**Dostawy nici chirurgicznych do Powiatowego Zespołu Szpitali**", Nr sprawy PZS/PN/14/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 570770-N-2019 dnia 08.07.2019r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP nr: 540144325-N-2019 dnia 12.07.2019r)

ODPOWIEDZI

Dotyczy pakietu nr 1:

1. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie tolerancji +/- 2 mm w pozycji 1-2 jak to ma miejsce w innych pozycjach pakietu.

Odp.: dopuszczam

2. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 ze szwem o długości 90 cm.

Odp.: dopuszczam

3. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1-6 ze szwem w kolorze czarnym.

Odp.: dopuszczam

4. Czy w pozycji 7-10 Zamawiający w celu łatwiejszej manipulacji szwami wymaga opakowania zmniejszającego pamięć szwu typu Really lub Race Pack. Tzn. szwu nawiniętego na owalną plastikową tackę?

Odp.: dopuszczam

5. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 11 ze szwem 2/0 niewchłaniącym, syntetycznym, monofilamentowym z polipropylenu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła, o długości igły 24 mm i długości nici 45 cm z dwoma blokującymi kolorowymi guziczkami dotychczas stosowanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Odp.: dopuszczam

Dotyczy zadania nr 3:

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1-19 ze szwem wchłaniącym, plecionym, o okresie wchłonięcia masy szwu od 56-70 dni, w okresie podtrzymywania tkankowego 40-50% około 21 dni, powlekanego mieszkanką kopolimeru glikolidu i L-laktydu Poli oraz stearynianu wapnia lub poliglaktyną i stearynianem wapnia.

Odp.: dopuszczam

2. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 6,7,10 i 12 z igłą okrągłą dotychczas stosowaną bez zastrzeżeń u Zamawiającego.

Odp.: dopuszczam

3. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 6 i 10 z igłą okrągłą wzmocnioną.

Odp.: dopuszczam

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 1 mm jak to ma miejsce w pozostałych pakietach i wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 15 i 19 z igłą 26mm, a w pozycji 6,7,8,12 z igłą 37 mm dotychczas stosowanymi bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Odp.: dopuszczam

5. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1,3, 16-18 z nitką o długości 140 cm dotychczas stosowaną bez zastrzeżeń u Zamawiającego.

Odp.: dopuszczam

6. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 14 z nitką 100 cm?

Odp.: dopuszczam

7. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 20 ze szwem syntetycznym, monofilamentowym z glikonatu o absorpcji szwu 60-90 dni od zaimplantowania, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 50% przez okres 13-14 dni od zaimplantowania z igłą 60mm odwrotnie tnącą o długości szwu 70 cm i grubości 2/0

Odp.: dopuszczam

Dotyczy pakietu nr 4

1. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 14 z igłą okrągłą ½ koła 48mm dotychczas stosowaną bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Odp.: dopuszczam

Dotyczy wszystkich pakietów:

1. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie do każdej saszetki nici wklejki/ znacznika lepnego do dokumentacji medycznej zawierającego: nr serii (lot), datę ważności (exp), nr katalogowy (ref), nazwę nici i producenta.

Odp.: wyrażam zgodę

2. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu na każdym znaczniku lepnym/wklejce kodu matrycy ponieważ będzie on umieszczony na każdej saszetce i opakowaniu zbiorczym,


Odp.: wyrażam zgodę

3. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga dołączenia katalogów w języku polskim do oferty do wszystkich pakietów w których Ofert składa ofertę w celu weryfikacji spełnienia wymogów SIWZ?

Odp.: tylko na wezwanie przez Zamawiającego

4. Czy Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wezwania Oferenta do przedstawienia znacznika lepnego/wklejki w celu weryfikacji spełnienia wymogów SIWZ?

Odp.: tak



**z up. Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy**