

Oleśnica, 13.11.2019r

**Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy** na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986), w związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na "**Dostawy sprzętu jednorazowego użytku II**", Nr sprawy PZS/PN/20/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 620068-N-2019 dnia 07.11.2019r.,)

## ODPOWIEDZI

### Zadanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu skalowany co 100ml, z krzyżowym zaworem spustowym typu „T”?

Odp.: dopuszczam

### Zadanie 2 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kodem barwnym na cewniku oraz kodem numerycznym na opakowaniu jednostkowym?

Odp.: Dopuszczam

### Zadanie 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya w rozmiarze CH14-26 z balonem o pojemności 30 – 50ml?

Odp.: Dopuszczam

### Zadanie 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści 3 drożne cewniki Foleya w rozmiarze CH16-26?

Odp.: Dopuszczam

### Część 3 poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia.

Odp.: zgodnie z SIWZ

### Część 3 poz. 5

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą

PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia.

Odp.: zgodnie z SIWZ

**Część 3 poz. 6**

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno- gardłowej Guedel wykonanej z półsztywnego nie toksycznego polietylenu.

Odp.: dopuszczam

**Część 3 poz. 7**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z mankietem ze stałym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, przewodnica ułatwiającą wprowadzanie, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 3,0-10,0 co 0,5mm

Odp.: zgodnie z SIWZ

**Część 3 poz. 9**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z mankietem z ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, przewodnica ułatwiającą wprowadzanie, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm

Odp.: zgodnie z SIWZ

**Część 3 poz. 10**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej wykonanej z termoplastycznego PVC, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: zgodnie z SIWZ

**Część 3 poz. 12**

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki dooskrzelowej, zestawu złączy i drenów pakowanych osobno.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

**Zadanie 2**

**Poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne worki do zbiórki moczu, z dokładną skalą pomiarową, adekwatną do pomiaru diurezy, o dokładności pomiaru co 100ml do 2000ml, z równoważnym zaworem typu T nowszej generacji od wymaganego w siwz, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

**Poz. 3**

1. Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do lewatywy bez cyt. „antywłamaniowej” konstrukcji i dopuszczenie konstrukcji „antyzałamaniowej”

Odp.: zgodnie z SIWZ

**Poz. 6-7**

1. Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania z cyt. „barwnym”, a nie „bezbarwnym” kodem, identyfikującym zgodnie z ISO ich rozmiar.

Odp.: dopuszczam barwnym

**Poz. 8**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki z kontrolą odsysania, oznaczone barwnym kodem, zgodnie z ISO na samym cewniku oraz oznaczeniem numerycznym rozmiaru cyt. „fabrycznie nadrukowane na opakowaniu”, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

**Poz. 9**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do karmienia nie skalowane, bez paska rtg, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: zgodnie z SIWZ

**Poz. 10**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya z balonem o pojemności 10ml lub 30ml, zapewniającym optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego oraz gwarantujące optymalne warunki stabilizacji cewników w rozmiarach Ch12-24, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: zgodnie z SIWZ

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu.

Odp.: zgodnie z SIWZ

**Zadanie 3****Poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do podawania tlenu o długości 200-210cm, z uniwersalnym łącznikiem wciskowym pasującym do standardowych reduktorów tlenowych, sterylne, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

**Poz. 3**

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy nie nastąpiła omyłka i w rzeczonyj pozycji Zamawiający wymaga rurek pediatrycznych w rozmiarach 2,0, 2,5 i 3,0, ale bez mankietu, gdyż rurki z mankiem w rzeczonych rozmiarach zostały opisane w poz. 2.

Odp.:” potwierdzam, „ bez mankietu”

2. Jeżeli tak, to czy oferowane rurki jako rurki przeznaczone dla najmniejszych pacjentów, powinny być wykonane z mieszaniny pcv i silikonu, oraz powinny być skalowane min. co 0,5cm, co zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania w każdym okresie i w każdych warunkach klinicznych.

Odp.: zgodnie z SIWZ

**Poz. 4**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, rurki bez mankietu, wykonane z termowrażliwego PCV, bez lateksu, 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, końcówka rurki zaokrąglona, atraumatycznie wykończona (bez wyprofilowania w kształcie bawolego nosa), linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos. Podłużny boczny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki długość 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długość 2 cm dla rozmiarów 3,5 -6,0. Powyżej dodatkowe 3 poprzeczne znaczniki głębokości intubacji: dla rozmiarów 2,0- 3,0 na wysokości 1cm, 2 cm i 3 cm do zakończenia rurki, a dla rozmiarów 3,5- 6,0 na wysokości 2 cm, 3 cm i 4 cm od zakończenia rurki. Łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem, sterylne, w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, opakowanie papier-folia.

Odp.: zgodnie z SIWZ

**Poz. 6**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „roz. 00-4”, oznacza wymów zaoferowania rurek Guedela w min. pięciu dostępnych rozmiarach 00 i 0/50mm, 1/60mm, 2/80-90mm, 3/100mm, 4/110mm, do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: potwierdzam

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Zadanie 2, poz. 1-2**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: nie wyrażam zgody

**Zadanie 2, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odp.: dopuszczam, pakowane pojedynczo

**Zadanie 2, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: pakowane pojedynczo

**Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
Krzysztof Wywrot**