

Oleśnica, 29.11.2019r

**Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy** na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986), w związku z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na **"Urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz schodolaza na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Oleśnicy "**, Nr sprawy PZS/PN/22/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 627518-N-2019 dnia 25.11.2019r.,)

### ODPOWIEDZI

#### Pytanie 1

czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy urządzenie do kompresji klatki piersiowej, cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach:

- Transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC bez możliwości jednoczesnego powiadomienia ( .pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres e- mail
- Konfiguracja częstości uciśnień klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 80-120 uciśnień na minutę bezpośrednio z urządzenia
- Konfiguracja głębokości uciśnień klatki piersiowej w zakresie 2-6 cm, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA bezpośrednio z urządzenia
- Konfiguracja czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 8 sekund bezpośrednio z urządzenia
- Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu ( ładowarka wbudowana w urządzenie). Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% 135 min, dzięki temu praca na 1 ładowaniu akumulatora wynosi do 2 h ciągłej pracy.
- System pasów stabilizujących pacjenta bez konieczności stosowania osobnej podkładki pod głowę
- System pasów do mocowania rąk pacjenta wzdłuż osi ciała
- Zasilacz 1 szt. 230 AV

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

Dotyczy **SCHODOŁAZ GAŚNIENNICOWY** :

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści Krzeselko transportowe z systemem płozowym renomowanego europejskiego producenta o poniższych parametrach:
  - Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
  - Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach

- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- W zestawie pasy unieruchamiające do zabezpieczenia pacjenta
- Pas zabezpieczający głowę pacjenta
- Tylne uchwyty regulowany na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzeselka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednej wysokości
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzeselka
- Waga bez akcesoriów 12 kg

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy: Zapisów Umowy § 3 ust. 9**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą zmianę:**

„9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do niezwłocznego stawiennictwa w miejscu położenia sprzętu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania na piśmie, mailem bądź faxem zawiadomienia o wadzie sprzętu oraz do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 4 dni roboczych lub 7 dni roboczych w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach. Gdyby w powyższym terminie nie można było wady usunąć Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do niezwłocznego i nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu w miejsce położenia przedmiotu umowy, na czas naprawy zastępczego przedmiotu umowy spełniającego wymogi określone dla Przedmiotu umowy. Przez dni robocze rozumie się kolejno po sobie następujące dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.”

**Odp.: nie wyrażam zgody**

**Dotyczy: Zapisów Umowy § 6 ust.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe zapisy:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
  - a) w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy z powodu okoliczności za które ponosi Wykonawca odpowiedzialność;
  - b) w wysokości 1% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w § 1 ust. 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - c) w wysokości 0,5% wartości brutto uszkodzonego sprzętu określonego w § 1 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminom określonym w § 3 ust. 9 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - d) w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi dostarczenia Zamawiającemu faktury
  - e) w wysokości 15% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 umowy.

2. Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
3. Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z różnych tytułów.

**Odp.: Nie wyrażam zgody**

## **WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**Zamawiający w §8 ust. 1 b), c) wzoru umowy popełnił błąd w postaci omyłki pisarskiej podając błędne daty dostarczenia, zainstalowania sprzętu jak i odbioru faktury. Dokonuje się poprawienia ww błędów publikując prawidłowy wzór umowy –załącznik nr 6 do SIWZ.**

**Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
Krzysztof Wywrot**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899