

Oleśnica, dnia 14 stycznia 2014 r.

PZS-O/IV/01/...../2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych i hemostatycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/1/2014

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 1-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 2 do SIWZ został odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wklucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekucia tkanki skórnej.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą ½ koła?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkownika znajdujące się w opakowaniach zbiorczych (12 szt) będą w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.4 również na Igę z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.4 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.5 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.6 również na igłę o krzywiznie ½ koła 37mm nicią o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji od 1 do 6 –nici niewchłaniałne syntetyczne monofilament poliamidowe – i utworzenie z nich odrębnego zadania?

UZASADNIENIE: Wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z ich odrębnego zadania pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym także dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych. Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli również Zamawiającemu na uzyskanie znacznie lepszej ceny na zapotrzebowany materiał szewny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 2 do SIWZ został odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 1 pozycji 1-6 do osobnego pakietu szwów chirurgicznych, niewchłaniających, syntetycznych, poliamidowych, jednowłóknowych? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 2 do SIWZ został odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 nici o długości 90cm oraz igłę o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 6 nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Pakiet Nr 1, poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą bez guziczków.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pakiet Nr 1, poz. 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pytanie

Pakiet Nr 2, poz. 1 – 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pytanie

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Pakiet Nr 2, poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 48 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji igłę o długości 48 mm

Pytanie

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, będzie wymagał przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w postaci deklaracji zgodności, a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował pkt 11 SIWZ w zakresie ppktu e). Po modyfikacji pkt 11 ppkt e) otrzymuje brzmienie: „odpowiednio zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”

Pytanie

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu aby opakowania zbiorcze oraz pojedyncze egzemplarze zaopatrzone były w etykietkę handlową sporządzoną w języku polskim (§3 ust. 2 projektu umowy)? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkownika znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby tylko instrukcje użytkownika znajdujące się w opakowaniach zbiorczych były w języku polskim.

Pytanie

Czy Zamawiający w § 6 ustęp 1 pkt 1 litera a zastąpi słowa „niezrealizowanej wartości zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Dotyczy: pakiet nr 3 „Materiały hemostatyczne”

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo cenowej wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji 5-6 do osobnego pakietu?

Uzasadnienie: Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w zakresie pozycji 5-6 wprost odniósł się do parametrów specyfików oferowanych przez jeden podmiot, tj. przez spółkę Aesculap Chifa Sp. z o.o.. Tylko bowiem ww. Podmiot oferuje „Kompres hemostatyczny z aktywnego kolagenu + ryboflawina...”. Taki opis

przedmiotu zamówienia wskazuje na produkt o nazwie „Sangustop”. W związku z tym wynika jednoznacznie, że ofertę w niniejszym postępowaniu będzie mógł złożyć podmiot, który produkuje asortyment z pozycji 5 i 6 do której opisu wprost w specyfikacji odniósł się Zamawiający i tylko ten podmiot będzie mógł złożyć ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

W tej kwestii wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych wydając 17 maja 2010 opinię prawną. I tak: „Art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 18 grudnia 2003 r. zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które by wskazywały na konkretny wyrób albo na konkretnego wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Narusza zasadę uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia np. grupowanie leków w pakiety, w taki sposób, który z góry eliminuje z postępowania dostawców leków nie związanych umowami z jedynym producentem jednego z leków, zawartego w pakiecie (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2003 r.)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 2 do SIWZ został odpowiednio zmodyfikowany

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaferowanie gąbki hemostatycznej w rozmiarze 7 x 5 x 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 2-3 wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku hemostatycznego w postaci gazy hemostatycznej wykonanej z utlenionej celulozy o nazwie handlowej Zeocel?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku hemostatycznego w rozmiarze 5 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego w rozmiarze 7,5 x 10 cm lub 10 x 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego będącego mieszaniną białego wosku pszczelego (75%), parafiny stałej (15%) i palmitynianu izopropylu - środka zmiękczającego (10%)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego będącego mieszaniną wosku pszczelego złożonego z wosku pszczelego i wosku parafinowego (80%) oraz palmitynianu izopropylu (20%)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.