

Oleśnica, dnia 20 stycznia 2014 r.

PZS-O/IV/01/...../2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/2/2014

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie

Uprzejmie proszę o informację, czy w pakiecie nr 8 – Zestawy do kaniulacji podana ilość dotyczy łącznie obu pozycji, czy zamawiają Państwo 150 szt jednokanałowych i 150 szt dwukanałowych?

Odpowiedź: Podana ilość dotyczy łącznie obu pozycji.

Pytanie

czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Części 62 pozycji 6 oraz 7 a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Pakiet 30 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru papieru.

Odpowiedź: zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze: 130x120x250

Pytanie

Pakiet 30 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do USG Mitsubishi K-61 B o rozmiarze 110mmx20m, jest to rozmiar stosowany przez producenta Mitsubishi.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Projekt umowy- §3 pkt. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

1

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie

PROJEKT UMOWY

§ 6, ust. 1, pkt. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1, pkt 1a do kwoty 0,2% wartości opóźnionej części dostawy,
- §6 ust. 1, pkt 1b do kwoty 0,2 %wartości partii towaru niezgodnego z zamówieniem

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar, zamawiający zmodyfikował wzór umowy w zakresie §6.

Pytanie

Pytanie dotyczy Pakiet nr 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji 1 wymiennika ciepła i wilgoci wykonany z pianki, który jest równoważny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy? W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o podanie klinicznego uzasadnienia wymogu posiadania przez filtr wymiennika ciepła i wilgoci wykonanego z celulozy. Ponieważ zgodnie z naszą wiedzą celulozowe wymienniki ciepła i wilgoci nie wykazują żadnej przewagi nad wkładkami HME z pianki, wręcz przeciwnie. Z badań przeprowadzonych przez niezależną brytyjską rządową agencję MHRA wynika, iż filtry posiadające wymiennik ciepła i wilgoci wykonane z pianki wykazują dodatkowo niższy opór przepływu oraz większą skuteczność filtracji. Zamawiający nie może dostosowywać Specyfikacji do warunków technicznych wygodnych dla poszczególnych Oferentów, zawyżając lub obniżając tym samym wymagania techniczne w odniesieniu do swoich potrzeb. Próba ustalenia wymagań technicznych zawartych w Specyfikacji przez Oferentów, a nie przez Zamawiającego prowadzi do zachwiania równowagi pomiędzy poszczególnymi oferentami i w konsekwencji naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Pozytywna odpowiedź pozwoli na startowanie w przetargu większej ilości Wykonawców, a przez to pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najbardziej korzystnej dla niego ceny.

W załączeniu przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia światowego producenta filtrów oddechowych.

Załączniki:

1. Opinia światowego producenta filtrów

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427
fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Air Safety Limited
NFC House
Vickers Industrial Estate
Mellishaw Lane
Morecambe
Lancashire
LA3 3EN
Tel: 01524 388 696
Fax: 01524 33386
29-2-2008

To whom it may concern: Different HME materials

Most HME devices rely upon a surface area for heat and moisture from the expired breath to be "trapped" and "collected" and then transferred to the inspired breath. This is achieved by evaporation and condensation and has the effect of transferring heat and moisture to and from the breaths. Hence the term, Heat and Moisture Exchanger (HME).

The necessary surface area can be achieved by either using an open celled foam or corrugated paper. Open celled foam provides a large surface area in a relatively small pad. A common misconception about corrugated paper HME's is that it is a pleated filter and subsequently offers higher performance, this is not the case. A corrugated paper HME pad does not offer any Bacterial or Viral protection to the patient unless it is combined with a filtration media.

In order to support this I would like to draw your attention to an Independent MHRA (UK Government agency) evaluation report No.04005 published in March 2004 "An assessment of 104 breathing system filters" report. This assessment was based upon ISO 9360-1-2000 for HME's and BS EN 13328-1-2002 Salt test method to assess filtration performance.

Please refer to Page 13 which details the test results of Air Safety products 9066 and 4333 and Page 34 & 35 which shows the Covident/Tyco/Mallinckrodt/DAR equivalents Hygrobac S and Hygroboy. The Air Safety product utilizes a HME foam pad and the DAR product a Paper HME pad. The results show that they have identical HME output; incidentally the Air Safety products have a lower resistance to flow and higher filtration efficiency. The information in this report leads me to conclude that a paper HME media does not demonstrate any advantages over those offered by a foam HME pad.

I hope that this information proves of interest and should you wish to discuss any further issues please do not hesitate to contact me via e mail at s.duggan@airsafetymedical.com

Yours Sincerely,

AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 33
Regon 221617761, NIP 567-106-41-85
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Gdańsk dnia 2014.01.09.....
Anna Ignaciuk

Sean Duggan
Air Safety Limited

Registered in England No. 2980762 BS EN ISO 9001 Certificate No. 7509

SYLWIA PIKIEL
Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego,
ul. Łoży 86, 80-516 Gdańsk
tel./fax 343-51-27
NIP 585-209-29-66

Tłumaczenie z języka angielskiego na podstawie wydruku komputerowego

Znak graficzny
AIR SAFETY LIMITED

Air Safety Limited
NFC House
Vickers Industrial Estate
Mellishaw Lane
Morecambe
Lancashire
LA3 3EN
Tel.: 01524 388 696
Fax: 01524 33386
29.02.2008

Do wszystkich zainteresowanych

W większości produktów HME ciepło i wilgoć z wydychanego powietrza „zbierają się” lub „osadzają” na powierzchni, a potem wracają wraz z powietrzem wdychanym. Dzieje się tak z powodu parowania i kondensacji – w związku z tym następuje wymiana ciepła i wilgoci pomiędzy wdychanym i wydychanym powietrzem. Stąd bierze się nazwa produktu – wymiennik ciepła i wilgoci (Heat and Moisture Exchanger – HME).

Niezbędną powierzchnię uzyskuje się dzięki zastosowaniu pianki o otwartych komórkach lub papieru falistego. Pianka o otwartych komórkach zapewnia dużą powierzchnię przy stosunkowo niewielkiej wkladce. Powszechnie uważa się, że produkty HME z zastosowanym papierem falistym to filtry harmonijkowe zapewniające większą wydajność. Jest to mylna opinia. Wkładka z papieru falistego nie daje pacjentowi ochrony przeciwbakteryjnej ani przeciwwirusowej, jeśli nie jest stosowana w połączeniu ze środkami filtrującymi.

W celu potwierdzenia tej opinii chciałem zwrócić państwa uwagę na raport nr 04005 „Ocena 104 filtrów oddechowych” opublikowany w marcu 2004 roku przez niezależną brytyjską rządową agencję MHRA. Ocena została dokonana na podstawie normy ISO 9360-1-2000 dla produktów HME i BS EN 13328-1-2002 „Test solny” dla oceny wydajności filtracji.


Proszę zajrzeć na stronę 13, gdzie zamieszczono wyniki testów produktów 9066 i 4333 firmy Air Safety, oraz na strony 34 i 35, gdzie wskazano odpowiedniki Covident/Tyco/Mallinckrodt/DAR produktów Hygrobac S i Hygroboy. W produkcie firmy Air Safety zastosowano wkładkę HME z pianki, a w produkcie firmy DAR – wkładkę HME z papieru. Wyniki testu wskazują, że wydajność HME jest w obu przypadkach taka sama, ale produkty Air Safety wykazują dodatkowo niższy opór przepływu i większą skuteczność filtracji. Dane zamieszczone w owym raporcie pozwalają sformułować wniosek, że papierowe wkładki HME nie wykazują żadnej przewagi nad wkładkami HME z pianki.

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla państwa interesujące. Jeżeli chcieliby państwo omówić inne kwestie, zapraszam do kontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: s.duggan@airsafetymedical.com

Z poważaniem,
(-) podpis nieczytelny
Sean Duggan
Air Safety Limited

AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 33
Regon 221617781, NIP 957-106-41-85
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Gdańsk, dnia 10.03.2008 r.
Anne Ignaciuk

Nr rej. w Anglii 2980762 BS EN ISO 9001 Certyfikat nr 7509



Rep. Nr 115/08

Potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w języku angielskim.
Gdańsk, 10.03.2008

SYLWIA PIKIEL
Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego,
ul. Łoży 86, 80-516 Gdańsk
tel./fax 343-51-27
NIP 585-209-29-66

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pytanie dotyczy Pakiet nr 5 pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o przestrzeni martwej 54 ml.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 25 – opakowania do sterylizacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 7-17) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

W przypadku odpowiedzi negatywnych prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę. W wyniku podzielenia pakietu nr 25 powstał pakiet nr 65 – rękawy papierowo-foliowe.

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 25 – opakowania do sterylizacji

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony foli, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu? W przypadku odpowiedzi negatywnych prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby rękawy papierowo-foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony foli

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 25 – opakowania do sterylizacji

Czy Zamawiający dopuści, aby rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadały gramaturę papieru 70 g/m², co zdecydowanie podnosi jakość rękawów i ich wytrzymałość mechaniczną?

W przypadku odpowiedzi negatywnych prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza gramaturę papieru 70 g/m²

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 25 – opakowania do sterylizacji

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający będzie wymagał, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji?

W przypadku odpowiedzi negatywnych prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji

5

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 25 – opakowania do sterylizacji

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

W przypadku odpowiedzi negatywnych prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 25 – opakowania do sterylizacji

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

W przypadku odpowiedzi negatywnych prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 25 – opakowania do sterylizacji

Poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 300mmx70mmx100mb w miejsce rękawa 300mmx60mmx100mb?

W przypadku odpowiedzi negatywnych prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 16 (pojemniki na zużyty sprzęt jednorazowy):

Czy Zamawiający jest w stanie określić, na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych, ile dostaw w ciągu trwania umowy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji? Czy w latach ubiegłych dostawy przyspadały średnio raz na miesiąc czy częściej?

Odpowiedź: zamawiający składa zamówienia według bieżących potrzeb

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 48 (szpatułki laryngologiczne drewniane):

Czy Zamawiający jest w stanie określić, na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych, ile dostaw w ciągu trwania umowy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji? Czy w latach ubiegłych dostawy przyspadały średnio raz na miesiąc czy częściej?

Odpowiedź: zamawiający składa zamówienia według bieżących potrzeb

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby system był zgodny z normami ISO 6710 i oznakowany CE ?

Odpowiedź: zamawiający wymaga, aby system zamknięty był zgodny z normami ISO 6710 i oznakowany CE

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie próbki systemu zamkniętego były wykonane z bezpiecznego, nietłukącego się plastyku?

Odpowiedź: nie, zamawiający dopuszcza również próbki szklane

Pytanie

Czy Zamawiający w celu zapewnienia jakości wymaga znaczników pobrań na każdej próbówce? Znaczniki gwarantują odpowiednią proporcję odczynnik krew co ma szczególne znaczenie w przypadku próbek do koagulologii gdzie proporcja powinna być 1:9 oraz w przypadku próbek do OB. gdzie proporcja powinna być 1:4?

Odpowiedź: tak, etykieta + próbówka

Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści próbki z cytrynianem 3,2% ? Zgodnie z WHO i NCCLS dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% i 3,8% przy jednej objętości mieszaniny cytrynianu do czterech objętości krwi rekomendowanych do badania szybkości opadania krwi

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby korki próbek były zaopatrzone w gwint zapewniający bezpieczne usuwanie korka oraz ponowne zamykanie próbki? Jest to szczególnie istotne dla próbek, gdzie przechowywany jest materiał potencjalnie zakaźny. Moment zdejmowania (zsuwania) korka naraża użytkownika na rozprysk krwi przylegającej do wewnętrznej części korka wzmagając efekt wydostania się aerozolu.

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby igła systemowa była montowana w uchwycie za pomocą gwintu co gwarantuje stabilność zestawu do wkłucia?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu pochodziły od 1 producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności, co gwarantuje bezawaryjną pracę na sprzęcie?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiet 35. Paski, które nie potrzebują kodowania, metoda pomiaru biosensoryczna, kalibrowany do osocza, zakres pomiaru 10-600 mg/dl, próbka krwi do 1 µl, funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia),

Automatyczny wyrzut paska, część paska testowego na zewnątrz, wykorzystany enzymu GDH- FAD minimalizacja zafałszowań pomiaru eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas

askorbinowy itd. , spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Enzym wykorzystywany nie wchodzi w reakcje krzyżowe z innymi cukrami. Temperatura przechowywania pasków od 2 do 32 °C

Pomiar może być wykonany z krwi żyłnej, włosniczkowej oraz noworodkowej ze względu na szeroki zakres hematokrytu 0-70%. Czas pomiaru 5s.

Baterie Typu AAA ogólnie dostępne, gwarancja dożywnia w tym przegląd kalibracja oraz szkolenie personelu. Bezpłatne glukometry wraz z pierwszą dostawą pasków. W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o zapotrzebowanie na ilość glukometrów.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pak. 7 poz. 3 igły do znieczuleń podpajeczynówkowych w rozmiarze 22GA x 120 mm.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 11 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 8cm x 5,8cm?

Odpowiedź: tak, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Podane w umowie terminy nie odnoszą się do dni roboczych, tylko do dni następujących po sobie kolejno, co jasno wynika z zapisów umowy.

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów: „opóźnienia” na „zwłoki” w projekcie umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie dot. projektu umowy:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: odpowiedź znajduje się w par. 1 ust. 1 projektu umowy

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie słów: „, po uprzednim wezwaniu wykonawcy” w par. 7 pkt. 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie

Pakiet nr 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowej myjki do ciała nasączonej środkiem myjącym. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 54, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego pokrowca na materac wykonanego z folii, obszytego na okrągło gumką o wymiarach 210 cm x 90 cm x 20 cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

Wnosimy o dokonanie zmian we wzorze umowy oraz zmianę zakwestionowanych zapisów specyfikacji, umożliwiając nam przystąpienie do przetargu, w taki sposób aby zachodziła równość stron i aby ewentualna realizacja umowy w określonych przypadkach nie wyrządziła szkody wykonawcy. Przewidziane w § 6 ust. 1 wzoru umowy kary umowne za opóźnienie w dostawie oraz wymianie towaru, naliczane w wysokości 1% od wartości niezrealizowanej części zamówienia, uznać należy jako rażąco wygórowane. Kara sama w sobie nie daje gwarancji zapewnienia terminowej dostawy towaru, a tym samym zapobieżenia wyrządzenia szkody zamawiającemu.

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zmiany zapisu dotyczącego naliczania kar umownych (§6 ust. 1). Proponujemy, aby kary naliczane były w wysokości 0,5 % od wartości danego (niezrealizowanego, niedostarczonego itp.) zamówienia, danej reklamacji (wadliwego, reklamowanego itp. asortymentu).

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar, zamawiający zmodyfikował wzór umowy w zakresie §6.

Pytanie

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

Paragraf 3 ust. 5

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 7 dni roboczych.

Uzasadnienie: Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 7 dni.

Pytanie

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

Paragraf 4 ust. 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:

„W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminach wskazanych w §3 niniejszej umowy lub w ilości mniejszej niż zamówiona albo dostarczenia towaru złej jakości z winy Wykonawcy Zamawiający może zakupić te towary od innego podmiotu w ramach tzw. zakupów interwencyjnych. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego Wykonawcy, a ceną jednostkową towaru określoną w formularzu asortymentowo – cenowym.”

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

Paragraf 6 ust. 1 pkt 1 lit b

Zwracamy się z prośbą o skreślenie tego zapisu z umowy, kara za nieterminowe dostarczenie towaru została określona w pkt a.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar, zamawiający zmodyfikował wzór umowy w zakresie §6.

Pytanie

Pakiet nr 4, poz. nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki posiadały trzpień poniżej jego krawędzi co znacznie zwiększa aseptykę pracy?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet nr 4, poz. nr 2, 3

Wnoszę o odstąpienie Zamawiającego od wymogu, aby kraniki trójdrożne oraz kraniki trójdrożne z przedłużaczem 10 cm były sterylizowane promieniami Beta. Wymóg postawiony przez Zamawiającego co do metody sterylizacji w znaczący sposób ogranicza uczciwą konkurencję i jest niezgodne z Art. 29.2 Ustawy o Zamówieniach publicznych „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”, a także z Art. 7.1 tejże ustawy „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.

Ponadto Zamawiający, jest niekonsekwentny i wymaga sterylizacji promieniami Beta tylko w pozycjach dotyczących kraników trójdrożnych natomiast co do pozostałych elementów przedmiotu zamówienia w tym pakiecie (koreczki do kaniul) oraz innych wyrobów do terapii dożylnych (tj. aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi) w rzeczonym przetargu nie ma już takich wymagań, co sugeruje stronniczość Zamawiającego. Żądanie takie nie ma żadnego logicznego i merytorycznego uzasadnienia, a sterylizacja promieniami Beta nie wpływa na poprawę jakości kraników trójdrożnych ani bezpieczeństwo pacjentów. Ponadto zrozumiałym jest, iż Zamawiający w trosce o dobro pacjenta wymaga przyrządów do terapii dożylnych „sterylnych” natomiast rodzaj sterylizacji nie ma żadnego znaczenia i Zamawiający nie może wymagać konkretnej metody sterylizacji.

Odstąpienie od wymogu sterylizacji promieniami Beta, ma również pozytywny aspekt finansowy, gdyż pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a tym przyczyni się do uzyskania najlepszej możliwej oferty cenowej.

W razie negatywnej odpowiedzi proszę o medyczne i merytoryczne uzasadnienie wymogu sterylizacji promieniami Beta kraników trójdrożnych w poz. 2 i 3 oraz braku wymogu takiego rodzaju sterylizacji w pozostałym asortymencie dot. terapii dożylnych, opisanych w pakiecie nr 4.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza kraniki niesterylizowane promieniami Beta

Pytanie

Pakiet nr 4, poz. nr 2 i 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kraników w ww. pozycjach z optycznym identyfikatorem pozycji (zamknięty – otwarty) oraz wyposażonych w trójramienne pokrętło w kolorze niebieskim. Kolor pokrętła w kranikach nie ogrywa żadnej znaczącej roli, nie wpływa na funkcjonalność przyrządu ani też na bezpieczeństwo pacjenta. Kolory elementów jakie składają się na dany przyrząd są sukcesywnie wykorzystywane przy tworzeniu opisu przedmiotu Zamówienia przez Zamawiających w celu ograniczenia konkurencji, a tym samym otrzymania produktów konkretnej firmy uniemożliwiając przy tym zaoferowanie równoważnych bądź lepszych pod względem funkcjonalności i jakości przyrządów przez innych Wykonawców.

Odpowiedź: tak, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie:

Pakiet nr 4, poz. nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażonych w komorę kroplową o długości 55mm, oferowany przyrząd jest równoważny z wymaganym przez Zamawiającego oraz spełnia pozostałe wymagania SIWZ. Nieznacznie różniący się rozmiar komory nie ma wpływu na funkcjonalność przyrządu ani bezpieczeństwo pacjentów.

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 10, poz. nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do podawania leków typu mini spike z wyposażonych w filtr natomiast pozbawionych zastawki zabezpieczającej przed wyciekaniem. Przyrząd z oferowanymi parametrami spełnia dokładnie tę samą funkcję co wymagany przez Zamawiającego przyrząd do podawania leków. Dopuszczenie powyższych parametrów pozwoli wziąć udział większej grupie Wykonawców mogących zaoferować tak samo dobry bądź lepszy pod względem funkcjonalności i jakości przyrząd, a tym samym przyczyni się do osiągnięcia korzystniejszych cen w ww. pakiecie.

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 26, poz. nr 1 – 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w ww. pozycjach wyposażonych w rozszerzona skalę tzn:

- Poj. 2ml – 3ml
- Poj. 5 ml - 6m

- Poj. 10ml – 12ml
- Poj. 20 ml – 24ml

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 26, poz. nr 5 – 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby strzykawki w ww. pozycjach były wpisane przez producenta w instrukcję obsługi pomp, a tym samym prosimy o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml w kolorze bursztynowym oraz transparentnym będących odpowiednikami strzykawek znajdujących się w wykazie załączonym do instrukcji obsługi pompy.

Producent gwarantuje pełną kompatybilność ww. strzykawek z wymaganymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi. Wnioskujemy również o dopuszczenie dołączenia do oferty oświadczenia potwierdzającego kompatybilność oferowanych strzykawek.

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 26, poz. nr 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej 1 ml z igłą 0,45 x 13mm ze skalą co 0,01ml.

Odpowiedź: nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający wymaga strzykawek tuberkulinowych 1ml z igłą 0,45x13mm skala co 0,01ml, zakończenie Luer Lock, wykonanych z poliwęglanu, uszczelnienie syntetyczne (bez lateksu). Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu w zakresie poz. 8 Pakiet 26

Pytanie

Pakiet nr 29, poz. nr 1 i 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp infuzyjnych bursztynowych o wewnętrznej średnicy drenu 1,5mm.

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 49

Miska nerkowata – proszę o określenie przez Zamawiającego rozmiaru miski nerkowatej jednorazowej, tj. 20 cm czy 28 cm.

Odpowiedź: zamawiający oczekuje miski nerkowatej w rozmiarze 28 cm

Pytanie

Pakiet nr 13 poz. 1

Z uwagi na niską wartość jednej szt. myjki, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku? Wartość Pakietu zostanie podana do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedzi: nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu dopuszczonego do obrotu jako kosmetyk w rozumieniu ustawy o kosmetykach z dnia 30.03.2001 r. (Dz.U. 2001r. Nr 42 poz. 473 z późniejszymi zmianami)?

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej środkiem dezynfekującym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 o wymiarach: 20 x 12 cm, grubość 1 cm (+/- 0,5 cm), wykonanej z włókniny 100g/m², w opakowaniu = 24 sztuki.

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 51, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szczoteczek posiadających miękką polietylenową szczoteczkę z jednej strony, a z drugiej poliuretanową gąbkę.

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 51, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga szczoteczek pakowanych po 30 sztuk w opakowaniu, które może służyć jako wygodny dyspenser / dozownik na bloku operacyjnym?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Pakiet 52, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych – każda pakowana indywidualnie w tekturową osłonkę, w opakowaniu zbiorczym (kartoniku) 50 sztuk ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet 52, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga golarek z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Pakiet 52, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga golarek o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści okularki o niżej podanych parametrach technicznych:

Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergię, wysypka). Szerokość opaski 45 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm.

Odpowiedź: nie, zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści okularki o niżej podanych parametrach technicznych:

Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergię, wysypka). Szerokość opaski 50 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 24-33 cm.

Odpowiedź: Odpowiedź: nie, zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści okularki o niżej podanych parametrach technicznych:

Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergię, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 30-38 cm.

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy w pakiecie nr 25, poz. 6 oraz 13-17 Zamawiający wyrazi zgodę, aby opakowania papierowo-filiowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza by opakowania papierowo-filiowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie

Pytanie

Czy w pakiecie nr 25, poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę do sterylizacji o parametrach zgodnych z SIWZ w rozmiarze 150x180 cm? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Czy w Pakiecie nr 25, poz. 6-17 Zamawiający wymaga, aby kierunek otwierania na opakowaniach papierowo-foliowych umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza aby kierunek otwierania na opakowaniach papierowo-foliowych umieszczony był wyłącznie od strony papieru

Pytanie

Czy w pakiecie nr 25, poz. 6-17 Zamawiający dla zapewnienia wysokiej jakości produktów, zgodnych z obowiązującymi normami wymaga, aby na opakowaniach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza aby na opakowaniach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm

Pytanie

Czy w pakiecie nr 25, poz. 11 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy o parametrach zgodnych z SIWZ w rozmiarze 21 cm/200 mb? Zgoda na korzyść Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Dotyczy Pakiet nr 24, poz. nr 1: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż:

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, które w swej części między innymi zobowiązuje Zamawiającego do opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm, co w tym przypadku Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedycznych przez niezależne jednostki notyfikowane

- stawiane przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepisy art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na powszechnie znany fakt, iż wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe potwierdzenie posiada w Polsce tylko jeden Wykonawca, zatem formułowanie przez Zamawiającego treści SIWZ, o takim wymogu powoduje, iż zadanie dedykowane jest w kierunku tego

jedynego Wykonawcy, co utrudnia uczciwą konkurencję i skutkuje tym, że ten jedyny Wykonawca zostaje przez Zamawiającego wykreowany w tym zadaniu na Wykonawcę o przymiocie monopolisty w dostawie usług objętych tym zadaniem.

- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym wykonawcom złożenia ofert cenowo niższych nawet do kilkudziesięciu procent, co skutkuje zawyżoną wartością zadania, czym zaprzecza kryterium oceny ofert jakim jest 100% - cena jako realizację celów powołanej wyżej ustawy to jest efektywnego i gospodarnego dysponowania środkami publicznymi.

Wobec powyższego przedkładamy zapytanie o następującej treści:

Czy Zamawiający miast wymaganego potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną dopuści złożenie dokumentów o których mowa w §6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, aby wskaźnik, o którym mowa w pakiecie nr 24 poz. 1 nie posiadał certyfikatu niezależnej jednostki notyfikującej

Pytanie

Dotyczy Pakiet nr 24, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne zawierające spory bakterii w populacji 10^5 . Taki rząd populacji jest w zupełności wystarczający do prawidłowej i wiarygodnej kontroli cyklu sterylizacji.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Pakiet nr 24, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści test arkuszowy Bowie Dick zmieniający kolor przebarwienia po procesie sterylizacji z żółtego na czarny?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 1 – Rurki, Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „Rurka intubacyjna z mankietem silikonowym” należy uznać za omyłkę oczywistą i Zamawiającemu chodziło o rurki intubacyjne z mankietem - silikonowane, ze standardowym mankietem niskociśnieniowym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - tak jak np. w rurkach intubacyjnych światowego lidera w ich produkcji firmy Teleflex-Rusch /Niemcy/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź: tak, nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający zmodyfikował odpowiednio opis poz. 1 Pakietu nr 1

Pytanie

Pakiet nr 1 – Rurki, Poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „oznaczenie kodem barwnym” należy interpretować jako wymóg zaoferowania rurek ustno-gardłowych typu Guedel, posiadających kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet nr 1 – Rurki, Poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy zgodnie z zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel, powinny być wykonane z materiałów pozbawionych szkodliwych dla zdrowia ftalanów (sklasyfikowanych jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne) jak również pcv i lateksu, co zapewnia bezpieczeństwo anafilaktyczne ich użytkowania ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet nr 10 - Przyrząd do podawania leków, Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „Przyrząd do podawania leków bez filtra, typu MiniSpike” należy uznać za omyłkę oczywistą i Zamawiającemu chodziło o przyrządy typu MiniSpike „bez filtra cząsteczkowego”, ale z niezbędnym w tego typu przyrządach - filtrem bakteryjnym 0,45µm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - tak jak np. w tego typu przyrządach światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź: nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający zmodyfikował odpowiednio poz. 1 Pakietu nr 10

Pytanie

Pakiet nr 10 - Przyrząd do podawania leków, Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane przyrządy typu MiniSpike powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób - tak jak np. w tego typu przyrządach światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ lub innych równoważnych ?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza logo zarówno na wyrobie medycznym jak i na opakowaniu

Pytanie

Pakiet nr 20 - Łyżki do rękojeści standardowych, Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane łyżki jednorazowe do rękojeści laryngoskopów powinny być wyposażone w zintegrowane, foliowe pokrowce, umożliwiające w pełni aseptyczne połączenie z rękojeścią, wykonanie samej procedury intubacji jak również bezkontaktowe zabezpieczenie użytej łyżki po wykonanej procedurze oraz skierowanie w ten sposób zabezpieczonej łyżki do utylizacji - tak jak np. w tego typu łyżkach do laryngoskopów światowego lidera w ich produkcji firmy Vygon /Francja/ lub innych równoważnych ?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 26 - Strzykawki jednorazowe, Poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki z przedłużoną skalą, zawierającą także wyraźne oznaczenie skali nominalnej, co nie tylko poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, ale także umożliwi

optymalne wykorzystanie strzykawk w poszczególnych pojemnościach w zależności od wielkości oferowanych dawek leków, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 26 - Strzykawki jednorazowe, Poz. 1-4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki analogicznie do strzykawk z poz, 5-7 powinny posiadać umieszczone na cylindrze oznaczenie logo producenta i typu /nazwy/ strzykawki - tak jak np. w strzykawkach światowych liderów w ich produkcji.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet nr 26 - Strzykawki jednorazowe, Poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki pakowane a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet nr 26 - Strzykawki jednorazowe, Poz. 5-6

Prosimy o doprecyzowanie zapisu siwz cyt. „strzykawki wkalibrowane i wpisane przez producenta w instrukcję obsługi pompy” poprzez wskazanie posiadanych przez Państwa Szpital pomp infuzyjnych.

Odpowiedź: zamawiający posiada pompy strzykawkowe: Braun, Drager – pilot A2, kwapisz mono 20/50 jednotorowa, kwapisz duet 20/50 dwutorowa, medima typ S1, Ascor Ap12, Unipam, Ascor, Medima

Pytanie

Pakiet nr 26 - Strzykawki jednorazowe, Poz. 5-7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki pakowane w kartoniki pośrednie maksymalnie a 50-100szt. z odpowiednim przeliczeniem ich ilości, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 26 - Strzykawki jednorazowe, Poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „skala, co 0,001ml, zakończenie luer-lock” należy uznać za omyłkę oczywistą i Zamawiającemu chodziło o skalę co 0,01ml oraz zakończenie luer - tak jak w strzykawkach tego typu światowych i polskich liderów w ich produkcji firm Becton-Dickinson /USA/, B/Braun /Niemcy/, Polfa Lublin /Polska/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź: nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający zmodyfikował opis poz. 8 w Pakiecie nr 26

Pytanie

Pakiet nr 26 - Strzykawki jednorazowe, Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki do tuberkuliny 1ml, z igłą 0,45x12mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 38 – Worek do godzinowej zbiórki moczu, Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „Filtr hydrofobowy w worku i łączniku z Foleyem. Zastawka antyrefluksyjna w worku i komorze” należy uznać za omyłkę oczywistą i Zamawiającemu chodziło o worki do godzinowej zbiórki moczu z filtrem hydrofobowym w worku i komorze zbiorczej oraz z zastawką antyrefluksyjną w worku i łączniku z cewnikiem Foleya, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - tak jak np. w workach do godzinowej zbiórki moczu, światowego lidera w ich produkcji firmy Convatec-Unomedical /Dania/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź: tak, nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapis SIWZ w zakresie poz. 1 Pakietu nr 38

Pytanie

Pakiet 42 - Ostrza chirurgiczne, Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane ostrza wymienne powinny być zgodne z normą PN-EN 27740 „Narzędzia chirurgiczne - skalpele z wymiennymi ostrzami”.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet 42 - Ostrza chirurgiczne, Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane ostrza wymienne powinny posiadać wygrawerowane na każdym ostrzu: nazwę producenta oraz rozmiar, w celu pełnej identyfikacji wyrobu medycznego także po zakończeniu procedury, co zapewnia bezpieczeństwo prawne użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób - tak jak np. w tego typu ostrzach światowych liderów w ich produkcji firm Swann-Morton /Wlk.Brytania/, Aeskulap /Niemcy/ lub innych równoważnych ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet 46 - Elektrody żelowe do EKG, Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane elektrody powinny posiadać nośnik wyposażony w specjalną tarkę, umożliwiającą wygodne i optymalne przygotowanie skóry pacjenta, a tym samym zapewniające w pełni prawidłowy odczyt zapisu EKG ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dot. oferowanego asortymentu w pakiecie 35 (paski testowe do glukometrów) w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe do glukometrów zaoferowane w Pakiecie 35 były wyposażone w funkcję auto-coding i były przeznaczone do pomiaru stężenia glukozy we krwi kapilarnej, żyłnej i tętniczej? Takie rozwiązanie umożliwi analizę glikemii we krwi pobranej poprzez wprowadzenie wenflonu do żyły lub tętnicy pacjenta bez potrzeby dodatkowego nakłuwania opuszki palca pacjenta?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Dot. oferowanego asortymentu w pakiecie 35 (paski testowe do glukometrów) w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający wymaga, aby zakres pomiarowy pasków testowych do glukometrów zaoferowanych w Pakiecie 35 wynosił 10-900mg/dl, co pozwoli na otrzymywanie wyników pomiarów u pacjentów ze skrajnie niskimi i wysokimi stężeniami glukozy, a także stanowi zapewnienie że glukometry na pewno wyświetlą wynik mieszczący się w zakresie 530-600mg/dl?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Dot. oferowanego asortymentu w pakiecie 35 (paski testowe do glukometrów) w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający wymaga aby deklarowana przez wytwórcę dokładność pomiaru za pomocą pasków testowych zaoferowanych w pakiecie 35 była zgodna z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dot. oferowanego asortymentu w pakiecie 35 (paski testowe do glukometrów) w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie 35 paski testowe umożliwiały automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska przez glukometr wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu glukometru, co zabezpiecza personel medyczny przed otrzymaniem zaniżonego wyniku wskutek niedoszacowania stężenia glukozy? Wielu dostawców glukometrów obecnych na rynku polskim oferuje takie rozwiązanie.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dot. oferowanego asortymentu w pakiecie 35 (paski testowe do glukometrów) w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca oferował w Pakiecie 35 paski testowe wpisane na listę refundacyjną NFZ – gdyż zgodnie z literą ustawy Prawo farmaceutyczne tylko obrót produktami refundowanymi nakłada na wykonawcę ustawowy obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw produktów?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Pakiet 1 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem wykonanym z termoplastycznego PVC w rozmiarze 2,5- 10,00. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 1 Poz.2

Czy Zamawiający wymaga aby rurka posiadała pamięć kształtu?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Pakiet 1 Poz.2

Czy zamawiający wymaga minimum 2 rozmiarów na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Pakiet 3, Poz.4

Czy zamawiający oczekuje aby nebulizator posiadał dren o dł.210 cm oraz maskę?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet 4, Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji o komorze kroplowej o długości min. 5 cm

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet 4, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni aparatu do transfuzji z komorą kroplową min. 5 cm

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtr z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 % , walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu 2,0 cm H2O przy 60 l/min (1,1 cm H2O przy 30 l/min), z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm², nawilżaniu 31,1 mg H₂O przy VT=500 ml, skuteczność termiczna 33,8 stopni C przy VT 500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H₂O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 7, Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 22G x 130 mm z osobno pakowaną prowadnicą.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet 13

Czy Zamawiający oczekuje myjek do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i

21

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W, opakowanie z mini-kartą obserwacji zmian skórnych, 8 myjek w opakowaniu
Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet 28, Poz.4

Czy zamawiający wymaga aby cewniki do karmienia były kodowane kolorystycznie?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet 28, Poz.4

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki mogły być używane do 3 tyg.?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Poz.7

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były kodowane kolorystycznie oraz były wykonane z PCV?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu ze skróconą instrukcją obsługi umieszczoną na opakowaniu worka oraz bez zakładki na kraniku spustowym.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet 39

Czy zamawiający oczekuje drenu o długości 90 cm czy 110 cm?

Odpowiedź: zamawiający oczekuje drenu o długości 110 cm

Pytanie

Pakiet nr 51 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowej, posiadającej miękką nylonową szczoteczkę z jednej strony a z drugiej polietrową gąbkę, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet 64

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika Sengstakena z balonami i balonami kontrolnymi wykonanymi z mieszaniny silikonu i lateksu

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający wymaga zamieszczenia w oświadczeniu wykonawcy o spełnieniu przez oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny wymagań określonych przez zamawiającego numerów katalogowych oferowanego sprzętu medycznego umożliwiających weryfikację zgodności właściwości i parametrów z przedmiotem zamówienia?

Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki czy, końcówki czy szkiełka)”.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że Zamawiający wymaga podania w formularzach cenowych cen jednostkowych brutto, które są cenami wynikającymi z sumy ceny jednostkowej netto i podatku VAT są często wartościami wyrażanymi do 3, 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dot. pkt 11 SIWZ

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby do oferty zostały załączone deklaracje zgodności CE producenta czy wystarczy, aby Oferent załączył stosowne oświadczenie o ich posiadaniu?

Odpowiedź: zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pytanie

Dot. projektu umowy

Dotyczy §2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dot. projektu umowy

Dotyczy §3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dot. projektu umowy

Dotyczy §3 ust. 1 oraz Formularz ofertowy pkt. VIII – załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „7 dni” na „7 dni roboczych”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dot. projektu umowy

Dotyczy §3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „3 dni” na „5 dni roboczych”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dot. projektu umowy

Dotyczy §3 ust. 4 oraz Formularz ofertowy pkt. IX – załącznik nr 1 do SIWZ

W związku z tym, iż próbki systemu próżniowego zawierają odczynniki, których okres trwałości jest czasami krótszy niż 12 miesięcy (próbki z cytrynianem), wobec czego będzie niemożliwe spełnienie wymogu dostawy produktów z 12 miesięcznym terminem ważności, a ponadto umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia będą składane sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności dostarczanych produktów do 8 m-cy, a w przypadku próbek koagulologicznych do 6 mcy?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności dot. próbek koagulologicznych do 4 m-cy

Pytanie

Dot. projektu umowy

Dotyczy §3 ust. 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: zamawiający zmodyfikował zapis w par. 3 ust. 5 projektu umowy

Pytanie

Dot. projektu umowy

Dotyczy §6 ust. 1 a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Naliczanie kar za opóźnienie w dostawie pojedynczej pozycji Zamówienia od wartości całego zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar, zamawiający zmodyfikował wzór umowy w zakresie §6.

Pytanie

Dot. projektu umowy

Dotyczy §6 ust. 1 c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „10%” na „5%”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar, zamawiający zmodyfikował wzór umowy w zakresie §6.

Pytanie

Pakiet 16 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla pojemników i nalepek z oznaczeniem wskazującym niebezpieczne odpady biologiczne?

Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedają pojemnik i nalepka stanowią odrębną pozycję asortymentową, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży. Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 27 pozycja 2, 3, 4

Prosimy o podanie dopuszczalnego przedziału aktywności heparyny na 1 ml krwi?

Odpowiedź: zgodnie z wytycznymi WHO

Pytanie

Pakiet 27 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby K2-EDTA był w postaci rozpylonej na ściankach próbówki, co umożliwi jego szybsze mieszanie z krwią pacjenta właściwie już w chwili pobrania krwi od próbówki, dzięki czemu nie dochodzi do zmiany jej osmotyczności i uszkodzenia krwinek.

Odpowiedź: EDTA – powinno być napyłone na ściankach próbówki

Pytanie

Pakiet 27 pozycja 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast igieł przeziernych (z wizualizacją pobrania) – wkłuc motylkowych. Elementem, który pozwala na wizualizację wkłucia w igłach motylkowych jest wężyk i to on pozwala ocenić, czy nastąpiło prawidłowe wkłucie w żyłę pacjenta, a zatem pełni rolę tzw. „przeziernika”, ponadto wkłucia motylkowe umożliwiają pobranie krwi od pacjentów z żyłami trudnymi, dzięki możliwości stwierdzenia obecności igły w żyłę przed podłączeniem próbówki poprzez pojawienie się krwi w wężyku motylka.

Wkłucia motylkowe, które gwarantują lepszy komfort pobierania krwi i widoczność wkłucia się w żyłę, są powszechnie używane na zachodzie, a nie jak w naszym kraju igły przezierny, do których próbują namawiać użytkowników firmy oferujące produkty Becton Dickinson. Dlatego też, uważamy że wyrażenie zgody na igły motylkowe w zamian za igły z wizualizacją pobrania (przezierny) jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 57 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szkiełka, rozmiar 26 mm x 75 mm?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet 60 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści bagietki z PP?

Czy Zamawiający dopuści bagietki o dł. ok. 125 mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza bagietki o dł. ok. 125mm

Pytanie

Pakiet 60 pozycja 9

Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność probówek o tych samych wymiarach (raz jest to pojemność użytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75 mm i pojemności 4 ml?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza probówki o poj. 4 ml

Pytanie

Pakiet 60 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści probówki sterylne z PS o wymiarach 12x75 mm okrągłodenne z korkiem o pojemności 4 ml bez znacznikiem pojemności?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 60 pozycja 14

Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność probówek o tych samych wymiarach (raz jest to pojemność użytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 16x100 mm i pojemności 11 ml?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 60 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści czy z tworzywa sztucznego AS, czyli pochodnej PS, Poli(styren-co-akrylonitryl) kopolimer styrenu i akrylonitrylu, stosowany jako termoplastyczne tworzywo sztuczne, temperatura mięknienia wynosi 110 °C, a topnienia 180 °C. W postaci niemodyfikowanej jest ono półprzezroczyste.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 60 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 250 µl?

Odpowiedź: pytanie dotyczy poz. 19 - zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 60 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze typu STERILANCE LITE, które również są automatyczne jednorazowe o głębokości nakłucia ok. 2,4 mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Sterilance

Pytanie

Pakiet 60 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne jednorazowe typu STERILANCE LITE o głębokości nakłucia 1,8?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Sterilance

Pytanie

Pakiet 62 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pipety o pojemności 1000-5000 µl?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza pipety o poj. 1000-1500µl

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z miękkiego PCV zapewniającego dużą elastyczność rurki ze znacznikami głębokości w postaci dwóch półpięści?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w rozmiarze 3,0 – 9,00?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone ze znacznikami głębokości w postaci dwóch półpięścieni, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel w opakowaniu foliowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 2 z pakietu 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści Maskę tlenową z blaszką regulowaną na nos oraz gumką mocującą, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości 200cm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby wąsy tlenowe nie zawierały ftalanów? Produkty te zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstępianie od wymogu umożliwi złożenie dużej niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuację finansową szpitala.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, zgodzi się na wydzielenie pozycji 4 do osobnego zadania? Pozwoli nam to złożyć konkurencyjną ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 4, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem oraz kranik trójdrożny z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 4, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem oraz kranik trójdrożny sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania nie zawierały ftalanów? Produkty te zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie dużej niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuację finansową szpitala.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 22G 1,5'' 0,7x90mm bez prowadnicy?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 22G 4,75'' 0,7x120mm bez prowadnicy?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści igły i mandryny wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej w opakowaniu papier – folia?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści igłę z barwnym oznaczeniem nasadek oraz mandrylu ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez barwnego oznaczenia na opakowaniu?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leku z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1µm, bez zastawki o konstrukcji zapobiegającej wyciekaniu leku po odłączeniu strzykawki?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała w formie rękawicy?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała w formie prostokątnej ściereczki?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków szklane niestożkowe?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowicę dopochwową USG pudrowaną lateksową ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z uszczelniającym w postaci podwójnego pierścienia na lateksowym korku?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 1-4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek trzyczęściowych?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą przedłużoną do 2,5ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a' 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 5-6

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 i 6 do osobnego zadania? Pozwoli nam to złożyć konkurencyjną ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania strzykawki z uszczelniającym w postaci podwójnego pierścienia na lateksowym korku?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a' 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową ze skalą co 0,05ml ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową gdzie korpus wykonany jest z polipropylenu, tłok z polietylenu a tłoczek jest gumowy?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 26, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową wykonaną z polipropylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową z czterema otworami bocznymi?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu aby sondy żołądkowe nie posiadały ftalanów? Produkty te zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstępianie od wymogu umożliwi złożenie dużej niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuację finansową szpitala.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 28, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu, aby cewnik do odsysania posiadał numeryczne oznakowanie na cewniku i dopuści kolorystyczne oznaczenie na cewniku a numeryczne na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 28, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu, aby cewnik do odsysania posiadał numeryczne oznakowanie na cewniku i dopuści kolorystyczne oznaczenie na cewniku a numeryczne na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 28, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik nie posiadał ftalanów? Produkty te zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstępianie od wymogu umożliwi złożenie dużej niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuację finansową szpitala.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 28, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści Cewnik nieskalowany, z oznaczeniem głębokości 20cm?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 28, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 30-45ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 30, pozycja 3

Zwracamy się o sprecyzowanie jakiego rozmiaru papieru oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 130x120x250

Pytanie

Pakiet nr 30, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110 x 20m gdyż papier o długości 18m nie jest już produkowany? Czy w związku z tym ilość należy przeliczyć czy pozostawić bez zmian?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 30, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 60mm x 10m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 32, pozycja 1-2

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego zadania? Pozwoli nam to złożyć konkurencyjną ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet nr 32, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera w rozmiarze 60x7cm zamiast 70x8cm?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 32, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera w rozmiarze 80x10cm zamiast 70x8cm?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 32, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szynę do palców aluminiową z pianką polietylenową?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną nieprzezroczystą w kolorze niebieskim lub różowym, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza opaskę matową

Pytanie

Pakiet nr 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną nieprzezroczystą w kolorze białym, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza opaskę matową

Pytanie

Pakiet nr 36, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw o lewatywy z cewnikiem z miętko wyoblonym zakończeniem, z dwoma dużymi otworami bocznymi, czy zestaw do lewatywy z kanką z jednym otworem centralnym?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza zestaw do lewatywy z cewnikiem z miętko wyoblonym zakończeniem, z dwoma dużymi otworami bocznymi oraz zestaw do lewatywy z kanką z jednym otworem centralnym

Pytanie

Pakiet nr 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1750ml?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 36, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik w zestawie do lewatywy nie posiadał ftalanów? Produkty te zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstępianie od wymogu umożliwi złożenie dużej niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuację finansową szpitala.

Odpowiedź:

Pytanie

Pakiet nr 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii wykonane z miękkiego materiału jednakże nie z bawełny?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o wymiarach 8x4,6x3,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę uciskową z rozciągliwej gumy z plastikowym zapięciem o szerokości 2,5cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet nr 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści paski z oznaczeniem PH 4,0 – 7,0?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 57, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe w rozmiarze 26mm x 76mm?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny z łyżkami wykonanymi z transparentnego polistyrenu ze śrubą blokującą z polietylenu?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 64, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik Sengstakena wykonany z transparentnego silikonu, o długości 85cm, z balonem przelkowym o długości 14cm, z balonami kontrolnymi silikonowymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 64, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik Sengstakena w rozmiarach CH 16, 18, 20 ?

Odpowiedź: nie

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27, pozycja nr 5.

Prosimy o dopuszczenie próbki z K2EDTA do morfologii z napylnym EDTA zamiast proszkiem, obecnie producenci oferują tego typu rozwiązania.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27, pozycja nr 6.

Z uwagi na fakt używania małych objętości pobranej krwi w przypadku noworodków jak i niejednokrotnie dzieci starszych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie mikroprobówki z K2EDTA o objętości od 250-500 mikrolitrów, o rozmiarach 13x75, z przekłuwalnym korkiem?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27, pozycja nr 10.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o podaną ilość igieł w pozycji 10.

Z formularza wynika, iż zapotrzebowanie na próbówki do surowicy, bądź morfologii, to około 25-27 tysięcy szt. każdego rodzaju, czy w związku z tym Zamawiający podtrzymuje ilość igieł wpisaną w formularzu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje ilość igieł wpisaną w formularzu

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27, pozycja nr 10.

Biorąc pod Dyrektywę Unijną (2010/ 32/ UE) jak i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, czy Zamawiający w pozycji nr 10 wymaga igieł systemowych 0,8 z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, bez wizualizacji?

Odpowiedź: nie, zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakietu 27

Biorąc pod Dyrektywę Unijną (2010/ 32/ UE) jak i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, czy Zamawiający wymaga zaferowania igieł systemowych 0,8 z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i z wizualizacją? Jeśli tak, to prosimy o umieszczenie w formularzu dodatkowej pozycji dotyczącej tego asortymentu wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania igieł systemowych 0,8 z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i z wizualizacją w ilości podanej w SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27

Biorąc pod Dyrektywę Unijną (2010/ 32/ UE) jak i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, czy Zamawiający wymaga zaferowania igieł motylkowych z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym o długości wężyka do 18 mm? Jeśli tak, to prosimy o umieszczenie w formularzu dodatkowej pozycji dotyczącej tego asortymentu wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź: zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27

Ze względu na kompatybilność systemu zamkniętego do pobierania krwi, Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane elementy systemu zamkniętego pochodziły od jednego producenta?, a w przypadku zaferowania elementów systemu od różnych producentów, dołączenia oświadczeń tych producentów o wzajemnej kompatybilności?

Odpowiedź: tak zamawiający wymaga j.w.

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27

Czy Zamawiający wymaga, aby każda próbówka posiadała naklejoną, papierową etykietę umożliwiającą wpisanie danych pacjenta?

Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga, aby każda próbówka posiadała naklejoną, papierową etykietę umożliwiającą wpisanie danych pacjenta

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27

Czy Zamawiający wymaga, aby na próbkach czy też etykietach widniały znaczniki pobrania?

Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga, aby na próbkach czy też etykietach widniały znaczniki pobrania

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27

Czy Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość kilkukrotnego przebijania korka próbówki bez utraty próżni? W przypadku niektórych trudnych pobrań jest to zaleta zarówno dla pacjenta – brak konieczności drugiego wkłucia, brak konieczności pobierania dodatkowej krwi, poza wymaganą w danej próbówce, jak i dla Zamawiającego – brak dodatkowych kosztów w postaci użycia kolejnej próbówki.

Odpowiedź: tak, zamawiający wymaga j.w.

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27 oraz Umowy - § 3.

Czy Zamawiający dopuści 4 miesięczny okres ważności w przypadku próbek do koagulologii z pozycji nr 7?

Uzasadnienie:

Oferowane próbówki próżniowe do oznaczeń koagulologicznych z cytrynianem sodu posiadają specjalną konstrukcję „próbówka w próbówce”. Wewnętrzna próbówka wykonana jest z innego rodzaju tworzywa sztucznego niż próbówka zewnętrzna, co nieznacznie skraca jej termin ważności. Innowacyjna geometria tych próbek została skonstruowana po to, aby zminimalizować „wolną przestrzeń” w próbówce, co z kolei minimalizuje zjawisko aktywacji czynników płytkowych w pobranej krwi (wpływ dużej wolnej przestrzeni). Probówka ta została stworzona m.in. aby zoptymalizować monitorowanie parametru APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną. Wykorzystanie tej innowacyjnej konstrukcji powoduje, iż uzyskają Państwo redukcję wolnej przestrzeni w próbówce przy zachowaniu standardowych wymiarów zewnętrznych próbówki nawet przy małych objętościach pobranej krwi.

Odpowiedź: Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności dot. próbek koagulologicznych do 4 m-cy

Pytanie

Pakiet 39 poz. 1

Czy oferowany worek do dobowej zbiórki moczu ma posiadać białą tylną ściankę, pozwalającą na pełną wizualizację gromadzonego moczu?

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 56 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: tak

Pytanie do umowy:

§6 ust. 1.1.a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 1% na 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar, zamawiający zmodyfikował wzór umowy w zakresie §6.

Pytanie do umowy:

§6 ust. 1.1.b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 10% na 5% wartości partii towarów określonych zamówieniem?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar, zamawiający zmodyfikował wzór umowy w zakresie §6.

Pytanie do umowy:

§6 ust. 1.1.c):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar, zamawiający zmodyfikował wzór umowy w zakresie §6.

Pytanie

Pakiet 1, pozycja 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych z oznaczeniem głębokości w postaci dwóch pierścieni lub półpierścieni, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 1, pozycja 1:

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych z łącznikiem ISO 15 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 2, pozycja 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Yankauer z rączką wykonaną z twardego przezroczystego tworzywa, gładką w środku, z łącznikiem antyzagięciowym do ucięcia umożliwiającym zmianę średnicy, w rozmiarze Ch 25 i długości 210 cm?

Odpowiedź: zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie

Pakiet 4, pozycja 2-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kraników sterylizowanych tlenkiem etylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 4, pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kraników z pokrętelem niebieskim, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 10, pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów do podawania leków o strukturze żebrowej, z iglicą z tworzywa sztucznego do pobierania z zasobników, wolna od bakterii wentylacja z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,1 µm, mała objętość napełniania, nieznaczna siła potrzebna do nakłucia, dobre właściwości napełniające, ergonomiczny kształt zapewniający prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka), z oznaczeniem kapturka ochronnego kolorem zielonym, wolny od lateksu i PCV?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 16, pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników w kolorach żółtym lub czerwonym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 16, pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników spełniających normę ASTM F2132-01 w zamian za pojemniki spełniające normy BSI, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 26, pozycja 1-4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę z nazwą producenta umieszczoną na cylindrze strzykawki w zamian za strzykawkę z logo producenta umieszczonym na cylindrze strzykawki, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 26, pozycja 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę pakowanych po 100 sztuk i odpowiednie przeliczenie do pełnego opakowania w górę, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 26, pozycja 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę ze skalą w kolorze zielonym i długości min. 17 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 26, pozycja 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę ze skalą w kolorze niebieskim i długości min. 17 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Pytanie

Pakiet 26, pozycja 5-6:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienia listy pomp używanych w Państwa szpitalu w celu właściwego dopasowania oferowanych strzykawkę.

Odpowiedź: zamawiający posiada pompy strzykawkowe: Braun, Drager – pilot A2, kwapisz mono 20/50 jednotorowa, kwapisz duet 20/50 dwutorowa, medima typ S1, Ascort Ap12, Unipam, Ascort, Medima

Pytanie

Pakiet 26, pozycja 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę z nazwą producenta umieszczoną na cylindrze strzykawki w zamian za strzykawkę z logo producenta umieszczonym na cylindrze strzykawki, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 26, pozycja 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę pakowanych po 50 sztuk i odpowiednie przeliczenie do pełnego opakowania w górę, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 26, pozycja 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę ze skalą co 0,05 ml, wykonanych z polipropylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 28, pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sond zawierających ftalany, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 28, pozycja 2-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników zawierających ftalany, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 28, pozycja 2-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu numerycznego kodu na cewniku, na rzecz kodu barwnego oraz fabrycznie nadrukowanej informacji na opakowaniu?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 28, pozycja 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników jedynie w rozmiarach CH od 05 do 08, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 28, pozycja 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników rektalnych spełniających opis ww. pozycji?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 28, pozycja 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foley'a z balonem o pojemności 5/15 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Pakiet 28, pozycja 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zatyczek do cewników gładkich, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 35, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości glukometrów wymaganych do dostarczenia wraz z paskami.

Odpowiedź: zamawiający wymaga ok. 22 szt. glukometrów

Pytanie

Pakiet 35, pozycja 1:

Czy Zamawiający wymaga aby glukometr był wyposażony w automatyczny wyrzutnik zużytych pasków gwarantujący bezkontaktowe usunięcia paska, mając na uwadze względy sanitarno-epidemiologiczne?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet 35, pozycja 1:

Czy Zamawiający oczekuje roztworu kontrolnego, który jest niezbędny przy monitorowaniu poprawności i dokładności działania systemu? Jeżeli tak to czy Zamawiający oczekuje by roztwór kontrolny był przydatny do użytkowania po otwarciu przez okres 6 m-cy?

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 35

Prosimy o doprecyzowanie ilości aparatów potrzebnych Zamawiającemu

Odpowiedź: zamawiający wymaga ok. 22 szt. glukometrów

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 35

Czy Zamawiający wymaga, aby przydatność testów paskowych po otwarciu fiolki była ważna do daty podanej na opakowaniu

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 35

Czy Zamawiający wymaga aby przy zbyt małej ilości krwi była możliwość dołożenia jej w ciągu 5 sekund w celu wykorzystania każdego testu paskowego

Odpowiedź: nie

Pytanie

Pakiet nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do podawania leków typu MiniSpike z filtrem 0,2 u (zatrzymującego zanieczyszczenia i mikroorganizmy), z samozamykającym się i samouszczelniającym zaworem bezigłowym, zabezpieczającym lek przed wyciekami po odłączeniu od strzykawki, stanowiącym nieruchomą osłonę łączącą ze strzykawką.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 20

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pojęcie „rękojeść konwencjonalna” oznacza rękojeść laryngoskopowi, światłowodową zgodną z tzw. Green Standard ISO-7376-3

Odpowiedź: zamawiający oczekuje rękojeści standardowej (oświetlenie i rozmiar) zasilanej bateryjnie (2xR14) współpracującej z łyżkami żarówkowymi

Pytanie

Pakiet nr 59 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający miał na myśli dreny z rosnącą średnicą otworów perforacji w kierunku dystalnym

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza dreny z rosnącą średnicą otworów perforacji w kierunku dystalnym

Pytanie

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedstawienia próbek lub katalogów zaferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności z wymogami SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pytanie

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym Wykonawcom oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety.