

Oleśnica, dnia 15 stycznia 2013 r.

PZS-O/IV/01/...../2013 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę igieł jednorazowych i kaniul dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/4/2014

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie

**Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły iniekcyjne mają być szlifowane elektromechanicznie, co zapewnia ich atraumatyczność?

Odpowiedź: tak

Pytanie

**Poz. 2**

1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł jednorazowych 22G x 1 ¼ “, 23G x ¼ “ i 27G x ½”. Pozostałe rozmiary bez zmian .

Odpowiedź: tak

Pytanie

**Poz. 2**

2/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by igły bezpieczne wykonane były w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki (metalowy zacisk wewnątrz nasadki igły)?

Odpowiedź: tak

Pytanie

**Poz. 3**

Prosimy zamawiającego o wyłączenie poz. 3 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców

Odpowiedź: zamawiający wydzielił poz. 3 do osobnego pakietu. Powstały dwa osobne pakiety: Pakiet nr 1 – igły jednorazowe i kaniule oraz Pakiet nr 2 – igły motylki.

1

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

Pytanie

**Poz. 4**

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i zamawiający oczekuje kaniuli do żył obwodowych bezpiecznej z zabezpieczeniem , zapobiegającym zakłuciu i innym przypadkom nieprzewidzianej ekspozycji na krew , w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w kapilary, które aktywuje się automatycznie

Odpowiedź: tak, zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje kaniul z zabezpieczeniem w postaci plastikowej osłony o gładkich krawędziach wyposażonych w kapilary.

Pytanie

**poz. 5**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul obwodowych dla małych dzieci lub pacjentów pediatrycznych bez portu bocznego , wykonanych z PTFE, materiału widocznego w USG, bez pasków RTG, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, 24G 0,7 x 19 mm żółty i 26G 0,6 x 19 mm fioletowy , przepływ 13 ml/min.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł jednorazowych z ostrzem standard.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł jednorazowych 22G x 1 ¼ ‘‘, 23G x 1 ¼ ‘‘ i 27G x ½‘‘. Pozostałe rozmiary bez zmian .

Odpowiedź: tak

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 22 G x 1 ½ ścianka standardowa

Odpowiedź: nie

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł, 23G x 1 ¼ ‘‘ ścianka standardowa

Odpowiedź: tak

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 25G x 1’’ ścianka standardowa

Odpowiedź: tak

Pytanie

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 27G x ½". ścianka standardowa

Odpowiedź: tak

**Pytanie**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by igły bezpieczne wykonane były w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki (metalowy zacisk wewnątrz nasadki igły)?

Odpowiedź: tak