

Oleśnica, dnia 02 czerwca 2014 r.

PZS-O/IV/01/...../2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ambulansu typu C w ilości 1szt. oraz defibrylatora 12 odprowadzeniowego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - PN/18/2014

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na 36 równych rat.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §4 ust. 5 wzoru umowy na: „Terminem zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

Czy w przypadku, gdy wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 razy odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem dnia roboczego rozumie dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy tj. od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem dnia roboczego rozumie dzień od poniedziałku do piątku

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §9 ust. 1 pkt. c) wzoru umowy z 10% na 5%.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

Jednocześnie zgodnie z zasadą równości stron umowy, prosimy o wprowadzenie zapisu odnośnie kary umownej obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §9 ust. 1 pkt. c) wzoru umowy.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §9 ust. 2 wzoru umowy na: „**Stronom** przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości odpowiadającej powstałej szkodzie niezależnie od wskazanych w § 9 ust.1 kar umownych”.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu w §9 ust. 3 wzoru umowy.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §9 ust. 3 wzoru umowy na: „W sytuacji obciążenia Wykonawcy karą umowną Zamawiający wystawi Wykonawcy notę z terminem płatności 7 dni od daty jej otrzymania”.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §12 ust. 2 wzoru umowy na: „Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Wykonawcy”.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: „Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Sprzedającego prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwanie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze wykonawcy ale tylko po jego uprzedniej akceptacji przez zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody, zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody, zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorzec wykonawcy ale tylko po jego uprzedniej akceptacji przez zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: tak, zamawiający wyraża zgodę

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: tak, zamawiający wyraża zgodę.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź: zamawiający informuje wykonawców o wszystkich modyfikacjach SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulansu, który został wyprodukowany w 2014r. na samochodzie bazowym z 2013r. spełniający wszystkie wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę, zamawiający odpowiednio zmodyfikował SIWZ w tym zakresie

Prosimy o zmianę zapisu §7 ust.3 i nadanie mu brzmienia:

„3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy i żądania wymiany towaru na towar wolny od wad w przypadku:

- dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości,
- dostarczenia przedmiotu umowy nie odpowiadających wymaganym parametrom technicznym określonym w ofercie Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca w terminie 14 dni nie wykona żądania Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy.”

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę, zamawiający zmodyfikował odpowiednio zapis §7 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie okresu rękojmi do przepisów art. 568 § 1 KC. Jeżeli tak, prosimy o zmianę §5 ust. 5 i nadanie mu brzmienia: „Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 1 rok”

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulansu spełniającego wymagania normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 107 kW (145 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 350 Nm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego ambulansu

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansu, którego przedział medyczny ma długość 3,08 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego ambulansu

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ambulansu bez asystenta ruszania pod górę jeśli posiada on system EBV oraz układ wspomagania hamowania ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego ambulansu

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego ambulansu

Czy Zamawiający dopuszcza ambulans z ogrzewaną szybą przednią w sposób inny niż elektryczny ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego ambulansu, ponieważ nie zna innego iż elektryczne, skutecznego ogrzewania przedniej szyby.

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności samochód który posiada fabryczny układ wydechowy przystosowany do pełnienia przez pojazd funkcji pojazdu specjalnego tj. ambulansu typu C z układem wydechu o innej konstrukcji niż przedłużenie go prosto do tyłu pojazdu ?

Rozwiązanie takie jest korzystniejsze, gdyż przy pracującym silniku i otwartych drzwiach tylnych spaliny wlatują do przedziału pacjenta powodując jego zatrucie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego ambulansu

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ambulansu bez bocznych kurtyn ?

Wyjaśniamy, że jest to opcja dodatkowa wyposażenia u wszystkich producentów samochodów, a czas oczekiwania na taki samochód wynosi ok. 3-4 miesięcy.

Prosimy zauważyć, że wprowadzenie tego wymogu dla praktycznie jednej osoby tj. kierowcy (**gdyż zespół ratowniczy znajduje się w przedziale medycznym przy pacjencie**) nie zapewnia bezpieczeństwa zespołowi ratownicemu i pacjentowi, natomiast ogranicza krąg potencjalnych oferentów, gdyż wymagane poduszki są dodatkową opcją, która ponadto kosztuje kilka tysięcy złotych. Prosimy, aby w/w elementy mogły stanowić wyposażenie opcjonalne

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego ambulansu.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fabrycznie nowego ambulansu Demonstracyjnego z przebiegiem 8000km, który spełnia wszystkie zapisy gwarancyjne siwz ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego ambulansu

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN 1789 pkt. 4.5.2.3 i wymogiem NFZ wynoszącej 165 cm, na potwierdzenie czego ambulans posiada certyfikat jednostki notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą ?



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, aby zamiast certyfikatu potwierdzającego pozytywne przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe wykonawca dołączył świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego wydane przez Ministra /transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wpisem " M1/ samochód specjalny (sanitarny typu C)", co potwierdza spełnienie w całym zakresie wymagań normy PN EN 1789 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści certyfikat zgodności z normą lub deklarację zgodności z normą wystawioną przez producenta lub dostawcę.

Czy oferowany ambulans ma spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) i czy trzeba w ofercie złożyć stosowne oświadczenie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takich oświadczeń

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu poprawienia funkcjonalności użytkowania ambulansu, pojazd bazowy posiadał zbiornik paliwa o pojemności min. 100l, która to opcja jest powszechnie dostępna u wielu producentów pojazdów bazowych, jak np. Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Opel Movano, Renault Master, Nissan Interstar i wielu innych.

Takie rozwiązanie zmniejsza liczbę tankowań, co ułatwia znakomicie nadzór na tankowanym paliwem oraz zwiększa mobilność karetki likwidując zbędne wizyty na stacji paliw.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ambulansu z czujnikami parkowania posiadającymi sygnalizację w kabinie kierowcy co jest bezpieczniejsze niż sygnalizacja w lusterkach ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego ambulansu

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
wz J. Głowacka
Liliana Głowacka

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899