

Oleśnica, dnia 16 stycznia 2014 r.

PZS-O/IV/01/...../2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szwowych i hemostatycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/1/2014

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie

Dotyczy pakietów 1-5:

1. Czy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymogów SIWZ wymaga dołączenia do oferty katalogów oraz instrukcji użytkowania zaoferowanych szwów w celu potwierdzenia wymagań SIWZ ?
2. Czy Zamawiający w razie wątpliwości, że zaoferowany produkt spełnia wymogi SIWZ, wezwie Oferenta do dostarczenia próbek do każdej wątpliwej pozycji, a brak dostarczenia próbek będzie skutkowało odrzuceniem oferty?
3. Czy Zamawiający we wszystkich pozycjach w których wymaga szwów z igła odwrotnie tnącą, wymaga igieł odwrotnie tnących o trójkątnym kształcie na całej długości igły ?
4. Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie wewnętrzne szwów - kartonik, tacka- był opisany grubością szwu, w celu identyfikacji grubości szwu po otwarciu saszetki – potwierdzone oświadczeniem?
5. Czy Zamawiający wymaga metryczek identyfikujących produkt zawierających nazwę, kod i grubość szwu, datę ważności i numeru serii do każdej saszetki w ilości odpowiadającej opakowaniu zbiorczemu?

Odpowiedzi:

Ad. Pyt. 1

Tak, Zamawiający wymaga katalogów oraz instrukcji użytkowania zaoferowanych szwów w celu potwierdzenia wymagań SIWZ.

Ad. Pyt. 2

Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Ad. Pyt. 3

Tak.

Ad. Pyt. 4

Tak

Ad. Pyt. 5

Tak

1

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899