

PZS-O/IV/01/...00812.../2015 r.

Oleśnica, dnia 28 lipiec 2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/12/2015

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 4 – wkłucia dotętnicze zestawu w rozmiarze 22 x 200 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej środkiem dezynfekującym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 o wymiarach: 20 x 12 cm, grubość 1 cm (+/- 0,5 cm), wykonanej z włókniny 100g/m², w opakowaniu = 24 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Pakiet 2, poz. 2,3

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu na kraniki. Zgoda na powyższe pozwoli wziąć udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Pakiet 2, poz. 4,5

Wracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu na przyrządy do przetaczania. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć bardzo atrakcyjną cenowo ofertę na wysokiej jakości sprzęt używany z powodzeniem w wielu placówkach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

1

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Pytanie 5:

Pakiet 2, poz. 2,3

Proszę o dopuszczenie kraników trójdrożnych z optycznym indykatorem pozycji otwarty/ zamknięty oraz sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodne z siwz. Sterylizacja EO jest równie skuteczna co promieniami Beta a optyczny indykator pozycji otwarty/ zamknięty pełni dokładnie taką samą funkcję o wyczuwalny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Dotyczy Pakiet nr 1 – maski, wasy, filtry, nebulizatory poz.1,2,4

Czy Zamawiający, powołując się na dyrektywę 2007/47/EC oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia, stanowiących o ograniczeniu do niezbędnego minimum stosowanie produktów zawierających ftalany, będzie wymagał zaofierowania masek pozbawionych ftalanów i PCV?

Ftalany to substancje obecne w produktach z PCV, substancje toksyczne ,rakotwórcze i mutagenne, które zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostały uznane za niebezpieczne , a ich użycie powinno się ograniczyć do niezbędnego minimum , w związku z tym zaleca się ograniczenie stosowania produktów zawierających ftalany u kobiet w ciąży , matek karmiących i dzieci.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaofierowania asortymentu w pakiecie nr 1 w pozycjach 1, 2,3,4 pozbawionych ftalanów i PCV.

Pytanie 7:

Dotyczy Pakiet nr 1 – maski, wasy, filtry, nebulizatory poz.1

Prosimy o dopuszczenie najwyższej jakości maski anestetyczne jednorazowego użycia o następującej charakterystyce: maska twarzowa jednorazowa, do podawania gazów anestetycznych, kształt anatomiczny dla doskonałego dopasowania do każdego rozmiaru twarzy, przezroczysta kopuła dla doskonałej wizualizacji, miękki mankiet bezciśnieniowy, bez zaworu, o konstrukcji zagiętej, kodowany kolorem, zapewniający najwyższą spośród masek obecnych na rynku szczelność, wygodę użycia w trakcie wentylacji i komfort pacjenta. Maska w polipropylenu, pozbawiona lateksu. Dostępna w rozmiarach: 0,1,2,3,4,5,6 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8:

Dotyczy Pakiet nr 1 – maski, wasy, filtry, nebulizatory poz.2

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaofierowania najwyższej jakości masek tlenowych masek dla dorosłych i dzieci wykonanych z polipropylenu, tj. materiału pozbawionego szkodliwych dla zdrowia frakcji-ftalanów, bez PCV, wyposażonych w termoplastyczny, bezciśnieniowy, elastomerowy mankiet uszczelniający, ściśle obejmującym twarz łącznie z brodą, zapewniający dużo wyższą skuteczność natlenowania pacjenta, maska z wyprofilowaną częścią nosową pozbawioną elementów metalowych-

blaszki-bezpieczna w MRI, mocowanie maski za pomocą gumki, w zestawie z maską dren tlenowy 210cm niezafalujący się – przekrój gwiazdkowy, zestaw mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Dotyczy Pakiet nr 1 – maski, wąsy, filtry, nebulizatory poz.2

Prosimy o dopuszczenie najwyższej jakości masek dla niemowląt z drenem o długości 180cm, pozbawionych blaszki-bezpieczna w MRI.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10:

Dotyczy Pakiet nr 1 – maski, wąsy, filtry, nebulizatory poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania najwyższej jakości wąsów tlenowych, o części nosowej bardzo delikatnej, do złudzenia przypominającej silikon, bezlateksowe, część nosowa/wypustki o kształcie anatomicznym, rozszerzone, długość 180cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Dotyczy Pakiet nr 1 – maski, wąsy, filtry, nebulizatory poz.4


Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania nebulizatorów jednorazowych, skalowanych co 2ml. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Dotyczy Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości mankiet do szybkich przetoczeń, amerykańskiego producenta, wyposażony w wyskalowany w mmHg i kPa manometr, z kolorowym kodowaniem prawidłowego oraz zbyt wysokiego ciśnienia i zaworem bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia automatycznie wypuści powietrze. Manometr w postaci wysuwanego cylindra umieszczony wzdłuż drenu do inflacji i deflacji, wskazania ciśnienia widoczne w zakresie 360 stopni wokół mankietu. Mankiet wykonany z materiału łatwego do utrzymania w czystości, dedykowany jako jednopacjentowy. Pozostałe parametry wg wymagań SIWZ. Poniżej proponowany produkt.



Działająca zawieszona gniazda pozwala na szybką i łatwą infuzję

Kolorowe wskaźniki czynią monitoring ciśnienia prostym a zawór bezpieczeństwa chroni wstrząs przed nadmiernym ciśnieniem

Trojdrożny zawór zamykający zapewnia precyzyjną kontrolę ciśnienia

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13:

Dotyczy Pakiet nr 13

1. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie producenta i modelu kardiomonitorów z jakimi mają współpracować zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź: Monitor ANYVIEV A8BLT

2. Mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji jak i możliwość zaoferowania produktu w korzystnej cenie, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści wysokiej klasy przetworniki amerykańskiego producenta (dawny Abbot) o długości linii ok. 152 cm, bez zakrzywionej igły w zbiorniku wyrównawczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostawie partii towaru do 0,2% niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §10 ust. 1 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu myjkę w rozmiarze 12x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17:

Pakiet 4:

Poz. 1:

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

W pakiecie nr 6 Zamawiający wymaga udostępnienia przez Wykonawcę nieodpłatnego przekazania pomp Flocare Infinity w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego. Jednocześnie w pakiecie tym jest zapotrzebowanie na 300 sztuk zestawów do pompy, co w 12 miesięcznym czasie trwania umowy umożliwia żywienie jednego pacjenta przy użyciu 1 pompy.

Do takiego zapotrzebowania proponujemy jedną pompę Flocare Infinity.

Prosimy o zweryfikowanie ilość zestawów oraz zgłębników PUR biorąc pod uwagę potrzeby oddziału OIT.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilość zestawów na 450 i wymaga min. 3 pomp do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy.

Pytanie 19:

Pakiet nr 2, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem oraz kranik trójdrożny z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20:

Pakiet nr 2, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem oraz kranik trójdrożny sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21:

Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania nie zawierały ftalanów? Produkty te zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie dużej niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuację finansową szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała w formie prostokątnej ściereczki w rozmiarze 12x20 cm w opakowaniu a'24szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Lilianna Głowacka