

### **Wszyscy Wykonawcy**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej, bielizny jednorazowego użytku, pielucho majtek i siatek do przepukliny dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/2/2016

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 5 dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadających jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtkce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie:**

Pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 12cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 15cm.

**Odpowiedź:**

**Pytanie: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 10cm x 15cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści sitaki o rozmiarach 30,5 x 30,5 cm oraz 7,5x15?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści siatkę o wymiarach 9x13 cm, z możliwością docinania?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w pakiecie nr 6, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

Pakiet 1 pozycja 1-3

Czy Zamawiający zgodzi się zaferowanie wyrobów medycznych w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie:**

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się zaferowanie serwety o wym. 90x120 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.**

**Pytanie:**

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się zaferowanie serwety o wym. 100x150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie:**

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się zaferowanie serwety o wym. 45x45cm z otworem przylepnym o średnicy 6cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.**

**Pytanie:**

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się zaferowanie pokrowców na nogi o wym. 70cm x120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.**

**Pytanie:**

Pakiet 7 pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się zaferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym?

---

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

Pakiet 7 pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie koszuli z włókniny polipropylenowej granatowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

**Pakiet 7 pozycja 3**

Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie podkładu z warstwą chłonną o chłonności 810ml nie zawierającego super absorbentu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesłanie załączników w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnił załączniki w formie edytowalnej na stronie internetowej.**

**Pytanie:**

dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.5) przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.5): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.5): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce kroczka przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.5) pieluchomajtek dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.5): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego /daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.5, rozmiar L): pieluchomajtek dla osób ze średnią i ciężką inkontynencją o chłonności co najmniej 3000 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.5, rozmiar M): pieluchomajtek dla osób ze średnią i ciężką inkontynencją o chłonności co najmniej 2800 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.5): pieluchomajtki posiadające specjalny system, odpowiedzialny za pochłanianie moczu i zapewnianie suchości, lecz o innej nazwie własnej niż podana w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie:**

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca powinien transportować towar w sposób zapewniający bezpieczeństwo towaru od uszkodzenia lub pogorszenia jakości w wyniku zaistnienia czynników zewnętrznych w trakcie transportu do miejsca dostawy**

**Pytanie:**

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym oraz dopuszcza obecność podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.**

**Pytanie:**

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie:**

Dotyczy SIWZ

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby

Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca powinien transportować towar w sposób zapewniający bezpieczeństwo towaru od uszkodzenia lub pogorszenia jakości w wyniku zaistnienia czynników zewnętrznych w trakcie transportu do miejsca dostawy.**

**Pytanie:**

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

**Odpowiedź: Zgodnie dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie:**

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza.**

**Pytanie:**

Pakiet 2, poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 1-2 i utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu 2A?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie:**

**Pakiet 2, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu odporności na przenikanie cieczy 25,5 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

Pakiet 4, poz. 1-4, 6-7, 13-14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 1-4, 6-7, 13-14 i utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu 4A?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie:**

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu w rozmiarze 14x45 cm?

---

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

**Pakiet 4, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o gramaturze min. 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie:**

**Pakiet 4, poz. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w roli o perforacji co 38 cm o gramaturze 29g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

**Pakiet 4, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rolce z perforacją co 37,5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pielucho majtek nie posiadających ściągaczy taliowych?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie:**

**Pakiet Nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze w obszarze wzmocnionym 77 g/m<sup>2</sup>

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze w obszarze wzmocnionym 86,5 g/m<sup>2</sup>

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 cm x 250cm z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm, zintegrowane organizatory przewodów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura laminatu podstawowego iłaty chłonnej 112,5 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy

PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

**Pakiet Nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji na plecach, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicach jamy brzusznej, z oknem 14 cm x 20 cm otoczonym folią chirurgiczną (o grubości 90 µm) ze zintegrowaną torbą na płyny- brzeg usztywniony metalowym sztywnikiem w otulinie polimerowej, z lejkiem odprowadzającym płyny, z osłoną podpórek kończyn górnych

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

W przypadku braku zgody prosimy o wyłączenie z pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie :**

**Pakiet Nr 3 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu pakowania próżniowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie :**

**Pakiet Nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha chirurgicznego posiadającego nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m<sup>2</sup> , na rękawach 40,5 g/m<sup>2</sup>.

Prosimy o odstąpienie od wymogu pakowania próżniowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

**Pakiet Nr 3 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie :**

**Pakiet Nr 3 poz. 6, 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluzy zabiegowej wykonanej z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną, dwudzielną na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Odporność na wypychanie na sucho  $\geq 40$ , zgodne z normą 13795 w tym zakresie.

Prosimy o odstąpienie od wymogu napów – nasz produkt nie zawiera żadnych elementów twardych wykonanych z metalu i plastiku.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

**Pakiet Nr 3 poz. 7, 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodni wykonanych z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem?

Odporność na wypychanie na sucho  $\geq 40$ , zgodne z normą 13795 w tym zakresie.

Prosimy o odstąpienie od wymogu napów – nasz produkt nie zawiera żadnych elementów twardych wykonanych z metalu i plastiku.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie:**

**Pakiet Nr 3 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kamerę o wymiarach 16 x 250 cm? Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, posiadającą perforowaną końcówkę z taśmą do mocowania. Osłona nie zawiera samouszczelniającej końcówki.

W przypadku braku zgody prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, nie wyraża zgody na wyłączenie do osobnego pakietu.**

**Zatwierdzam:**

**Dyrektor PZS w Oleśnicy.**



## **POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI**

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl

---

