

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej, bielizny jednorazowego użytku, pielucho majtek i siatek do przepukliny dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/2/2016

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie:

Pakiet 1 poz.1-5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet operacyjnych w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie:

Pakiet 1 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45cm x 45cm z otworem okrągłym 8 cm i przyłepcem, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Pakiet 1 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 130 cm x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 130 cm x 90 cm, dopuszcza 150cm x 90 cm.

Pytanie:

Pakiet 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowej, w skład której wchodzi:

- powłoczka o wym. 90 x 75 cm,

- poszwa o wym. 150 x 200 cm,

- prześcieradło 210 x 150 cm,

pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:

Pakiet 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorach niebieskim i fioletowym, wykonane z włókniny, której odporność na przenikanie cieczy wynosi 31cmH₂O, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:

Pakiet 2 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści pakiet opatrunkowy zawierający 2szt. serwet, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie:

Pakiet 2 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści pakiet opatrunkowy zawierający 5szt. serwet, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie:

Pakiet 2 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści pakiet opatrunkowy zawierający 50szt. kompresów, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:

Pakiet 5 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek nocnych o zwiększonej chłonności, czy pieluchomajtek dziennych? Jeśli Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek nocnych i dziennych, prosimy o podanie szacunkowych ilości dla konkretnego rodzaju pieluchomajtek lub o wprowadzenie zmian w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dziennych i nocnych i dokonał zmian w formularzu cenowym.

Pytanie:

Pakiet 5 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje pieluchomajtek z hydrofobowymi falbankami bocznymi skierowanymi na zewnątrz? Falbanki takie w tylnej części wyrobu nie powodują niebezpiecznych zagięć, które

niosą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku, zwiększa się komfort użytkowania przez pacjenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie:

Pakiet 6 poz. 1:

Czy należy zaoferować siatkę pakowaną bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie:

Pakiet 6 poz. 1:

Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie:

Pakiet 7 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z rozcięciem z tyłu, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Pakiet 7 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne o chłonności 950ml, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Podane w umowie terminy nie odnoszą się do dni roboczych, tylko do dni następujących po sobie kolejno, co jasno wynika z zapisów umowy

Pytanie:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy, które zostały opisane w par. 9 wzoru umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów: „opóźnienia” na „zwłoki” w projekcie umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony. Zamawiający zastrzegł sobie jednakże możliwość aneksowania umowy w przypadku nie wyczerpania wartości umowy w okresie jej trwania.

Pytanie:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę cen.

Zatwierdzam:

Dyrektor PZS w Oleśnicy.