

Oleśnica, dnia 11 marca 2014 r.

PZS-O/IV/01/...../2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę igieł jednorazowych i kaniul dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/7/2014

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie

Czy w pakiecie nr 1 poz.3 Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych z zaworem iniekcyjnym. Wyprodukowana z materiału wykrywalnego w promieniach RTG (PTFE- podwójnie oczyszczony teflon). Zawierająca 2 szerokie paski RTG zajmujące powierzchnię 5 pasków. Zintegrowany port iniekcyjny. Kształt koreczka portu iniekcyjnego zapewnia łatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie systemu (samozamykający się koreczek), przy jednoczesnym zapobieganiu kontaminacji portu i zaworu iniekcyjnego przez dotyk. Zastawka antyzwrotna. Kompatybilny z Luer-Lok. Jałowa. Bez lateksu. Pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie typu blister. Oznaczony kodem barwnym. Oznaczenie CE. Igła z zabezpieczeniem przeciwwzkluciovym, ostrze ustawione w stosunku do osłony zabezpieczającej igły tak aby umożliwić iniekcję pod małym kątem. Kaniule z zabezpieczeniem w postaci plastikowego walca wyposażonego w kapilary?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza ww. kaniuli

Pytanie

Czy w pakiecie nr 1 poz.3 Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 14 G, śr 2,1mm, kolor pomarańczowy?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 poz.3 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 1 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł jednorazowych z ostrzem standard.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 1 Poz. 2

1

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427
fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł jednorazowych 22G x 1 ¼ (0,7x30)“, 23G x 1 ¼ “ i 27G x ½ (0,4x13)“. Pozostałe rozmiary bez zmian .

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by igły bezpieczne wykonane były w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki (metalowy zacisk wewnątrz nasadki igły)?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł o ściance standardowej.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 1 Poz. 2

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga igły iniekcyjnej bezpiecznej w rozmiarze 25G 5/8" (0.5 x 16 mm)?

Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga igły bezpiecznej w rozmiarze 25G (0.5x16 mm)

Pytanie

Pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej bezpiecznej w rozmiarze 25G 5/8" (0.5 x 16 mm)

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 2 poz. 2 rozmiaru 25G 0,5mmx19mmx305mm pomarańczowa.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by igły bezpieczne wykonane były w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki (metalowy zacisk wewnątrz nasadki igły)?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pakiet 1 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i zamawiający oczekuje kaniuli do żył obwodowych bezpiecznej z zabezpieczeniem, zapobiegającym zakłuciu i innym przypadkom

2

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427
fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



nieprzewidzianej ekspozycji na krew, w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w kapilary, które aktywuje się automatycznie

Odpowiedź: tak, zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje kaniul z zabezpieczeniem w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w kapilary, które aktywuje się automatycznie

Pytanie

Pakiet I poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul obwodowych dla małych dzieci lub pacjentów pediatrycznych bez portu bocznego, wykonanych z PTFE, materiału widocznego w USG, bez pasków RTG, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, 24G 0,7 x 19 mm żółty i 26G 0,6 x 19 mm fioletowy, przepływ 13 ml/min.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet I poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska w postaci: aktywację zabezpieczenia jednym palcem, nie potrzeba twardej powierzchni osłona aktywowana natychmiast po iniekcji, słyszalne kliknięcie stanowi potwierdzenie uruchomienia osłony gdyż nie ma na rynku kaniul, spełniających ten warunek?

Odpowiedź: tak, zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga kaniul do żył obwodowych bez zabezpieczenia

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Liliana Głowacka