

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy PN/9/2014 - na dostawę i montaż kolumn medycznych dla 6-stanowisk OIOM i 1–stanowiska izolatki OIOM dla szpitala w Oleśnicy.

Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1

W odpowiedzi na pytania do przetargu j.w. poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Dostawa i montaż urządzeń medycznych” dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy do szpitala w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1 – Znak sprawy PN/9/2014.

Pytania i odpowiedzi

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia i zamontowania kolumn elektryczno-gazowych, wiszących, sufitowych o parametrach technicznych zgodnych z tabelą parametrów, a nie jednostek zasilających typu „most”, które opisano w projekcie budowlanym (Dział 12 – Układ funkcjonalny) .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania kolumn elektryczno – gazowych OIT dla oddziału OIOM i jest możliwe również rozwiązanie typu „most”.

2. Prosimy o informację, czy do miejsca montażu jednostek zasilających są doprowadzone media gazowe i elektryczne?

Odpowiedź: Do miejsca montażu zostaną doprowadzone media gazowe i elektryczne w uzgodnieniu z wykonawcą ,który wygra przetarg.

3. Prosimy o informację, czy podłączenie elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne jednostek zasilających są przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o informację jakich pomiarów zamawiający będzie wymagał?

Odpowiedź: Tak podłączenie elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne jednostek zasilających są przedmiotem zamówienia i należy wykonać wszystkie pomiary wymagane przepisami i normami jak dla medycznych gniazd elektrycznych na oddziale OIOM.

4. W związku z tym, że w panelach nadłóżkowych należy wykonać jedynie otwór pod instalację przyzywową, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający samodzielnie zamontuje i podłączy elementy systemu przyzywowego (moduł i manipulator) ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający samodzielnie zamontuje i podłączy elementy systemu przyzywowego.

5. Czy nad stropem OIOM (dostęp od góry) możliwe jest zamocowanie wzmocnień koniecznych do montażu zawiesi jednostek zasilających na stropie DZ-3? .

Odpowiedź: Stropy w tej części szpitala gdzie będą montowane kolumny medyczne to żelbetowe stropy prefabrykowane, wielootworowe, płytowe a wysokość konstrukcyjna stropu to 24cm. Sposób montażu konstrukcji nośnych / wsporczych dla potrzeb montażu wybranych w przetargu kolumn medycznych zostanie ustalony po wyborze oferty i otrzymaniu danych technicznych przedmiotowych kolumn. Konstrukcja nośna /wsporcza jest po stronie Zamawiającego i wykona ją firma budowlana wykonująca roboty budowlane na obiekcie przysłego oddziału OIOM.

6. Czy Zamawiający potwierdza odpowiednią nośność stropów DZ-3 w miejscu projektowanych kolumn OIOM? Dla wymaganych w specyfikacji parametrów oraz konstrukcji stropu obciążenia pochodzące od kolumny będą wynosić : obciążenie statyczne $F > 2,2 \text{ kN}$; moment sił $M > 1,5 \text{ kNm}$

W załączeniu przykładowa ekspertyza typowych uszkodzeń stropów DZ-3 z przykładowymi wartościami obciążeń.

Odpowiedź : Tak jak odpowiedź do pkt 5.

7. Ponieważ przedmiotem przetargu jest „dostawa i montaż kolumn” prosimy o potwierdzenie że w zakresie koniecznych do wykonania prac montażowych znajdują się wyłącznie prace instalacji kolumny (tj. przewiercenie stropu, ułożenie wzmocnień nad stropem, przykręcenie konstrukcji nośnej i montaż mechaniczny kolumny, podłączenie doprowadzonej przez Zamawiającego instalacji gazowej) a nie znajdują się żadne dodatkowe prace budowlane w szczególności wykonanie wzmocnienia lub przeróbki stropu, naprawa i uzupełnienie podłóg nad stropem OIOM itp.

Odpowiedź: Tak potwierdzamy treść pkt. 7

8. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał montażu kolumn po ukończeniu wszelkich pozostałych prac budowlanych i instalacyjnych. Kolumny są urządzeniami montowanymi na samym końcu inwestycji budowlanej na etapie tzw. białego montażu.

Odpowiedź: Tak potwierdzamy treść pkt. 8

9. Dotyczy: warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu (Numer ogłoszenia: 64583 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014) oraz zapisami siwz wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą między innymi:

- określenia dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożeniu poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie według wzoru określonego w załączniku nr 3 SIWZ.

W myśl art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się *wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;*

Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 3 do SIWZ wykonawca zobowiązany jest wskazać tylko te dostawy, których nienależycie wykonanie zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 zostało stwierdzone *orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania*, a w przypadku, kiedy Wykonawca nie wykazuje dostaw nienależycie wykonanych w myśl Art. 24 ust. 1 powinien umieścić uwagę „NIE DOTYCZY”

Odpowiedź: Tak potwierdzamy treść pkt 9.

10. Dotyczy: warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa urządzeń (kod CPV 33.10.00.00-1, 33.17.00.00-2.) prosimy o potwierdzenie, że wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, co jest zgodne z zapisami przepisami wykonawczymi do Prawa zamówień publicznych tzn. *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane*

Odpowiedź: Tak potwierdzamy treść pkt 10.

11. Dotyczy: warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wnosimy o określenie wartości kwotowej potencjału finansowego Wykonawcy, tak aby wykonawca jeszcze przed złożeniem oferty wiedział z całą pewnością, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jest to szczególnie ważne również w kontekście przepisu art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, jak również z uwagi na fakt, że z unormowań art. 22 ust. 1 ustawy Ppz wynika, że w ogólności warunki udziału w postępowaniu, w tym także odnoszące się do sytuacji ekonomicznej i finansowej, mają zapewnić Zamawiającemu możliwość wyboru oferty wykonawcy zdolnego do należytej realizacji zadania.

Dodatkową kwestią, bardzo istotną z punktu widzenia Zamawiającego, jest naszym zdaniem, możliwość porównania złożonych ofert, co z pewnością nie będzie możliwe, jeśli każdy z Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne złoży informację z banku potwierdzającą inną zdolność kredytową lub określającą inny dla każdego stan środków finansowych, co w skrajnych przypadkach dla jednego wykonawcy może być kwotą 1 PLN a dla innego wykonawcy może to być kwota 1 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziału VI pkt. A 4) zostały określone warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków. Zamawiający żąda aby Wykonawcy dysponowali środkami finansowymi w kwocie co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł) i byli ubezpieczeni od kwoty co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł).

12. Dotyczy: warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Z kolei zgodnie z zapisami siwz:

1) Pkt. III. 1. 4 Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Dostawa i montaż winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego,
- Kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

2) pkt. VI warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków pkt. A. 3):

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania dostawą i montażem urządzeń medycznych w odpowiednich specjalnościach.

Wobec tak nieprecyzyjnych zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wnosimy o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego swoich wymagań w tym zakresie, z powołaniem się na aktualnie obowiązujące normy prawne. Jakich uprawnień oczekuje Zamawiający od osoby uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia oraz na jakiej podstawie prawnej.

Odpowiedź: Zamawiający żąda dostarczenia , montażu i uruchomienia kolumn medycznych OIT (gazowo- elektrycznych) dla oddziału OIOM . Wobec powyższego kolumny medyczne należy zamontować, wykonać wszystkie pomiary instalacji elektrycznych i instalacji gazowych dla przedmiotowych kolumn dlatego też Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował osobami do kierowania i nadzorowania robót montażowych z uprawnieniami budowlanymi konstrukcyjnymi , elektrycznymi i instalacji gazów medycznych.

13. Zgodnie z zapisem ogłoszenia o zamówieniu w zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom wykonawca winien przedłożyć:

-zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

-zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

-zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;

Natomiast zgodnie z zapisami siwz :

Do oferty na wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych tj. :

- certyfikat zgodności - dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)
- deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi
- dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o wprowadzeniu do obrotu lub do używania wyrobu) lub dokument potwierdzający dokonanie przeniesienia danych z dotychczasowego rejestru/druk zgłoszenia, powiadomienia, wniosek o przeniesienie danych lub urzędowe potwierdzenie wpisu do bazy danych prowadzone przez ww. Prezesa/, jeśli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia danych, a w przypadku wyrobów nie podlegających temu obowiązkowi – oświadczenie o przyczynach braku zgłoszenia/powiadomienia/przeniesienia danych, z odpowiednim odwołaniem się do przepisów ustawy a dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

Do oferty na wyroby niemedyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oceny zgodności tj. :

- certyfikat zgodności CE wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych (certyfikat uprawniający do oznakowania wyrobu znakiem CE), jeśli certyfikacja była prowadzona z udziałem jednostki notyfikującej (jeśli dotyczy wyrobu)
- deklarację zgodności wyrobu niemedycznego z określonymi dla niego wymaganiami zasadniczymi

Wnosimy o ujednoczenie zapisów w tym zakresie.

Odpowiedź: Przedmiotem przetargu jest dostawa, montażu i uruchomienie kolumn medycznych OIT (gazowo- elektrycznych) dla oddziału OIOM i oddanie ich do eksploatacji.

Wobec powyższego:

1. Dostarczane urządzenia medyczne - kolumny medyczne OIT (gazowo- elektrycznych) dla oddziału OIOM muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych .
2. Montaż i uruchomienie w.w. urządzeń medycznych musi się odbyć zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego oraz odpowiednich norm i przepisów obowiązujących dla montażu elementów konstrukcyjnych urządzeń oraz przepisów dotyczących urządzeń i instalacji elektrycznych oraz instalacji gazów medycznych gdy wymagane są specjalistyczne uprawnienia branżowe.

14 i 15 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ i zapisów umownych zostaną udzielone w terminie późniejszym z tego też względu termin składania ofert został przesunięty jak podano wcześniej.