

PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy PN/9/2014** - na dostawę i montaż kolumn medycznych dla 6-stanowisk OIOM i 1–stanowiska izolatki OIOM dla szpitala w Oleśnicy.

Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1

W odpowiedzi na pytania do przetargu j.w. poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Dostawa i montaż urządzeń medycznych” dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy do szpitala w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1  
– Znak sprawy PN/9/2014.

Pytania do SIWZ:

Pyt. 1:

W odpowiedziach z 31.03.2014 na moje pytanie nr 6; "Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głowicy zasilającej o szerokości 430 mm? Ten parametr bardzo nieznacznie odbiega od wymaganego 400mm, i nie będzie to miało wpływu na komfort użytkowania czy ergonomię stanowiska pracy, gdyż wymagane przez Zamawiającego półki do tej głowicy mają mieć szerokość ponad 80 cm - o ok. 40 cm więcej od wymaganej szerokości głowicy." Zamawiający dopuścił zaoferowanie głowicy o szerokości 430 mm. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głowicy zasilającej o 1 cm węższej, a więc o szerokości 420 mm?  
**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuści zaoferowanie głowicy zasilającej o szerokości 420 mm

Pyt. 2:

W odpowiedziach z 31.03.2014 na moje pytanie nr 7;"Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głowicy zasilającej, o łącznej ilości paneli dystrybucyjnych 5. gdzie zgodnie z normą oraz wychodząc naprzeciw wymogom stawianym komfortowi użytkownika i ergonomii stanowiska pracy, gniazda dystrybucyjne gazów medycznych rozmieszczone są na dole głowicy z możliwością rozmieszczenia na wszystkich panelach (tylnym, bocznych, frontowych), a gniazda elektryczne na górze głowicy z możliwością rozmieszczenia na wszystkich panelach (tylnym, bocznych, frontowych)? Wzajemne rozmieszczenia tych gniazd w proponowanej głowicy spełnia wymogi normy (odstęp min. 20 cm pomiędzy gniazdami elektrycznymi i gniazdami 02, gniazda elektryczne muszą znajdować się nad gniazdami 02)".Zamawiający odpowiedział połowicznie i dopuścił zaoferowanie głowicy zasilającej o łącznej ilości paneli dystrybucyjnych 5.

Dla uniknięcia nieporozumień, proszę o odpowiedź na pozostałą, część pytania - czy Zamawiający dopuści gniazda dystrybucyjne gazów medycznych rozmieszczone na dole głowicy z możliwością rozmieszczenia na wszystkich panelach (tylnym, bocznych, frontowych), a gniazda elektryczne na górze głowicy z możliwością rozmieszczenia na wszystkich panelach (tylnym, bocznych, frontowych)?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuści dowolną konfigurację rozmieszczenia gniazd pod warunkiem że będzie zgodna z obowiązującymi normami i przepisami i dostosowana do potrzeb oddziału OIOM.