

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy PN/9/2014 - na dostawę i montaż kolumn medycznych dla 6-stanowisk OIOM i 1–stanowiska izolatki OIOM dla szpitala w Oleśnicy.

Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1

W odpowiedzi na pytania do przetargu j.w. poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Dostawa i montaż urządzeń medycznych” dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy do szpitala w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1  
– Znak sprawy PN/9/2014.

### Pytanie

14. Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych w § 6 umowy na: 0,5% % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego .

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy gdyż terminy są bardzo ważne dla Zamawiającego z uwagi na umowy wiążące go z NFZ -em .

### Pytanie

15. Zgodnie z zapisami § 5 umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .....miesiące (min. 60 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

Zwracamy uwagę, że objęcie gwarancją w pełnym zakresie asortymentu będącego przedmiotem przetargu, w tym np. elementów zużywalnych spowodowałoby, że niemożliwe byłoby w zasadzie skalkulowanie ceny ofertowej, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość materiałów eksploatacyjnych zamawiający zamówi. Dodatkowo wpływa to w sposób znaczący na podwyższenie ceny za zaoferowany asortyment. Naszym zdaniem wykonawca w ramach umowy powinien się jedynie zobowiązać do zapewnienia w okresie obowiązywania gwarancji dostępności materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów, które Zamawiający będzie nabywał sukcesywnie na własny koszt.

Ponadto, udzielenie gwarancji na tzw. pełny zakres, w tym rozszerzenie gwarancji na materiały eksploatacyjne wielorazowego użytku i akcesoria zużywalne, mogłoby doprowadzić do nadania Zamawiającemu uprawnienia skutkującego praktycznie nieograniczonym przedłużaniem okresu gwarancji. Elementy zużywalne ze swej natury nie podlegają naprawie w przypadku zużycia – muszą wtedy podlegać wymianie - wobec tego zgodnie z brzmieniem art. 581 §1 k.c. gwarancja na te elementy musiałaby biec od nowa, co z kolei oznaczałoby dożywotnią gwarancję na materiały zużywające się szybciej niż trwa gwarancja (np. wymagane 60 m-cy).

Wnosimy zatem o zmianę zapisów w tym zakresie.

### Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia to kolumny lub mosty medyczne dla oddziału OIOM (bez sprzętu medycznego) z wyposażeniem w elementy które w normalnych warunkach pracy szpitalnej winnych pracować dobrze przez okres 60 miesięcy przy poprawnej konserwacji ( element zużywalny to np. źródło światła, które nie podlega gwarancji 60 miesięcy ale lampa podlega tej gwarancji ). Tak więc oferent winien wymienić elementy zużywalne i wyłączyć je z gwarancji.