

Oleśnica, dnia 31 marca 2014 r.

PZS-O/IV/01/...../2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/11/2014

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie 11, poz. 1 dopuści testy o czułości 1ng/ml?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie 11, poz. 5 dopuści testy o czułości 100% i dokładności 99%?

Odpowiedź: zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie

pakiet nr 8: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 „Paski testowe ETEST – określenie wartości MIC” wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 pasków na nośniku celulozowym

Odpowiedź: tak, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża Nutrient Agar 1,5% - Agar odżywczy z NaCl?

Odpowiedź: tak, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta?

Odpowiedź: W Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w punkcie II należy wpisać wartość brutto oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiednio w podpunkcie, który dotyczy składanej przez Wykonawcę oferty.

Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie ulotek / metodyk oznaczeń osobno zbindowanych podpisanych na pierwszej stronie lub w wersji elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów zgodnie z SIWZ. Zgodnie z punktem 14 ust. 4 SIWZ Zamawiający informuje, że ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z punktem 14 ust. 6 SIWZ wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, tj. wymienionych w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o

1

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które musi być dołączone do oferty.

Pytanie

Pakiet 7 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży na płytkach zawierających krew z minimalnym terminem ważności 4-6 tygodni pozostałe podłoża 5 – 7 tygodni? uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: tak, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Czy w pakiecie nr 7, poz. 7 Zamawiający dopuści podłoże przeznaczone do wybiórczej izolacji drożdżaków, identyfikacji gatunku *C. albicans*, wstępnego różnicowania grupy gatunków zawierającej *C. tropicalis*, *C. lusitaniae* i *C. kefyr*?

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy w pakiecie nr 7, poz. 13 Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża chromogennego?

Odpowiedź: tak, zamawiający wymaga podłoża chromogennego

Pytanie

Czy w pakiecie nr 7, poz. 13 Zamawiający wymaga, aby odczyt odbywał się po 24 h inkubacji w warunkach beztlenowych, bez dodatkowych narzędzi (np.lamy UV)?

Odpowiedź: tak, bez dodatkowych narzędzi

Pytanie

Czy w pakiecie nr 7, poz. 13 nie nastąpiła omyłka pisarska w ilości płytek na 24 miesiące? ? Należy zaoferować 8 płytek czy 8 opakowań po 20 szt. w opakowaniu ?

Odpowiedź: tak, nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający wymagana ilość na 24 miesiące to 80 płytek. Zamawiający odpowiednio zmodyfikuje SIWZ w tym zakresie

Pytanie

Czy w warunkach wymaganych do pakietu nr 7 w pozycji 2 Zamawiający wyraża zgodę, aby każda płytka z podłożem zawierała następujące informacje: nazwa producenta, nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzinę rozlania, datę ważności?

Odpowiedź: tak, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Czy w warunkach wymaganych do pakietu nr 7 w pozycji 3 Zamawiający dopuści płytki pakowane po 10 sztuk w rękaw foliowy i w opakowaniu zbiorczym po dwa takie rękawy (2x10 sztuk)?

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków z gradientem stężeń konfekcjonowanych w formie pojedynczo pakowanych pasków przechowywanych w temp. 2-8 st.C, w opakowaniu zbiorczym po 30 sztuk (30 x 1 szt.) i pasków konfekcjonowanych w blistrzy po 3x10 pasków z minimalnym terminem ważności 24 miesiące i odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający wymaga, by testy pochodziły od jednego producenta? Uzasadnienie: Wymóg, aby paski pochodziły od jednego producenta jest bardzo istotny. Paski od jednego producenta są ze sobą kompatybilne, co gwarantuje dobrą jakość oznaczeń. Pasków używa się do oznaczenia lekowrażliwości wieloopornych szczepów bakteryjnych z trudnych zakażeń, dlatego ich jakość jest tak ważna.

Odpowiedź: zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy w pakiecie nr 8 w pozycji 6 nie nastąpiła omyłka pisarska, czy nie powinno być "Kolistyna"?

Odpowiedź: tak, nastąpiła omyłka pisarska, w pakiecie nr 8 w pozycji 6 powinno być "Kolistyna". Zamawiający odpowiednio zmodyfikuje SIWZ w tym zakresie

Pytanie

§7 ust. 1 lit a) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie

§7 ust. 1 lit b) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Część 10, Pkt. b):

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym? Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Część 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy), Pkt. IX:

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał min. 6 miesięczny termin ważności. Czy Zamawiający odnośnie pakietu 13, dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego, której ważność jest krótsza niż 3 miesiące od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, ale skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktów zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 3 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść załącznika nr 1 do SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: „Deklarujemy minimalny okres ważności przedmiotu zamówienia na 6 miesięcy od dnia dostawy, z wyjątkiem krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego zaferowanej w Pakiecie nr 13, której minimalny okres ważności deklarujemy na 3 miesiące od dnia dostawy w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 14 (Warunki graniczne dot. pakietu nr 13), Pkt. 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy analizatora do 72 godzin od chwili zgłoszenia usterki?

W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy oryginalnych części do analizatora od producenta z zagranicy. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu czynności serwisowych do 72 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ, (Załącznik nr 17), Istotne postanowienia umowy na dostawę odczynników:

§ 4 ust. 2:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer), emailem (na adres) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT).”

Powyższy zapis umożliwi zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Nieprecyzyjne wskazanie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowego kontaktu z Zamawiającym. Ze względu na dyspozycyjność osoby upoważnionej do składania zamówień przez Zamawiającego, może prowadzić w konsekwencji do opóźnień dostaw. Powyższy zapis konkretyzuje składanie zamówień, zapewniając pewność i rzetelność dostaw.

Odpowiedź: zamawiający wymaga jak w SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ, (Załącznik nr 18), Istotne postanowienia umowy na dzierżawę analizatorów:

§ 8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzorów umów (Załącznik nr 17 i 18 SIWZ) poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych.
4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/ współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 3:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 podłoża Nutrient Agar (z zawartością NaCl 5 g/l i agaru 15g/l) lub podłoża Nutrient Broth (z zawartością NaCl 5g/l i bez dodatku agaru)?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 5:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 1 producenta krążków diagnostycznych, antybiotykowych i szczepów? Takie rozwiązanie pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów, a Zamawiającemu pozwoli wybrać korzystniejszą cenowo ofertę.
2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby ostatni krążek oznaczony był symbolem „X”?

Odpowiedź: zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Dotyczy Pakietu nr 7:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu I producenta wszystkich podłoży? Obecnie na rynku jest tylko jedna firma mogąca spełnić ten warunek. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że profesjonalne laboratorium, dysponujące środkami publicznymi, podejmuje decyzję o przeznaczeniu dużo większej ilości pieniędzy aniżeli mogłoby wydać przy odstąpieniu od wymogu jednego producenta.

Odpowiedź: zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 8:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów do określania MIC wykonanych z trwałej bibuły? Zgodnie z informacją producenta testy bibułowe zapewniają lepsze przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (bibuła, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalna dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Paski bibułowe nakłada się szybciej oraz lepiej i nie wymagają dodatkowego oprzyrządowania.

Odpowiedź: zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy: wzór umowy na dostawę odczynników (Załącznik nr 16 do SIWZ)

Par. 4 ust. 3 Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w par. 4 ust. 3 umowy: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 90 dni.”?

Uzasadnienie:

Zapis par. 4 ust. 3 wzoru umowy jest jednostronny i jako taki narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 KC, gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dotyczy: wzór umowy na dostawę odczynników (Załącznik nr 16 do SIWZ)

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 6 wzoru umowy wyrażenia „od daty otrzymania” na „od daty wystawienia”?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?

Uzasadnienie:

Obecna wysokość kary umownej przewidziana w par. 7 ust. 1 wzoru umowy jest rażąco wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy, co może stanowić naruszenie prawa w rozumieniu art. 5 k.c. Kara

umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, ale jej celem jest naprawa szkody wyrządzonej zwłoką w dostawie. Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku sprzecznego z ego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Uzasadnienie:

Obecna wysokość kary umownej przewidziana w par. 7 ust. 2 wzoru umowy jest rażąco wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy, co może stanowić naruszenie prawa w rozumieniu art. 5 k.c. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, ale jej celem jest naprawa szkody. Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku sprzecznego z ego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto Zamawiający jest uprawniony na podstawie par 7ust. 3 do dochodzenia odszkodowania na warunkach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 7 ust.3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dotyczy: wzór umowy na dzierżawę analizatorów (Załącznik nr 17 do SIWZ)

Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?

Uzasadnienie:

Obecna wysokość kary umownej jest rażąco wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy, co może stanowić naruszenie prawa w rozumieniu art. 5 k.c. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, ale jej celem jest naprawa szkody wyrządzonej zwłoką w dostawie. Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku

sprzecznego z ego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Uzasadnienie:

Obecna wysokość kary umownej przewidziana w par. 7 ust. 2 wzoru umowy jest rażąco wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy, co może stanowić naruszenie prawa w rozumieniu art. 5 k.c. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, ale jej celem jest naprawa szkody. Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku sprzecznego z ego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto Zamawiający jest uprawniony na podstawie par 7ust. 3 do dochodzenia odszkodowania na warunkach ogólnych.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 7 ust.3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Par. 9 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie umowy dzierżawy, formułując ją w następujący sposób:

„Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii. W razie awarii trwającej dłużej niż 5 dni Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy do czasu zakończenia naprawy aparatu uszkodzonego. Serwis gwarantowany bezpośrednio przez Wykonawcę bez podwykonawców;”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek i deklaracji zgodności na płycie CD? W wersji papierowej dokumenty zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą odczynników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów zgodnie z SIWZ. Zgodnie z punktem 14 ust. 4 SIWZ Zamawiający informuje, że ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z punktem 14 ust. 6 SIWZ wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, tj. wymienionych w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które musi być dołączone do oferty. Wykonawca może dołączyć dokumenty w wersji elektronicznej jako element dodatkowy.

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga dostawy materiałów kontrolnych jednej serii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów kontrolnych jednej serii