

PZS-O/IV/01/00.869...../2013 r.

### Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania grup krwi, szybkich testów kasetkowych, odczynników i materiałów do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą koagulometru, dostawa podłoży płynnych do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz dzierżawa automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych, dostawa materiałów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii, dostawa pasków do badań fizykochemicznych i sprzętu do analizy osadu moczu wraz z dzierżawą dwóch czytników do moczu dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/8/2013

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

#### Pytanie

Dotyczy: Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający poprzez zapis: „Wewnętrzna kontrola zawarta w teście” rozumie linię kontrolną C, która wskazuje na prawidłowe wykonanie testu, czy ma na myśli kontrolę dodatnią testu?

Odpowiedź: Wewnętrzna kontrola zawarta w teście tzn. linia kontrolna C, która wskazuje na prawidłowe wykonanie testu.

#### Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw dla pakietu nr 1, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)?

Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

#### Uzasadnienie

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczoną kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracy diagnostów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie wraz z umową harmonogramu, pod warunkiem, że zapis ten będzie dotyczył jedynie krwinek wzorcowych.

#### Pytanie

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwinek wzorcowych do układu AB0 w zestawie 3 x 10 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości tj. 26 zestawów?

Powyższe rozwiązanie pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej ceny w składanej ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania krwinek wzorcowych w zestawach 3x10ml

Pytanie

Dotyczy Pakietu Nr 3

Prosimy o sprecyzowanie określenia „oznaczenie” – czy Zamawiający rozumie to jako pojedyncze badanie czy jako dublet?

Odpowiedź: Zamawiający pod określeniem „oznaczenie” rozumie badanie pojedyncze.

Pytanie

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do PT w postaci liofilizatu, rozpuszczanego buforem zawartym w zestawie, o stabilności 12 dni po otwarciu w temp. 2-8°C – w fiolkach 5 ml lub 10 ml (bez możliwości przygotowania dowolnych ilości odczynnika roboczego)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do PT w postaci ciekłej (gotowy do użycia), o stabilności 7 dni po otwarciu w temp. 2-8°C?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynnik do PT posiadał wyznaczone przez producenta odczynników parametry na aparat oferowany w dzierżawie: ISI oraz średni czas prawidłowy niezbędny do przeliczenia wyników w INR?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT w postaci ciekłej, z chlorkiem wapnia w zestawie, o stabilności po otwarciu min. 14 dni w temp. 2-8°C – w fiolce 2 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. APTT po otwarciu stabilny do daty ważności w temp. 2-6 stopni.

Pytanie

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osocza kontrolnego o stabilności po rozpuszczeniu min. 4 godz. w temp. 22°C, z wyznaczonymi przez producenta odczynników zakresami wartości oczekiwanych na aparat oferowany w dzierżawie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Osocze kontrolne stabilne po rozpuszczeniu min. 8 godz.

Pytanie

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełniania wszystkich warunków granicznych Wykonawca załączył do oferty ulotki, instrukcje obsługi potwierdzające spełnianie wymagań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga tak jak w punkcie 11 g) „do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków/parametrów wymaganych oraz ocenianych”.

Pytanie

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koagulometru 4 kanałowego – z dwiema pozycjami do inkubacji odczynników, z automatycznym przeliczaniem wyników (sek, procenty, INR, g/l, ng/dl), z zużyciem odczynników APTT do 50 µl, dla PT do 100 µl?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga koagulometru dwukanałowego.

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Pytanie**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 8 dopuści zaoferowanie standaryzowanych krwinek wzorcowych do układu ABO konfekcjonowanych 3x5ml z odpowiednim przeliczeniem zestawów tj. 52 zestawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 8 krwinek wzorcowych w zestawach 3x5 ml, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości zestawów.

**Pytanie**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone krwinki i produkty spełniały wymogi IHiT zawarte w publikacji "Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi" pod redakcją Magdaleny Łętowskiej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by oferowane odczynniki spełniały wymagania dotyczące diagnostyki in vitro, oraz aktualne wymagania dotyczące serologii transfuzjologicznej.

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
w Oleśnicy  
Liliana Głowacka

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899