

Oleśnica, 22.10.2019r

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986), w związku z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na "**Zakup i dostawa centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych na oddział wewnętrzny do Powiatowego Zespołu Szpitali**", Nr sprawy PZS/PN/19/2019 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 611570-N-2019 dnia 17.10.2019r.,)

ODPOWIEDZI/ WYJAŚNIENIA

Dostawa kardiomonitorów – 8 szt.

- **pkt. 19** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada pokrętko, stanowiące alternatywną formę komunikacji? Głównym sposobem komunikacji z użytkownikiem jest ekran dotykowy.
Odp.: zgodnie z SIWZ
- **pkt. 27** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z historią alarmów 200 przypadków z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odp.: Zgodnie z SIWZ
- **pkt. 29** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pamięcią i prezentacją trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich mierzonych parametrów ze 160 godzin z rozdzielczością 60s?
Odp.: Zgodnie z SIWZ
- **pkt. 30** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z jednoczesnym ciągłym zapisem 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin?
Odp.: Zgodnie z SIWZ
- **pkt. 35** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z 4 prędkościami przesuwu krzywych EKG?
Odp.: Zgodnie z SIWZ
- **pkt. 47** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiar bezdechu w zakresie min. 10-60 sekund z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odp.: Zgodnie z SIWZ
- **pkt. 48** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wyborem prędkości przesuwu krzywych 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s?
Odp.: Zgodnie z SIWZ
- **pkt. 52** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym NIBP: 10-270 mmHg?
Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

– **pkt. 58** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna w technologii producenta i zakresem pomiarowym saturacji 0-100% oraz z zakresem pomiarowym pulsu 20-250 bpm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

– **pkt. 61** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji inteligentnego zarządzania fałszywymi alarmami?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

– **pkt. 66** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rozbudowy o 3-kanałowy rejestrator termiczny?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

WYJAŚNIENIA

W związku z pomyłką pisarską Zamawiającego znajdująca się w §1 ust 4 wzoru umowy. dokonuje się poprawy z:

„4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny, nieregenerowany, wyprodukowany w 2017 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez dodatkowych kosztów.”

Na:

„4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny, nieregenerowany, wyprodukowany w 2019 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez dodatkowych kosztów.”

Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
Krzysztof Wywrot

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Krzysztof Wywrot