

Oleśnica, 23.11.2018r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), w związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na **Dostawa defibrylatora wraz z akcesoriami** Nr sprawy PZS/PN/24/2018 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 650072-N-2018 dnia 19.11.2018)

ODPOWIEDZI

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta, o następujących parametrach:

- Ładowanie akumulatorów z sieci 12 V DC bez konieczności stosowania osobnej ładowarki dwustanowiskowej
- Czas pracy urządzenia na 3 akumulatorach do 10 godzin monitorowania lub 428 defibrylacji maksymalną energią 200J
- Autotest wykonywany przy każdorazowym włączeniu urządzenia
- Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 200J
- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji. Mocowanie łyżek twardej bezpośrednio w obudowie urządzenia
- Automatyczny wydruk po każdorazowej defibrylacji
- Częstość stymulacji 30-150 imp./min.
- Prąd stymulacji 0-150 mA
- Zakres wzmocnienia EKG 0,25 do 2 cm/mV. 4 poziomy wzmocnienia oraz tryb auto.
- Pamięć w postaci karty danych do zapisu wszystkich rejestrowanych informacji
- Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 100 mmHg, z wielorazowym czujnikiem, w zestawie 30 złączy oddechowych
- Kieszenie boczne oraz elastyczny pasek do noszenia na ramieniu przy zachowaniu pozostałych parametrów OPZ.

ODP: ZGODNIE Z SIWZ

Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Kamil Dybizbański

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899