

Oleśnica, dnia 04.01.2022r.

Znak sprawy: PZS/TP/21/2021

Dotyczy: „Dostawa materiałów higienicznych, obłożeń, pieluchomajtek dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”.

### WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie nr.1

##### **Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z owalnym otworem o wymiarach 6x8cm

wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. spełnia wymogi normy EN 13795. Absorbacja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 458%

Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr.2

##### **Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety jednorazowego użytku o wymiarach 75 x 90 cm z owalnym otworem o wymiarach 6x8cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP

(nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> spełnia wymogi normy EN 13795. Absorbacja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 458%

Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr.3

##### **Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku z materiału dwuwarstwowego o wym. 75 x 90 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP

(nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>

opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Absorpcja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 458% Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr.4**

**Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 3**

Jałowa serweta **przylepna** dwuwarstwowa jednorazowego użytku o wym. **75x90cm** z taśmą lepną na całej długości dłuższego boku, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe 2 etykiety TAG, podwójnie przylepne

wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O. Absorpcja płynów 458 %

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.5**

**Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku o wym 90x120cm

wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 2 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1;

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.6**

**Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku z materiału dwuwarstwowego o wym. **50 x 60 cm**, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP

(nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.7**

**Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : jałowa serweta **przylepna** jednorazowego użytku o wym. **50 x 60 cm** z taśmą lepną na całej długości dłuższego boku wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O. Absorpcja płynów 458 %

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.8**

**Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 6**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody 15 x 240 cm, perforowana końcówka, 2 zintegrowane przylepce, składana teleskopowo wykonana z folii PE o grubości 50 µm, opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.9**

**Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 6**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody 17 x 240 cm, elastyczna końcówka, 2 zintegrowane przylepce, składana teleskopowo wykonana z folii PE o grubości 50 µm, opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.10**

**Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 7**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha:**

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL i dodatkowo w centymetrach.

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dispenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H<sub>2</sub>O

Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa

IB – 2,9

125 cm, M

135 cm, L

145 cm, XL

155 cm, XXL

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Pytanie nr.11**

**Pytanie dotyczy zadania nr 2 poz 8**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha :**

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Possada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
w Oleśnicy  
*Przemysław Magiera*

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI  
53-400 OLEŚNICA  
ul. Armii Krajowej 1  
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307  
NIP 9111847075, Reg. 932966540