

Oleśnica, dnia 06.07 2021 r.

Znak sprawy: PZS/TP/6/2021

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na zakup respiratora noworodkowego na oddział neonatologii dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr.1

PARAMETRY OGÓLNE

Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy do 20 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści, ewentualne zabezpieczenie pediatrii w szpitalu.

Pytanie nr.2

PARAMETRY OGÓLNE

Lp. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z zasilaniem z wbudowanego akumulatora na 30 min ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści, 30 min jest niewystarczającym zabezpieczeniem.

Pytanie nr.3

PARAMETRY OGÓLNE

Lp. 10

Czy Zamawiający ma na myśli paramagnetyczny pomiar O2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.4

METODY WENTYLACJI

Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy bez trybu CMV w HFO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.5

METODY WENTYLACJI

Lp. 5

respirator wysokiej klasy bez generatora przerzutowego? Oddechy w oferowanym przez naszą firmę produkcie są realizowane w respiratorze, co znacząco obniża hałas, jaki występuje wokół pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.6

METODY WENTYLACJI

Lp. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy bez możliwości pomiaru saturacji przez respirator?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.7

PARAMETRY NASTAWIALNE

Lp. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z czasem narastania dla wspomaganie ciśnieniowego w zakresie 0,0 do 2 sek.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.8

PARAMETRY NASTAWIALNE

Lp. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z triggerem przepływowym regulowanym w zakresie 0,2 do 5 L?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.9

Oscylacje o wysokiej częstotliwości - HFO

Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z regulacją oscylacji w zakresie 5-20 Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.10

Oscylacje o wysokiej częstotliwości - HFO

Lp. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z zakresem regulacji MAP_{Ph} od 5 do 50 mbar?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.11

Oscylacje o wysokiej częstotliwości - HFO

Lp. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z regulacją

ciśnienia westchnień w większym zakresie od 6 do 80 mbar?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr.12

Oscylacje o wysokiej częstotliwości - HFO

Lp. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z częstotliwością westcheń (RRsigh) regulowaną w zakresie 0-30 /min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr.13

MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI

Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z ekranem kolorowym o przekątnej 15,6', który jest niezależny od jednostki pneumatycznej (nie jest wbudowany)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr.14

MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI

Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z trendami z 7 dni, a po wyeksportowaniu do komputera z ostatnich 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr.15

MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI

Lp. 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy bez pomiaru SpO2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr.16

WYPOSAŻENIE

Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator wysokiej klasy z układami oddechowymi do prowadzenia **wszystkich rodzajów terapii** w oferowanym urządzeniu bez jonów srebra oraz z niepodanym przez producenta czasem stosowania przez pojedynczego pacjenta? Czas stosowania układów oddechowych jest najczęściej warunkowanym procedurami szpitalnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Pytanie nr.17

WYPOSAŻENIE

Lp. 4

Czy Zamawiający dopuści komory nawilżacza pakowane razem z układami oddechowymi oraz z niepodanym przez producenta czasem stosowania przez pojedynczego pacjenta? Czas stosowania układów oddechowych jest najczęściej warunkowanym procedurami szpitalnymi. Wymiana komory następuje wraz z wymianą układu oddechowego w zastosowanym przez naszą firmę rozwiązaniu znacząco ułatwia obsługę pacjenta oraz zarządzanie stanem magazynowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr.18

WYPOSAŻENIE

Lp. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego układ oddechowy bez generatora IF oraz bez jonów srebra? Alternatywnie pragniemy zaoferować rozwiązanie być może lepsze polegające na układzie oddechowym wspólnym dla wszystkich rodzajów aplikacji (terapii) oraz zestaw akcesoriów jednorazowych do wentylacji NIV (n-cpap donosowy).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

p.o. Dyrektora Powiatowego
Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Przemysław Marzec

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111847075, Reg. 932966540