

Oleśnica, dnia 12.07 2021 r.

**Znak sprawy: PZS/TP/7/2021**

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM NA DOSTAWA NICI  
CHIRURGICZNYCH DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W OLEŚNICY”**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr.1**

Zadanie nr 1, poz. 3-5.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem ( typu micro-point ) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.2**

Zadanie nr 1, poz. 8-12

Czy Zamawiający dopuści nić polipropylenową bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.3**

Zadanie nr 1, poz. 1-11

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane na prosto w celu zmniejszenia pamięci szwu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.4**

Zadanie nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści nić powlekaną silikonem, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.5**

Zadanie nr 1, poz. 14-17

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.6**

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga igieł okrągłych lub okrągłych wzmocnionych dopuści igły spłaszczone w części grzbietowo-brzuszej, bez rowkowania?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.7**

Zadanie nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 48mm, pozostałe parametry z godne z SWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.8**

Zadanie nr 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew o długości 90cm, pozostałe parametry z godne z SWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.9**

Zadanie nr 2, poz. 17-22

Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniający o dłuższym czasie wchłaniania? Okres wchłaniania 90-120 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżenia po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok.15%?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.10**

Zadanie nr 2, poz. 17-19

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane na prosto w celu zmniejszenia pamięci szwu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.11**

Zadanie nr 2, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 60mm, pozostałe parametry z godne z SWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.12**

Zadanie nr 2, poz. 24-26, 28

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.13**

Zadanie nr 2, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia triclosanem?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr.14**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w zadaniu nr 1 pozycja 7 ze szwem o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

p.o. Dyrektora Powiatowego  
Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Przemysław Magiera

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI  
56-400 OLEŚNICA  
ul. Armii Krajowej 1  
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307  
NIP 9111847075, Reg. 932966540

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-01070

