

Oleśnica 27.08.2024 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI INFORMUJE, ŻE W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
OFERTOWE NA

„ODŻYWIANIE MLEKIEM KOBIECYM NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT – ZAKUP
SPRZĘTU DO POZYSKIWANIA MLEKA KOBIECEGO I JEGO PRZECHOWYWANIA
DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKAMI MLEKA
KOBIECEGO FINANSOWANE Z PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.
PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ SŁUŻĄCY WYKONANIU PROGRAMU
KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM” NA LATA 2022-2026”

złożono oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty
1	Medela Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa	Zadanie nr 1 - 68 256,00 zł brutto Zadanie 1.1 - 369,00 zł brutto
2	Grenevo Polska Sp. z o.o. ul. Lewinowska 8 03-684 Warszawa	Zadanie nr 1 - 48 000,00 zł brutto Zadanie 1.1 - 0,00 zł

Zadanie nr 2 -BRAK OFERT.

Wybrana została oferta najkorzystniejsza firmy:

Zadanie 1 oraz 1.1

Oferta nr 1 – Medela Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Oferta odrzucona:

Grenevo Polska Sp. z o.o., ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa

Treść oferty Grenevo, tj. laktator jezdny Carum nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w postępowaniu, które przedstawiają się następująco:

Parametr wymagany	Parametr oferowany przez Grenevo
Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim	Produkt Carum nie posiada wyświetlacza w języku polskim ani nie wyświetla żadnych komunikatów w języku polskim, komunikaty są w języku angielskim, jak wynika z Instrukcji Użytkownika Wyrobu Medycznego (dalej: „IFU”) producenta Ardo Medical
Wymagane podciśnienia od 50 do 250 mmHg	Produkt Carum nie posiada wymaganych parametrów — parametry oferowane to 22-248 mmHg. (patrz: strona 152. IFU producenta Ardo Medical) Zamawiający wyraźnie określił zakres podając wartości graniczne („od ... do ...”) a zatem brak możliwości zaoferowania laktatora z wartościami przekraczającymi zakres wskazany przez Zamawiającego.
Praca laktatora sterowana kartą z czipem	Produkt nie posiada wymaganego parametru – brak karty z czipem. Wymagana karta czipowa to rozwiązanie dające możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności zmiany laktatora oraz umożliwia stosowanie wymaganych min. dwóch programów do stymulacji i podtrzymania laktacji, pokazując na wyświetlaczu LCD.
Automatyczne wyłączenie laktatora po 40 minutach w przypadku nieużywania	Produkt w ogóle nie posiada funkcji automatycznego wyłączenia, nawet po 40 min (zgodnie z pytaniami i dopuszczeniem), co wynika ze strony 145. IFU. 5.3.1. Włączanie / wyłączenie Laktator Carum włącza się poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku WI. / Wyl. Na wyświetlaczu pojawia się strona powitalna. W celu wyłączenia laktatora Carum należy ponownie nacisnąć przycisk WI. / Wyl.

W toku badania ofert złożonych w Postępowaniu należy mieć na uwadze nie tylko treść zaproszenia do złożenia oferty, ale także zasady ogólne funkcjonujące na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

„Podstawą do odrzucenia oferty jest niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia. Na treść oferty składa się świadczenie wykonawcy. Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z tymi warunkami, tj. w sposób nieodpowiadający wymaganiom zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, sposobu jego realizacji i innych warunków zamówienia określonych m.in. w art. 91–98 Pzp. Norma art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp odnosi się do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu świadczenia jego ilości lub jakości,

warunków realizacji lub innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia."
(H. Nowak, M. Winiarz (red.), Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz. UZP. Warszawa
2021)

Zaproponowane przez firmę Grenevo rozwiązanie wprowadza Zamawiającego w błąd co do właściwości i cech fizycznych oferowanych produktów, co nie kwalifikuje się jako "omyłka". Potwierdza to również fakt, że wykonawca Grenevo złożył ofertę niezgodną z treścią zapytania ofertowego oraz z postawionymi przez Zamawiającego warunkami.

Zatwierdziła
Dyrektor
Powiatowego Zespołu
Szpitali
Agnieszka Cholewińska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Agnieszka Cholewińska

