

Oleśnica, 23 grudzień 2020 r.

PZS/PN/22/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa produktów medycznych związanych z układem oddechowym dla Powiatowego Zespołu Szpitali”

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie nr 1:

##### Zadanie nr 5, pozycja 1, 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania masek tlenowych z nebulizatorem z delikatnego, medycznego PCV, szczelnie przylegających do twarzy, w dwóch rozmiarach: dla dorosłych i pediatrycznym. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Dodatkowo produkty pozbawione są szkodliwych ftalanów.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

#### Pytanie nr 2:

##### Dot. SIWZ- termin złożenia ofert

Ze względu na krótki czas na złożenie oferty oraz okres świąteczny, który mocno wydłuża terminy realizacji przesyłek zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia ofert do 04.01.2021 r.

#### Odpowiedź:

Nie wyrażam zgody.

#### Pytanie nr 3:

##### Dot. SIWZ- termin dostawy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy oraz SIWZ odnośnie terminu dostaw przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o modyfikację w sposób następujący: Termin dostawy nie może być krótszy niż 3 dni robocze i nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia otrzymanego telefonicznie/pisemnie.

#### Odpowiedź:

Nie wyrażam zgody.

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Pytanie nr 4:**

**Dot. projektu umowy §2 ust.4,6**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 2 ust. 4 i 6 umowy na następujący:

4. Ilości asortymentu określone w umowie są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości przedmiotu umowy wynikać będą z zamówień składanych przez Zamawiającego przez okres trwania umowy. Dostawca zobowiązany jest do realizowania zamówień artykułów po cenach podanych w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszej umowy do końca terminu realizacji umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową, przy nieprzekroczeniu wartości umowy. W przypadku, gdy zostaną wykorzystane ilości orientacyjne artykułów medycznych zawartych w danej pozycji cennika stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się do realizowania zamówienia artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy, gdyż kluczową dla umowy jest wartość zamówienia określona w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że przekroczenie progów ilościowych w odniesieniu do każdej pozycji przedstawionej w załączniku nr 2 do umowy nie może przekroczyć 10%.

Uzasadnienie:

Zaproponowane przez Zamawiającego brzmienie § 2 ust. 4 i 6 powoduje, że nie jest możliwe rzetelne dokonanie oceny ryzyka, a w konsekwencji również skalkulowanie ceny przetargowej. Wykonawca musi posiadać wiedzę, jakiego rodzaju towary będą stanowiły przedmiot umowy, gdyż poszczególne pozycje posiadają różne marże. Możliwość, że Zamawiający w ogóle nie zamówi określonych towarów, a zamówi znacznie więcej innych towarów, powoduje, że oszacowanie ryzyka i przyjęcie racjonalnej marży są znacząco utrudnione, jeśli nie niemożliwe.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody.

**Pytanie nr 5:**

**Dot. projektu umowy §2 ust.8**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia par. 2 ust. 8 umowy na następujący:

8. W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminach wskazanych w § 4 niniejszej umowy lub w ilości mniejszej niż zamówiona albo dostarczenia towaru złej jakości Zamawiający może zakupić te towary od innego podmiotu w ramach tzw. zakupów interwencyjnych. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego Wykonawcy, a ceną jednostkową towaru określoną w formularzu asortymentowo – cenowym oraz ponosi koszty transportu zakupu interwencyjnego. Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości ceny przetargowej.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody.

**Pytanie nr 6:**

**Dot. projektu umowy §6 ust.1, lit. a, b**

Prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”, jak poniżej:

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy będą kary umowne:

1) Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:

a) za **zwłokę** w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień **zwłoki**,

b) za **zwłokę** w dostawie towaru w wyniku wymiany, o której mowa w § 4 ust. 4 za każdy dzień **zwłoki** w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu reklamacji,

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody.

**Pytanie nr 7:**

**Dot. projektu umowy §6 ust.1, lit. c, d**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w sposób następujący:

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody.

**Pytanie nr 8:**

**Dot. projektu umowy §6 ust.4**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w sposób następujący:

4. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 5 dni roboczych Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy oraz do pomniejszenia wielkości zamówienia i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena zapłacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami zakupu. Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości ceny przetargowej.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody.

**Pytanie nr 9:**

**Dot. projektu umowy §6 ust.6**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust.6 §6 z treści umowy. Naliczenie kary umownej za zwłokę w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego za który Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu u innego dostawcy powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Pytanie nr 10**

**Dot. wzoru umowy**

Zwracam się z prośbą o dodanie poniższych zapisów do treści istotnych warunków umowy:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody.

**Pytanie nr 11:**

**Dot. wzoru umowy**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracam się z prośbą o dodanie w § 6 ustępu 7 o następującej treści:

7. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §6 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody.

**Pytanie nr 12:**

**Zadanie nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maski z przestrzenią martwą +/- 10% od wymaganych wartości?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 13:**

**Zadanie nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą o długości 305 mm przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 14:**

**Zadanie nr 6, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowca: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 15:**

**Zadanie nr 6, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe z rurami obustronnie karbowanymi przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 16:**

**Zadanie nr 6, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe z rurami obustronnie karbowanymi i dodatkową rurą o

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

długości 100 cm przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 17:**

**Zadanie nr 6, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1650 ml, jedną maską w rozmiarze 5, o objętości przy uciśnięciu jedną ręką +/- 100 ml od wymaganych wartości?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 18:**

**Zadanie nr 6, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 600 ml, jedną maską w rozmiarze 2 (żółta), objętość rezerwuaru 1600 ml, o objętości przy uciśnięciu jedną ręką +/- 50 ml od wymaganych wartości?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 19:**

**Zadanie nr 6, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w rozmiarze 1, objętość rezerwuaru 1600 ml, o objętości przy uciśnięciu jedną ręką 30 ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 20:**

**Zadanie nr 6, pozycja 13-15**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 13-15 z Zadania 6 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody..

**Pytanie nr 21:**

**Zadanie nr 6, pozycja 17, 18**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary:

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,3mm	600mm	intubacja
12Fr 4,0mm	600mm	intubacja
14Fr 4,7mm	600mm	intubacja
16Fr 5,3mm	600mm	intubacja
10Fr 3,3mm	300mm	tracheostomia
12Fr 4,0mm	300mm	tracheostomia
14Fr 4,7mm	300mm	tracheostomia
16Fr 5,3mm	300mm	tracheostomia

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 22:**

**Zadanie nr 6, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści ślinociąg w innym kolorze pakowany po 100 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 23:**

**Zadanie nr 6, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowy o pojemności 1650 ml?

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 24:**

**Zadanie nr 6, pozycja 22**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 22 z Zadania 6 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażam zgody.

**Pytanie nr 25:**

**Zadanie nr 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżki jednorazowe metalowe w rozmiarze 00?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 26:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający wymaga użyczenia rękojści wielorazowych?

**Odpowiedź:**

Tak, wymaga.

**Pytanie nr 27:**

**Zadanie nr 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnej intubacji w rozmiarach 6Fr, 10Fr oraz 15Fr?

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszczam.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w przygotowanej ofercie.

**p.o. Dyrektora Powiatowego  
Zespołu Szpitali  
Lek. Med. Gizela Jagielska**