

Oleśnica, 24 grudzień 2020 r.

PZS/PN/22/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa produktów medycznych związanych z układem oddechowym dla Powiatowego Zespołu Szpitali”

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-EN ISO 45001:2018-06, zapewniający pracownikom i pacjentom określony poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku szpitalnym, w tym także w odniesieniu do materiałów medycznych związanych z układem oddechowym, będących przedmiotem zamówienia w rzeczowym postępowaniu przetargowym, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych z pandemią Covid-19.

Odpowiedź:

Nie dotyczy postępowania.

Pytanie nr 2:

Zadanie 1 pozycja 3

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości sztuk w opakowaniu oferowanej zatyczki (analogicznie do zapisów z poz.1-2), gdyż w chwili obecnej należałoby uznać, że przedmiotem zamówienia jest 8 sztuk (opakowań) zatyczek. Brak takiego wskazania uniemożliwi złożenie porównywalnych ofert przetargowych, a tym samym zawarcie ważnej umowy przetargowej w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź:

Należy uznać, że przedmiotem zamówienia jest 8 sztuk (opakowań) zatyczek.

Pytanie nr 3:

Zadanie 8

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia jak poniżej:

- a. Czy wymagane jest użyczenie rękojści (w ilości 6 sztuk) mają być uniwersalne, długie czy też krótkie do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź:

Uniwersalne.

- b. Czy użyczane rękojści mają być na baterie, czy też z wbudowanym akumulatorem, a jeżeli z akumulatorem, to ile kompatybilnych ładowarek Zamawiający wymaga, w celu użyczenia?

Odpowiedź:

Mają być na baterie i dopuszcza z wbudowanym akumulatorem, ale nie wymaga (ilość ładowarek 6).

- c. Czy używane rękojeści mają posiadać zintegrowane źródło światła, a jeżeli tak to jakiego rodzaju światła wymaga Zamawiający (ksenowe, kryptonowe, halogenowe lub inne wskazane przez Zamawiającego), czy też używane rękojeści mają być bez źródła światła?

Odpowiedź:

Rękojeści mają posiadać źródło światła, rodzaj światła led.

Pytanie nr 4:

Zadanie 8 pozycja 1-6

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane rękojeści powinny posiadać wbudowane źródło światła, czy tylko jego przekaźnik np. w postaci światłowodu, a jeżeli wbudowane to jakiego rodzaju światła wymaga Zamawiający (ksenowe, kryptonowe, halogenowe lub inne wskazane przez Zamawiającego). Brak takiego wskazania uniemożliwi złożenie porównywalnych ofert przetargowych, a tym samym zawarcie ważnej umowy przetargowej w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź:

Rękojeści powinny posiadać wbudowane źródło światła, rodzaj światła led.

Pytanie nr 5:

Zadanie 9 pozycja 3

Prosimy o doprecyzowanie czy w zadaniu 9 w pozycji 3 – w związku z tym faktem, iż przedmiotem zamówienia wg opisu siwz są rurki w rozmiarach cyt. „od 2,0 do 4,0” – Zamawiający dopuści równoważne rurki intubacyjne bez mankietu, wykonane z termowrażliwego PCV, bez DEPH, bez lateksu, dwa oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowo na łączniku ISO 15mm, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i optymalnie wyprofilowana, wygięta pod kątem 37 stopni, z linią RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie dokładniej niż wymagane w siwz, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, z podłużnym bocznym znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki długości około 1cm, sterylne pakowane w opakowaniu folia/papier oraz odstąpi ze względu na rozmiary przedmiotu zamówienia od opisów odnoszących się do rurek w rozmiarach 3,5 do 6,0 czy 2,0 do 6,0 ?

Odpowiedź:

Dopuszczam, ale nie wymagam oraz odstępuję ze względu na rozmiary przedmiotu zamówienia od opisów odnoszących się do rurek w rozmiarach 3,5 do 6,0 czy 2,0 do 6,0.

Pytanie nr 6:

Zadanie 10 pozycja 4

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby maski I-gel posiadały zintegrowany kanał gastryczny oraz wyraźnie wyeksponowane informacje na samym produkcie, umożliwiające szybką i łatwą identyfikację (potwierdzenie rozmiaru i wytyczne dotyczące zaleceń wagowych).

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w przygotowanej ofercie.

**p.o. Dyrektora Powiatowego
Zespołu Szpitali w Oleśnicy
lek. med. Gizela Jagielska**

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-01070