

Oleśnica, dnia 28 styczeń 2021 r.

RPDS.09.03.00-02-0010/20-00/05

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu pn. „Utworzenie **Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie**”

Wyjaśnienia do SWZ

Pytanie nr.1

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści szerokość siedziska 460 mm i głębokość 450 mm ?
2. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści konstrukcję metalową ?
3. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści konstrukcję metalową ?

Odpowiedź:

Pakiet nr 1

- 1.dopuszczamy
- 2.dopuszczamy
- 3.dopuszczamy

Pytanie nr.2

Pakiet nr 2

1. Prosimy o informację w pkt. 11 opisu aparatu do magnetoterapii jakie akcesoria dodatkowe mają być do aparatu ? Jakie aplikatory do magnetoterapii i czy laseroterapia ma też być z sondami ?

Odpowiedź:

Pakiet nr 2

- 1.Aparat do magnetoterapii wraz z akcesoriami - minimum 1 aplikator (preferowany 600mm), leżanka.
Laseroterapia opcjonalnie, nie jest konieczna.

Pytanie nr.3

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści klin 1 : 40x50x20 cm; klin 2: 30x40x12 cm; kostka 30x40x15 cm; materac 180x90x5 cm ?

Odpowiedź:

Pakiet nr 3

- 1.dopuszczamy

Pytanie nr.4

Pakiet nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 8 tygodni ponieważ łóżka i szafki szpitalne są produktem wykonywanym pod zamówienie i podany czas w zapytaniu jest standardowym dla produkcji dla tego typu produktów ? Podobnie jest na tą chwilę z meblami medycznymi typu leżanki lub parawany.

Odpowiedź:

Nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji

Pytanie nr.5

Zwracam się z prośbą aby Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności,

poprzez przystąpienie do postępowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie zamawiającego.

Czy jest możliwość aby wydłużyć termin realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części ze względu na niewielką ilość produktów oraz jednolity profil branżowy zamówienia. Zamawiający zakłada, że Wykonawca posiada doskonałe rozeznanie w ofertach producentów i jest w stanie skompletować w sposób szybki, tani i profesjonalny całość zamówienia. W żadnej mierze treść SWZ nie narusza zasady konkurencyjności, gdyż każdy z Wykonawców starających się o zamówienie posiada jednakowy dostęp do oczekiwanych przez Zamawiającego produktów, co oznacza, że Zamawiający nie stworzył celowo barier wykluczających jakiegokolwiek wykonawcę, zajmującego się tego typu dostawami. Decyzja Zamawiającego co do traktowania zamówienia jako jednej całości, bez podziału na części wynika z optymalizacji w procesie zarządzania tym konkretnym projektem, co umożliwi kontakt z jednym, a nie z potencjalnie kilkoma dostawcami.

p.o. Dyrektora Powiatowego
Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Przemysław Magiera