

Oleśnica, dnia 29 styczeń 2021 r.

RPDS.09.03.00-02-0010/20-00/05

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu pn. „Utworzenie **Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie**”

Wyjaśnienia do SWZ 2

Pytanie 1

Pakiet nr.2, pozycja 13 Lampa Bioptron na statywie-

Czy zamawiający dopuści lampę ze statywem stołowym o parametrach:

Napięcie: 230V/50Hz

Pobór mocy: 20W

Zasilanie: 230/12V AC, 20VA podwójnie izolowany transformator (Może być podłączony do gniazda zasilania)

Źródło światła: 120V, 20W GU4, Reflektorowa żarówka

Temperatura barwowa: 3100 K (Temperatura w kolorze bazowym)

Nominalna długość życia żarówki 4000h

Moc wiązki światła: 70mw/cm² (d=5cm)

Stopień polaryzacji:96%

Waga całkowita: 0.8 kg

Norma: MSZ EN 60601-1

Ochrona:IP

Odpowiedź:

Pakiet nr 2, pozycja 13 - Lampa Bioptron na statywie – dopuszczamy

Pytanie 2

Pakiet nr 2 pozycja 14 Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego

Czy zamawiający dopuści aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego z panelem z możliwością zmiany trybu masażu, zmiany czasu pracy i ciśnienia. Kran z wyświetlaczem LED. Mankietami na kkd z 12 komorami i mankietem na kkg z 12 komorami o parametrach?

Aparat posiada duży wyświetlacz LED, na którym prezentowane są aktualne parametry zabiegu. Za pomocą dotykowych przycisków umieszczonych na górnym panelu aparatu do drenażu sterujemy urządzeniem, wybierając spośród takich parametrów, jak:

-dziesięć trybów pracy: A1,A2,B,C1,C2,C3,D1,D2,E1,E2.

-ustawienie czasu zabiegu:0-99min.

Ustawienie ciśnienia masażu pneumatycznego jednakowych dla wszystkich komór lub różnych dla poszczególnych komór w zakresie:0-200mm Hg dla trybów A1,A2,B,E1,E2,0-130mm HG dla trybów C1,C2,C3,D1,D2

-ustawienie czasu przerwy (odstępu) :0-60sek.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

-ustawienie czasu utrzymania ciśnienia w komorze identycznego dla różnego dla poszczególnych komór: (0-15 sek).

-wyłączenie konkretnej komory mankietu pracy

-mankiet 12-komorowy na nogę -2szt

-mankiet 12-komorowy na rękę-1 szt

-przewód powietrzny-2 szt.

Odpowiedź:

Pakiet nr 2, pozycja 14 - aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego – dopuszczamy

Pytanie 3

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści leżankę pielęgniarzką o parametrach:

Z blatem oraz regulowanym zagłówkiem od-40 do+40 stopni, z wycięciem na twarz, wieszakiem naręcznik-podkłady, kółkami jezdnymi z hamulcem. Konstrukcja leżanki ze stali, blat z materiału skóropodobnego, obciążenie 180kg? Wysokość 510mm, szerokość 550mm, długość 1880mm?

Odpowiedź:

Pakiet nr 5, pozycja 1 - leżanka pielęgniarzka – dopuszczamy

Pytanie 4

Pakiet nr 5, pozycja2

Czy zamawiający dopuści parawan o parametrach:

Parawan trzyskrzydłowy, składany o parametrach wys.1700 mm szer. 3030mm waga: 11,5 kg.

1-układ jezdny z kółkami

2-Pokretło blokujące

3-Elementy zasłony

4-Zasłona

5-Zatrzaski

Parawan łączony za pomocą Zatrzasków.

Odpowiedź:

Pakiet nr 5, pozycja 2 - parawan trzyskrzydłowy - nie dopuszczamy.

Pytanie 5

Pakiet nr 5, poz.nr3 łóżko szpitalne sterowane elektrycznie

Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne sterowane pilotem z czytelnymi oznaczeniami, z funkcjami:

-leże łóżka czterosegmentowe

-regulacja wysokości oraz poszczególnych segmentów elektryczna za pomocą pilota przewodowego

-regulacja segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym

Elektryczna funkcja Trendelenburga i anty- Trendelenburga

-centralna blokada kół z jednym kołem kierunkowym

-Osłona podwozia

-Autokontur

-tuleje do mocowania wysięgnika i statywu kroplówki

-krążki odbojowe

-Wysuwana półka na pościel

-centralny panel sterujący

-szczyty łóżka z tworzywa tworzywowego

-barierki boczne-tworzywowe z wbudowanym panelem sterującym dla personelu zewnątrz dla pacjenta wewnątrz banerek

-materac z 4 naciętymi sekcjami, pianka o gładkiej powierzchni, pokrycie na materac paroprzepuszczalne z możliwością zmywania i dezynfekcji

Odpowiedź:

Pakiet nr 5, pozycja 3 - łóżko szpitalne sterowane elektrycznie - dopuszczamy

p.o. Dyrektora Powiatowego
Zespołu Szpitali w Oleśnicy
Przemysław Magiera
Przemysław Magiera

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-01070

