

Oleśnica, dnia 05.03 2021 r.

RPDS.09.03.00-02-0010/20-00/11

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu
pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie”

WYJAŚNIENIA DO SWZ-2

Pytanie nr.1

Pytanie do poz.2

Czy Zamawiający dopuści kozetkę do UGUL przeznaczoną do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych ze stałym leżyskiem?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy. Kozetka do UGUL musi mieć regulację leżyska.

Pytaniernr.2

Pytanie do poz.12

Czy Zamawiający dopuści Lampe Bioptron na statywie o średnicy filtra 5 cm?

Odpowiedź:

Tak,dopuszczamy.

Pytaniernr.3

Czy Zamawiający dopuści aparat do masażu uciskowo sekwencyjnego:

1. 6 komorowy z mankietem na kończynę dolną 2 szt. oraz mankiet na kończynę górną 1 szt.?,
2. Zestaw spodni z jednym mankietem kończyn górnych?

Odpowiedź:

Tak,dopuszczamy.


Pytaniernr.4

Pytanie do poz.28

Czy Zamawiający dopuści parawany izolowane wykonane ze stali o parametrach:

1. Wysokość 170cm Szerokości 100cm, Waga 3,8 kg,

Oferowany produkt:



Odpowiedź:

Dopuszcza pod warunkiem posiadania kółek z hamulcami.


Pytanie nr.5

Pytanie do poz.28

Czy Zamawiający dopuści parawany izolowane wykonane ze stali o parametrach

1. Wysokość 170cm, Szerokość 202cm, Waga 7,6kg

Oferowany produkt:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr.6

Pytanie do poz.29

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z 4-sekcyjnymi leżymi wykonanymi z metalowych lameli łatwych w dezynfekcji lub drewnianych lameli sprężynujących, szczyty wykonane z płyty laminowanej oraz litego drewna bukowego, szeroki wybór kolorystyki, sterowane za pomocą ergonomicznego pilota, łatwe do składowania i transportu dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera, max. obciążenie robocze: 215kg o wymiarach szerokość x długość całkowita 105x 218cm, szerokość x długość leżania 90 x 200cm, pasujący materac 90 x 200 cm

Oferowany produkt:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr. 7

Pytanie do poz.30

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe wykonane z drewna o szufladzie wysuwanej dwustronnie, dwóch półkach bocznych, cztery kółka dwa z hamulcami o wymiarach zewnętrznych 59,7 x 87 x 48,7 cm (szer. x wys. x gł.

Oferowany produkt:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

p.o. Dyrektora Powiatowego
Zespołu Szpitali
Oleśnica
Przewidywanego
Przewidywanego

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111847075, Reg. 932966540

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

