

Oleśnica, dnia 27.03.2024r.

Dotyczy: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU IV DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące zapytania. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 2, pozycja 8,9

Czy Zamawiający dopuści pojemniki sterylne pakowane indywidualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści próbówki z polistyrenu, o pojemności 10ml nieskalowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki pakowane w opakowanie foliowe, a następnie w kartonik a'50szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

*Zatwierdziła
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
Agnieszka Cholewińska*