

Oleśnica, dnia 19.08.2025 r.

Dotyczy: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku II dla Powiatowego Zespołu Szpitali”.

### WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące zapytania. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie 1:

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 2 systemu do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy w ramach postępowania mogą zostać dopuszczone wyroby równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ.

Proponowany przez nas produkt:

- wykonany jest w ponad 99% z monofilamentowego polifluorku winylidenu (PVDF) – materiału o wysokiej biokompatybilności, odporności na starzenie i degradację oraz bardzo niskiej adhezji bakterii;
- cechuje się wysoką efektywną porowatością, co zmniejsza stan zapalny i ryzyko nadmiernego bliznowacenia;
- posiada anatomiczny kształt przeznaczony do leczenia wypadania narządów miednicy mniejszej (w tym kikuta pochwy lub szyjki macicy) z dostępu małoinwazyjnego lub otwartego, techniką sakrokolpopeksji;
- umożliwia fiksację do więzadła podłużnego przedniego (za pomocą niewchłaniających szwów lub tacków) oraz do kikuta pochwy/szyjki i ścian pochwy (szwy niewchłaniające, przerywane);
- posiada gładkie, dziewiarsko wykończone brzegi o zdefiniowanej elastyczności, co zwiększa bezpieczeństwo implantacji;
- spełnia kryteria klasyfikacji siatek wg Klinge – klasa 1a;
- jest wyrobem jałowym, jednorazowego użytku, przeznaczonym do rekonstrukcji dna miednicy.

Prosimy o potwierdzenie, czy wyrób o powyższych cechach może zostać uznany za równoważny i dopuszczony do złożenia oferty w ramach niniejszego postępowania.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

*Zatwierdził  
Główny Księgowy  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
Paweł Nakonieczny*