

Oleśnica, dnia 29.03.2024r.

Dotyczy: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU IV DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – 3


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące zapytania. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Pakiet nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy kompatybilny z Philips Respironics śr. 22mm z portem przeciekowym, z filtrem umieszczonym od strony pacjenta oraz respiratora ?

Sposób podłączenia przedstawia poniższy schemat.



Rys.3. Przykłady konfiguracji NIV z maską, filtrem, portem wydechowym – układ z pojedynczą rurą oddechową

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w stosowaniu wentylacji nieinwazyjnej i CPAP, nie możemy uznać zaproponowanego obwodu z filtrami na końcu od strony respiratora i od strony pacjenta, bez filtra na kanale przeciekowym za równoważny z zamawianym przez nas obwodem.

Zatwierdziła
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
Agnieszka Cholewińska

