

Oleśnica, dnia 08.04.2025 r.

Dotyczy: „**ZAKUP I DOSTAWA APARATU DO ZNIECZULENIA NA BLOK OPERACYJNY/SALA CIĘĆ CESARSKICH DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI**”.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące zapytania. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Ad. 14 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z zakresem przepływów świeżych gazów 0-10 l/min dla O₂ i AIR oraz 0-12 l/min dla N₂O? Wymagane przez Zamawiającego przepływy w zakresie 0-15 l/min dla O₂ i AIR nie mają zastosowania klinicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Ad. 18 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z zakresem przepływu wdechowego podczas wentylacji mechanicznej 0-75 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Ad. 18 Czy Zamawiający ma na myśli przepływ 170 l/min czy też nastąpiła omyłka pisarska i prawidłową wartością jest 17 l/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr.2 do zapytania ofertowego.

Pytanie 4:

Ad. 33 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wygodnym i intuicyjnym przełączaniem wentylacji mechanicznej na ręczną i ręcznej na mechaniczną za pomocą przycisku na ekranie dotykowym? Rozwiązanie takie właściwe jest dla najnowszych rozwiązań technicznych oraz zapewnia zredukowanie mechanicznych elementów układu oddechowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Ad. 43 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z zakresem PEEP regulowanym w zakresie: WYŁĄCZONY, 3-50 cmH₂O?

Odpowiedź:

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Ad. 44 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z zakresem regulacji I:E 4:1 - 1:8? Wymagany przez Zamawiającego zakres 1:10 nie ma zastosowań klinicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Ad. 50 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z zakresem czasu wdechu 0,2-5 s?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8:

Ad. 53 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z czułością wyzwalacza przepływowego w zakresie 0.5-15 l/min. Pragniemy zwrócić uwagę, iż wyzwalanie oddechu przepływem poniżej wartości 1 l/min nie ma zastosowań klinicznych. Ponadto zbyt niskie wartości triggera (np. wymagane 0.2 l/min) mogą powodować niepożądane wzbudzenie oddechu np. podczas manipulacji operatora w obrębie jamy brzusznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9:

Ad. 90 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dodatkowego ekranu prezentującego ciśnienia zasilające i objętość oddechową? Pragniemy zwrócić uwagę, iż Zamawiający opisał już wymóg prezentacji na ekranie głównym ciśnień zasilających i objętości oddechowej odpowiednia w punktach 10 oraz 66 niniejszej specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10:

Ad. 101 Czy Zamawiający dopuści realizację pomiaru NMT poprzez moduł w oferowanym monitorze pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty (LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12:

Załącznik nr 2, pkt 3 „rok produkcji”

Czy Zamawiający wyrazi zmianę na modyfikację roku produkcji na „min. 2024”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13:

Warunki gwarancji i serwisu, pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas usunięcia usterki wynosił do 7 dni roboczych w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zapis jest we wzorze umowy § 3 pkt 9.

Pytanie 14:

Warunki gwarancji i serwisu, pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzęt zastępczy był wymagany w przypadku awarii lub naprawy powyżej 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapis istnieje w „Warunki gwarancji i serwisu, pkt 3”.

Pytanie 15:

Warunki gwarancji i serwisu, pkt 5

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 16:

Warunki gwarancji i serwisu, pkt 8

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 17:

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na:

„Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, niedemonstracyjny, nieregenerowany, wyprodukowany **w 2024 lub 2025 roku**, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez dodatkowych kosztów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 18:

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprzętu w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6

Środkiem dyscyplinującym wykonawcę do należytego wykonania umowy są kary umowne. Zwracamy uwagę, iż zapis ust.6 jest nieprecyzyjny i niekonkretny; definiuje potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiałby Zamawiającemu naliczanie kar podwójnie, ponadto między Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji powyższego sformułowania. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie zapisu z umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 20:

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Dotyczy wzoru umowy § 4

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie uzupełnienia zapisów odnośnie gwarancji w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

- a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 21:

Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 6

W określonych przypadkach do sprawnego funkcjonowania sprzętu, po próbie naprawy, konieczna jest wymiana danego elementu lub modułu. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawną byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu umowy na:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego podzespołu / elementu / modułu na nowy w przypadku, gdy jego trzykrotna naprawa okazała się nieskuteczna.

Dodatkowo wnioskujemy o wykreślenie uprawnienia do żądania wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad (...) w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu na skuteczną naprawę.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego (zgodnie z warunkami serwisu i gwarancji) co jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 22:

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 9

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 23:

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 9

W przypadku braku zgody na powyższe czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby stawiennictwo w miejscu położenia sprzętu nastąpiło nie później niż w terminie do 48 godzin?

Odpowiedź:

j.w.

Pytanie 24:**Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 10**

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Proponujemy zmianę zapisu w następujący sposób: w razie uchybienia terminom określonym w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji innemu autoryzowanemu serwisowi producenta sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 25:**Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 13**

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 26:**Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1 ppkt a), b), c), d) e)**

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 27:**Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1 ppkt c)**

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 28:**Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 1 ppkt a., b. c. d.**

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

Odpowiedź:

W razie zaistnienia konieczności Zamawiający przewidują wyrażenie zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Pytanie 30:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 7. Czy Zamawiający będzie wymagał by aparat był wyposażony w dodatkowy transformator separacyjny, zwiększający bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, zgodnie z zał. nr. 2 do zapytania ofertowego.

Pytanie 31:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 11. Czy Zamawiający dopuszcza awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 90 minut w warunkach standardowych oraz co najmniej 30 minut w warunkach ekstremalnych? Stanowi to niewielkie odstępstwo od wymaganego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy, zakres świeżych gazów :tlen, powietrze,N2O : 0 i 150ml/min do 15l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym 120 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 19. Czy Zamawiający dopuści wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika, zakres do 10 l/min.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 21. Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez podgrzewanego system oddechowego, ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to bardziej nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wazy tlenowe, zakres 0 -10 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 25. Czy Zamawiający dopuści wbudowaną regulowaną zastawkę nadciśnieniową APL wentylacji ręcznej z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcanie do minimum?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności 1.37l? Stanowi to niewielkie odstępstwo od wymaganego parametru

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 27. Czy Zamawiający dopuści aparat bez wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej? Jest to rozwiązanie konstrukcyjne, bez żadnego znaczenia klinicznego

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 39. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 42. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z funkcją pauzy na 1 min, z prezentacją czasu pozostałego do zakończenia pauzy? Zwracamy uwagę, że zakres regulacji wymagany przez Zamawiającego ogranicza zarówno możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, jak i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta. Wstrzymywanie wentylacji kontrolowanej na dłużej niż jedną minutę nie ma zastosowania klinicznego ze względu na zagrożenie zdrowia i życia pacjenta w wyniku niedotlenienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 43. Czy Zamawiający dopuści dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP w zakresie 4-30 cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 44. Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8 (skokowo co 0,5)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Pytanie 44:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 45. Czy Zamawiający dopuści regulację częstości oddechu w zakresie 4-100 odd./min.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 46. Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechowego od 5 do 60 cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 47. Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wspomagania od 2 do 40 cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 48. Czy Zamawiający dopuści regulację objętości oddechowej: 20 – 1500 ml w trybach objętościowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 48:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 49. Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej 5-1500 ml w trybie wentylacji ciśnieniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 50. Czy Zamawiający dopuści regulację czasu wdechu od 0,2 do 5 sek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 51. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 51:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 53. Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalania w zakresie 0,2 – 10 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 52:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 54. Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyzwalania ciśnieniowego i regulacji czułości wyzwalania ciśnieniowego? Wyzwalanie przepływem jest bardziej nowoczesnym rozwiązaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 55. Czy Zamawiający dopuści aparat z poziomem zakończenia wdechu od 5% do 75%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 65. Czy Zamawiający dopuści aparat z historią alarmów pozwalającą wyświetlić listę 12 ostatnich alarmów o priorytecie wysokim i średnim, które wystąpiły od momentu włączenia zasilania systemu.

Najnowszy alarm znajduje się na górze listy. Jeżeli wystąpiło więcej niż 12 alarmów, najstarsze alarmy są usuwane w miarę rejestrowania nowych alarmów. Informacje o alarmach i czynnościach operacyjnych są zapisywane w dzienniku serwisowym. Dostęp do wszystkich dzienników można uzyskać w trybie Użytkownik uprzywilejowany lub w trybie serwisowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 68. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z alarmami dotyczącymi przecieku, oraz z pomiarem objętości minutowej wdechowej i wydechowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 56:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 76. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wyświetlaniem 3 krzywych jednocześnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 77. Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisania 6 pętli referencyjnych oraz możliwość wyświetlania jednej pętli wzorcowej i jednej aktualnej pętli spirometrycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 77. Czy Zamawiający dopuści brak pomiaru oporów dróg oddechowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 60:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 79. Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora, przekątna 15", niewbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości 1024 x 768?-MM

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Pytanie 59:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 81. Czy Zamawiający dopuści obsługę respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego, ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 82. Czy Zamawiający dopuści aparat bez trendów graficznych i numerycznych Plateau i Pmean ale z trendami podatności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 61:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 82. Czy Zamawiający dopuści trendy z 24 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 83. Czy Zamawiający dopuści prezentację minitrendów na wyświetlanej osobnej stronie respiratora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 84. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji zrzutu ekranu i zapisu zrzutu na pamięci USB?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 64:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 85. Czy Zamawiający dopuści aparat z wyświetlanym na ekranie aktualnym czasem oraz wbudowanym stoperem umożliwiającym monitorowanie czasu trwania zabiegu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 86. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji timera ale z bardziej przydatną funkcją stopera?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 66:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 87. Czy Zamawiający dopuści możliwość konfigurowania 4 niezależnych stron ekranu respiratora?- Tak

Pytanie 67:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 90. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji? Zwracamy uwagę, że jest to rozwiązanie konstrukcyjne, typowe dla jednego producenta aparatów do znieczulania, ograniczające możliwość złożenia konkurencyjnej oferty

Odpowiedź:

Zgodnie z zał. nr.2 do zapytania ofertowego.

Pytanie 68:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 96. Czy Zamawiający dopuści ssak bez butli wielorazowego użytku, ale z pojemnikiem na wymienne wkłady o pojemności 1 litra?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 69:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt.101 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w postaci modułu NMT będącego modulem oferowanego kardiomonitora do aparatu do znieczulenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 103. Czy Zamawiający dopuści elektrody wielorazowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 107. Czy Zamawiający dopuści obsługę kardiomonitora poprzez ekran dotykowy bez pokrętła, z menu ekranowym odpowiadającym najczęściej wykorzystywanym funkcjom, bez obsługi gestów, ale z możliwością bezdotykowego wyciszenia alarmów poprzez wykonanie gestu przed ekranem kardiomonitora? Takie rozwiązanie umożliwia wyciszenie alarmu bez potrzeby dezynfekcji rąk po kontakcie z pacjentem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 72:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 107. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu minitrendów, ale z możliwością wyświetlenia ekranu dużych liczb z podziałem na 4 lub 6 pól?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 73:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 107. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez trybu demo oraz trybu szkoleniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 74:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 113. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 2 gniazda USB, m.in. zapewniające

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych oraz pamięci USB, jednak bez możliwości podłączenia klawiatury lub myszki komputerowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 75:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 115. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 76:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 116. Czy Zamawiający dopuści trzystopniowy system alarmów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 117. Czy Zamawiający dopuści funkcję zawieszania sygnalizacji alarmowej na 2 minuty oraz możliwość trwałego zawieszenia alarmów (zabezpieczone hasłem)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 119. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie pomiaru częstości akcji serca od 20 do 300 ud./min., prędkości przesuwu krzywej EKG regulowanej w zakresie: 12,5; 25; 50mm/s oraz wzmocnieniu krzywej EKG w zakresie: x0,5, x1, x2, x4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 79:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 120. Czy Zamawiający dopuści zaawansowany algorytm analizy arytmii zapewniający wykrywanie 19 rodzajów zaburzeń rytmu serca, w tym m.in. wymagane: VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF? Zwracamy uwagę na fakt, iż niektórzy producenci kardiomonitorów w sposób sztuczny zawyżają liczbę rozpoznawanych arytmii poprzez umieszczanie na liście arytmii takich alarmów jak np.: stymulator nie przechwytyje lub zakończenie migotania przedsionków – które nie są faktycznymi arytmiami, a zabieg ten ma na celu wyłącznie utrudnianie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 121. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor eliminujący fałszywe alarmy arytmii poprzez jednoczesną analizę zapisu EKG w aż 4 kanałach? Obecny zapis wskazuje na jednego producenta kardiomonitorów obecnego na polskim rynku i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Jednocześnie zwracamy uwagę, że czujnik SpO2 nie mierzy aktywności elektrycznej mięśnia sercowego, a jedynie jej efekt w postaci pulsacji krwi w obwodzie, wobec czego nie może być wykorzystywany do analizowania arytmii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

W wyroku z dnia 7 września 2020 r., KIO 1592/20 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zamawiający „opisując przedmiot zamówienia odzwierciedla swoje rzeczywiste potrzeby, które chce zaspokoić poprzez udzielenie zamówienia publicznego.” „Zamawiający ma prawo, tak określić przedmiot zamówienia, aby opisać go

adekwatnie do wyznaczonego celu, zachowując jednocześnie obiektywizm i precyzję w formułowaniu swoich potrzeb.” Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła pogląd wielokrotnie prezentowany w orzecznictwie, iż „nie narusza przepisów ustawy Pzp sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, który uwzględnia potrzeby zamawiającego, nawet jeżeli utrudnia lub uniemożliwia niektórym podmiotom dostęp do zamówienia. Obowiązek zachowania zasady uczciwej konkurencji nie oznacza, iż zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób odzwierciedlający jego potrzeby. Zamawiający nie ma także obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. Dokonując opisu przedmiotu zamówienia zamawiający nie ma obowiązku czynienia tego w sposób najbardziej dogodny dla ewentualnych wykonawców.”

Pytanie 81:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 122. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji opisanej w punkcie 122.? Wymagane dane statystyczne nie mają zastosowania na Sali operacyjnej, a ponadto zapis ten wskazuje na jednego producenta kardiomonitorów obecnego na polskim rynku i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 123. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru od -2 do 2 mV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 123. Czy Zamawiający dopuści pomiar odchylenia ST we wszystkich mierzonych odprowadzeniach, z wyświetlaniem wartości odchylenia, a także możliwością graficznej prezentacji odchylenia ST na wybranych odprowadzeniach, oraz ręcznego ustawiania poziomu ISO oraz punktów pomiarowych, z możliwością ustawienia granic alarmowych dla grup odprowadzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 124. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez opisanej w punkcie 124.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 85:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 125. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji pomiaru QT i obliczania QTc opisanej w punkcie 124.?-MM

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 86:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 126. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy SpO2 od 1 do 100%, częstości pulsu 30-250 ud./min, z funkcją alarmów wysokiego i niskiego poziomu saturacji oraz pulsu, bez funkcji alarmu desaturacji? Proponowane zakresy pomiarowe stanowią niewielkie odstępstwo od wymogów i są w zupełności

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

wystarczające z klinicznego punktu widzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 87:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 127. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z interwałem pomiędzy pomiarami NIBP w trybie auto regulowanym w zakresie 1-120 min, z zakresem pomiarowym pulsu 30-250 ud/min? Zwracamy uwagę na fakt, że proponowany zakres pomiaru pulsu jest w zupełności wystarczający klinicznie, a szerszy zakres – w razie potrzeby – dostępny jest za pośrednictwem elektrod EKG. Ponadto, pomiar NIBP w trakcie znieczulenia realizowany jest wyłącznie w przypadku braku wklucia tętniczego, a w takiej sytuacji powinien być realizowany nie rzadziej niż co 5 minut. Stosowanie interwału pomiędzy pomiarami wynoszącego 8 godzin nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego na Sali Operacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 88:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 127. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 89:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 128. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania jednocześnie 3 wartości temperatury: T1, T2 i Tkrwi (w przypadku monitorowania rzutu serca), bez funkcji wyświetlania różnicy pomiędzy T1 i T2? Zwracamy uwagę na fakt, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem tylko jednego czujnika temperatury (skóry), wobec czego monitorowana będzie tylko jedna wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 128. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy od 10 do 45 stopni Celsjusza? Zwracamy uwagę, że jest to zakres klinicznie istotny, wystarczający do monitorowania pacjenta w obszarze Sali Operacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 129. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do 320 mmHg oraz częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem w zakresie 30-250 ud./min? Proponowane zakresy stanowią niewielkie odstępstwo od wymogu i są w zupełności wystarczające klinicznie, a w razie potrzeby szerszy zakres pomiarowy tętna jest dostępny za pośrednictwem elektrod EKG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 92:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 129. Czy Zamawiający wymaga jednoczesnego, automatycznego pomiaru parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 93:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 130. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Zwracamy uwagę, że jest to jedynie możliwość przyszłej rozbudowy, służąca jedynie ograniczeniu możliwości złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2019 r., KIO 585/19 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, „iż każdy opis przedmiotu zamówienia niesie za sobą ograniczenie konkurencji, pośrednio lub bezpośrednio preferując jednych wykonawców obecnych na rynku i dyskryminując innych. Konieczność zachowania zasady uczciwej konkurencji nie oznacza, że zamawiający nie ma prawa opisać przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego osobiste potrzeby (...)”.

Pytanie 94:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 131. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć 168 godzin trendów, dla najważniejszych mierzonych parametrów? Zwracamy uwagę, że wraz z niektórymi głównymi parametrami pomiarowymi kardiomonitor oblicza i wyświetla wiele innych wartości i parametrów dodatkowych, z których nie wszystkie mogą być ujęte w pamięci trendów monitora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 95:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 133. Czy Zamawiający dopuści pamięć 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki 3 krzywych dynamicznych oraz wartość parametru, który wywołał alarm, z możliwością sprawdzenia wartości pozostałych parametrów w pamięci trendów – zsynchronizowanej czasowo z pamięcią krzywych dynamicznych i zdarzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 96:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 134. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony funkcję obliczeń hemodynamicznych, bez pozostałych wymaganych kalkulatorów, które mają nikłe zastosowanie na Sali operacyjnej?- Zamawiający nie dopuszcza.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 136. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji oceny świadomości wg. skali Glasgow? Zwracamy uwagę, że ma ona znikome znaczenie w obszarze Sali operacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 98:

Dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Pkt 138. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Zwracamy uwagę, że ma ona znikome zastosowanie w obszarze Sali Operacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Pytanie 99:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

1) Jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający?

Odpowiedź:

AGA

2) Jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

- bierny odciąg lub brak instalacji odciągu,
- czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2,
- czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu?

Odpowiedź:

Bierny odciąg.

3) Jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający?

Odpowiedź:

AGA

4) Prosimy o podanie producenta/modelu stosowanych przez Zamawiającego na oddziale przetworników ciśnienia (np. Edwards, ICU Medical, BectonDickinson / Argon / Merit, UTAH, B.Braun). Odpowiedź na to pytanie pozwoli na wycenę, ujęcie w ofercie i dostawę odpowiednich, kompatybilnych przewodów interfejsowych do podłączenia tych przetworników.

Odpowiedź:

ICU Medical

Pytanie 100:

Załącznik nr 2, pkt 3, wzoru umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu powystawowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, kompletnego i po zainstalowaniu gotowego do pracy, bez dodatkowych kosztów z rokiem produkcji 2024?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie sprzętu powystawowego.

Zatwierdziła
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali
Agnieszka Cholewińska